

«УТВЕРЖДАЮ»

«Наманган вилоят Соғлиқни саклаш бошкармаси»

город Наманган

А.Иминов

11.10.2022г.



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Подраздел 3.1. Состав требований

Подраздел 3.2. Требования к участию оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к финансовым обязательствам участника

Подраздел 3.4. Требования к квалификации

Подраздел 3.5. Требования к способности оказания услуг в соответствии с результатами оказания услуг

Подраздел 3.6. Требования к сроку (периоду) оказания услуг

Подраздел 3.7. Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказания услуг

Подраздел 5.2. Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Техническое заданиена покупка медицинского оборудования

Предмет услуги: на покупка медицинского оборудования

## **СОДЕРЖАНИЕ**

**РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ**

**РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ**

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

**РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ**

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг

Подраздел 3.7. специальные требования

**РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

**РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 5.2. Требования по приемке услуг

Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

**РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

**РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ**

**РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

**РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

**РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ**

Приобретение

**РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ**

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики	Кол-во	Ед-ца изм.	Срок поставки
1	Орхидометр	Орхидометр (тестикулометр) Прадера Диапазон измерения 1-25 мм Материал дерево	14	Шт	10 дней
2	Коагулометр	"Объем пробы 50-200 мкл Объем реагента 50-100 мкл Измерительные каналы 4 Температура инкубационного блока 37оС Отсек инкубации реагентов 5 позиций Отсек инкубации проб 16 позиций Управление прибором Интегрированная в панель клавиатура Автоматическое начало измерения При помощи стартовой пипетки Вывод результатов На дисплей На принтер Распечатка результата Встроенный принтер Индикация времени инкубации Звуковая Параметры дисплея LCD-дисплей Интерфейс RS-232 Результаты в секундах, %, INR, g/l, mg/dL Определяемые параметры Протромбиновое время – в секундах, % и единицах МНО АЧТВ Фибриноген Тромбиновое время Факторы свертывания (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) Гепарин и LMWH Протеины С и S"	14	Шт	10 дней
3	Дефибрилляторы	"Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 Аксион (3 канала)Длина, мм 345 Ширина, мм 230 Высота, мм 345 Вес, не более, кг блок дефибриллятора с батареей — 7 Способ управления ручной Импульс дефибрилляции ифазный трапецеидальный Режим работы синхронный и асинхронный Каналы для измерения ЭКГ, SpO <sub>2</sub> , НИАД Энергия импульса воздействия для взрослых, Дж 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Энергия импульса воздействия для детей, Дж 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 Разряды энергии 200 Дж от заряженной батареи 70Разряды энергии 360 Дж от заряженной батареи 40 Набор энергии 200 Дж, не более, с 6 Набор энергии 360 Дж, не более, с 10 Дисплей цветной TFT Размер дисплея, мм 152x91 Диагональ, дюйм 7 Разрешение, пиксели 800x480 Программное обеспечение есть Термопринтер есть Electroды взрослые/детские утюжковые Время заряда батареи, не более, ч 4 Работа от встроенной батареи, мин 180 (в режиме мониторингования) Электропитание от сети переменного тока, В/Гц 190–250/50–60 Электропитание от встроенной батареи,"	16	Шт	10 дней

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

<b>Подраздел 3.1. Общие требования.</b>
Услуги оказываются по заявкам Заказчика.
<b>Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.</b>
Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.
<b>Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.</b>
Не менее 36 месяцев
<b>Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности.</b>
Исполнитель обязуется: Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.
<b>Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.</b>
Не предъявляется
<b>Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг.</b>
Услуги оказываются в течение 10 дней
<b>Подраздел 3.7. Специальные требования.</b>
Исполнитель обязуется: В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

### РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

1. Наманганская обл., Наманган шаҳар Дустлик шох куча 10 уй
---

### РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

<b>Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг</b>
Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трех дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.
<b>Подраздел 5.2. Требование по приемке услуг</b>
Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.
<b>Подраздел 5.3. Требование по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)</b>
Исполнитель обязуется выдать счет фактуру после поставки товаров

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются
------------------

### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Не предъявляются
------------------

### РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Отсутствует
-------------

### РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствует
-------------