



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОКУПКУ:
(Портативная Ультразвуковая диагностическая система)**

Портативная ультразвуковая диагностическая система с 2 датчиками

№	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Параметры и условия требований к товару
1	Абдоминальные исследования	Наличие
1.1	Акушерство	Наличие
1.2	Гинекология	Наличие
1.3	Кардиология	Наличие
1.4	Неврология	Наличие
1.5	Травматология и ортопедия	Наличие
1.6	Урология	Наличие
1.7	Эндокринология	Наличие
1.8	Ангиология	Наличие
1.9	Педиатрия	Наличие
1.10	Неонатология	Наличие
1.11	Транскраниальные исследования	Наличие
1.12	Диагональ монитора, не менее, дюймов	15
2	Разрешение	Не менее 1024*768
3	Дисплей	Не менее 15 дюймов
4	Регулировка яркости, углом обзора	Не менее 180°
5	Частота кадров	Не менее 256 (кинопетля)
6	Жесткий диск	Не менее 500 Гб
7	Вес	Не более 7,5 кг
8	Кейс для транспортировки	Наличие
9	Количество одновременно подключаемых датчиков	Не менее 2
10	Съемная батарея	Наличие
11	Инновационный режим тканевой гармоники FHI	Наличие
12	Режимы сканирования В, В/М, М, 2В, 4В, CFM (цветное доплеровское картирование)	Наличие

	PW (импульсно-волновой доплер) CPA (энергетический доплер) DPD (направленный энергетический доплер) В/ВС, Full Screen;	
13	DICOM 3.0.	Наличие
14	Количество датчиков: Конвексный датчик, Линейный датчик	Не менее 2