




«Тасдиқлайман»

Давлатобод туман марказий
шифохона бош врач
 Т.Бойдедаев

" " 2022 йил

Давлатобод туман марказий шифохонасида даволанаётган беморларга малакали
тиббий хизмат курсатиш мақсадида шифохонанинг бўлимига тиббий аппаратни
олиш тўғрисида

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

№	Тиббий аппаратни номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Жаъми суммаси	Изох
1	Парафиннагр сватель Каскад-15	Дона	1	7 250 000	7 250 000	<ul style="list-style-type: none">Питание от сети переменного тока (В) - 220• Потребляемая мощность (ВА) - 800• Диапазон температуры нагрева (°С) - 30 - 120• Номинальная температура нагрева (°С) - 30 - 120• Номинальная температура нагрева (°С) - 120• Температура плавления (°С) - 56• Максимальное время нагрева до 80°С (мин) - 120• Емкость бака (л) - 15• Частота следования импульсов (Гц) - 50• Цифровой термометр для визуального контроля - есть• Нагреваемый материал - парафин, озокерит• Габаритные размеры (мм) - 500 x 400 x 420

Шифохонага олинаётган тиббий ускуналарни етказиш буйича танлов иштирокчиларига куйилаётган талаблар:

1. Шифохонада беморларга малакали тиббий хизмат курсатишда тиббий аппаратни Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги томонидан рўйхатга олинганлигини тасдиқланлаш;
2. Танловда катнашувчи корхона гувоҳномаси ва низомида тиббий аппаратларни етказиб бериш фаолияти алоҳида курсатилганлиги;
3. Даъвогар тиббий аппаратлари билан боғлиқ фаолиятини олиб борганлиги ҳамда, тажрибага эга булиши.
4. Тиббий аппаратларни ишлатиш, уларни ишлатиш борасида ургатиш ва таъмирлаш буйича малакали ходимлари булиши шарт. Ходим хақида (диплом, разряд, сертификат, ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида буйрукдан кучирма) маълумот.
5. Тиббий аппаратларни ўз вақтида етказиб беришлиги учун дистрибьютерлик шартномаси (нусхаси) хақидаги маълумотни тақдим қилиш;
6. Етказиб берилган тиббий аппаратларни канча муддатгача бепул таъмирлаб бериш ёки алмаштириб бериши тугрисида маълумот.
7. Етказиб берилган тиббий аппаратлар билан ишловчи ходимларни тиббий аппаратни ишлатиш учун уқитиб бериш:

Танловда иштирокчилар томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш, иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчисини 1-20 гача булган балл куйиб баҳоланади.

Юқори балл тўплаган давогар танлов ғолиби ҳисобланади.

Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.

Бош ҳисобчи:

Н.Эргашева

Бош хамшира:

У.Бердимуратова

КУК раиси:

М.Тухтасинова