



«Тасдиқлайман»

Давлатобод туман марказий  
шифохона бош врач

\_\_\_\_\_ Т.Бойдедаев

" " . 2022 йил

Давлатобод туман марказий шифохонасида даволанаётган беморларга малакали  
тиббий хизмат курсатиш мақсадида шифохонанинг бўлимига тиббий аппаратлани  
олиш тўғрисида

### ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

№	Тиббий аппаратни номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Жаъми суммаси	Изох
1	Аппарат дарсонвали зации и ультратона льной терапии Ультрарада р 23 500 000	Дона	1	23 500 000	23 500 000	Время работы аппарата в повторно- кратковременном режиме, ч 6 время работы, мин 30 время паузы, мин 10 Диапазон установки таймера, мин (0...99) ±5%; Характеристики воздействия В режиме дарсонвализации Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ (8÷25) ±20% Частота следования пачек импульсов, Гц 100 ±10% Частота заполнения импульсов, кГц 110 ±25% В режиме ультратональной терапии Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ (1÷3) ±20% Частота синусоидального

					выходного напряжения, кГц 22 ±4% Питание Напряжение питания, В 220 Частота питающей сети, Гц 50 Мощность потребляемая из сети, ВА не более 50
--	--	--	--	--	---

Шифохонага олинаетган тиббий ускуналарни етказиш буйича танлов иштирокчиларига куйилаетган талаблар:

1. Шифохонада беморларга малакали тиббий хизмат курсатишда тиббий аппаратни Соғликни Сақлаш Вазирлиги томонидан рўйхатга олинганлигини тасдиқланлаш;
2. Танловда катнашувчи корхона гувоҳномаси ва низомида тиббий аппаратларни етказиб бериш фаолияти алоҳида курсатилганлиги;
3. Даъвогар тиббий аппаратлари билан боғлиқ фаолиятини олиб борганлиги ҳамда тажрибага эга булиши.
4. Тиббий аппаратларни ишлатиш, уларни ишлатиш борасида ургатиш ва таъмирлаш буйича малакали ходимлари булиши шарт. Ходим хакида (диплом, разряд, сертификат, ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида буйрукдан кучирма) маълумот.
5. Тиббий аппаратларни ўз вақтида етказиб беришлиги учун дистрибьютерлик шартномаси (нусхаси) хакидаги маълумотни тақдим қилиш;
6. Етказиб берилган тиббий аппаратларни канча муддатгача бепул таъмирлаб бериш ёки алмаштириб бериши тугрисида маълумот.
7. Етказиб берилган тиббий аппаратлар билан ишловчи ходимларни тиббий аппаратни ишлатиш учун уқитиб бериш:

Танловда иштирокчилар томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш, иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчисини 1-20 гача булган балл куйиб баҳоланади.

Юқори балл тўплаган давогар танлов ғолиби ҳисобланади.

Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.

Бош ҳисобчи:

Н.Эргашева

Бош хамшира:

У.Бердимуратова

КУК раиси:

М.Тухтасинова