



«Тасдиқлайман»

Давлатобод туман марказий
шифоҳона бош врач
Т.Бойдедаев

" " 2022 йил

Давлатобод туман марказий шифохонасида даволанаётган беморларга малакали
тиббий хизмат курсатиш мақсадида шифохонанинг бўлимига тиббий аппаратни
олиш тўғрисида

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

№	Тиббий аппаратни номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Жаъми суммаси	Изоҳ
1	Аппарат дарсонвализации портативный Элад — Мед ТеКо	Дона	2	2 200 000	4 400 000	Назначение аппарата Аппарат применяется в физиотерапии, стоматологии, косметологии. Может быть использован в клиниках, амбулаториях, косметических салонах, стоматологических кабинетах и домашних условиях. Процедуры проводят с помощью стеклянных электродов, заполненных смесью инертных газов. Стандартный набор электродов позволяет проводить следующие виды массажа: с помощью грибовидного массажа лица, шеи, рук, тела и т.д. гребешковым электродом осуществляется массаж волосистой части головы и больших участков тела точечный электрод—для воздействия на

локальные и трудно-доступные участки тела, а также для проведения процедур в различных полостях Основным лечебным фактором местной дарсонвализации является коронный разряд среднечастотного импульсного тока высокого напряжения, изменяющийся по интенсивности от тихого, практически не вызывающего субъективных ощущений, до искрового, способного оказать прижигающее действие на кожу и слизистые оболочки. Электрические разряды высокого напряжения вызывают ионизацию молекул азота и кислорода воздуха и образование вокруг электрода озона и окислов азота, которые оказывают свое дополнительное биологическое и лечебное действие при проведении процедур дарсонвализации. Большинство физиологических и лечебных эффектов дарсонвализации имеют рефлекторный характер и обусловлены раздражением нервных рецепторов поверхностных тканей (кожи и слизистых оболочек), гладкой

					мускулатуры артерий, артериол, прекапиллярных сфинктеров, волосяных фолликулов, сальных и потовых желез кожи, а также других клеточных и тканевых элементов кожи и слизистых оболочек в зоне воздействия.
--	--	--	--	--	---

Шифохонага олинаетган тиббий ускуналарни етказиш буйича танлов иштирокчиларига куйилаетган талаблар:

1. Шифохонада беморларга малакали тиббий хизмат курсатишда тиббий аппаратни Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги томонидан рўйхатга олинганлигини тасдиқланлаш;
2. Танловда катнашувчи корхона гувоҳномаси ва низомида тиббий аппаратларни етказиб бериш фаолияти алоҳида курсатилганлиги;
3. Даъвогар тиббий аппаратлари билан боғлиқ фаолиятини олиб борганлиги ҳамда тажрибага эга булиши.
4. Тиббий аппаратларни ишлатиш, уларни ишлатиш борасида ургатиш ва таъмирлаш буйича малакали ходимлари булиши шарт. Ходим хақида (диплом, разряд, сертификат, ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида буйрукдан кучирма) маълумот.
5. Тиббий аппаратларни ўз вақтида етказиб беришлиги учун дистрибьютерлик шартномаси (нусхаси) хақидаги маълумотни тақдим қилиш;
6. Етказиб берилган тиббий аппаратларни канча муддатгача бепул таъмирлаб бериш ёки алмаштириб бериши тугрисида маълумот.
7. Етказиб берилган тиббий аппаратлар билан ишловчи ходимларни тиббий аппаратни ишлатиш учун уқитиб бериш:

Танловда иштирокчилар томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш, иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчисини 1-20 гача булган балл куйиб баҳоланади.

Юқори балл тўплаган давогар танлов ғолиби ҳисобланади.

Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.

Бош ҳисобчи:

Н.Эргашева

Бош хамшира:

У.Бердимуратова

КУК раиси:

М.Тухтасинова