



«Тасдиқлайман»

Давлатобод туман марказий
шифохона бош врач

_____ Т.Бойдедаев

" ___ " _____ 2022 йил

Давлатобод туман марказий шифохонасида даволанаётган беморларга малакали
тиббий хизмат курсатиш максатида шифохонанинг бўлимига тиббий аппаратни
олиш тўғрисида

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

№	Тиббий аппаратни номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Жаъми суммаси	Изох
1	УВЧ - 60	Дона	1	30 550 000	30 550 000	Аппарат предназначен для применения в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля и в других лечебных учреждениях. Показания к применению: острые воспалительные процессы; травма спинного мозга и периферических нервов; радикулит, невралгия, полиомиелит, энцефалит, миелит в периоды подострого и хронического течения болезни Рейно; облитерирующий эндартериит; острые и подострые воспаления матки и придатков. Противопоказания: злокачественные новообразования; системные заболевания крови; сердечная недостаточность II-I степени; аневризм аор

гипотония
склонность к
кровотечениям инфаркт
миокарда туберкулез
легких в активной фазе.
Отличительные
особенности
Современная
элементная база
Автоматическая
настройка резонанса
Гибкие
электродержатели,
совмещённые с
проводящими фидерами
Современный дизайн
Сравнительно малый вес
и габариты аппарата
Основные технические
параметры Режимы
работы
Номинале
сопротивление
нагрузки, Ом 50 Оптимальн
ый зазор электродов, мм
15
Время выхода аппарата
на рабочий режим, мин
не более 1
Время работы аппарата
в повторно-
кратковременном
режиме, ч 6
время работы, мин 20
время паузы, мин 10
Диапазон установки
таймера, мин (0...99)±5%;
Характеристики
воздействия Рабочая
частота аппарата, МГц
27,12 ± 0,163 Выходная
мощность, регулируемая
ступенчато, Вт (10 / 15 /
20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80)
±20% Питание
Напряжение питания, В
220 Частота питающей
сети, Гц 50
Потребляемая мощность,
ВА не более 250
Габариты Габариты без
упаковки, мм не более
421 x 285 x 170 Габариты
в упаковке, мм не более

Жаъми

Шифохонага олинаётган тиббий ускуналарни етказиш буйича танлов иштирокчиларига куйилаётган талаблар:

1. Шифохонада беморларга малакали тиббий хизмат курсатишда тиббий аппаратни Соғликни Саклаш Вазирлиги томонидан рўйхатга олинганлигини тасдиқланлаш;
2. Танловда катнашувчи корхона гувоҳномаси ва низомида тиббий аппаратларни, етказиб бериш фаолияти алохида курсатилганлиги;
3. Даъвогар тиббий аппаратлари билан боғлиқ фаолиятини олиб борганлиги ҳамда тажрибага эга булиши.
4. Тиббий аппаратларни ишлатиш, уларни ишлатиш борасида ургатиш ва таъмирлаш буйича малакали ходимлари булиши шарт. Ходим хакида (диплом, разряд, сертификат, ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида буйрукдан кучирма) маълумот.
5. Тиббий аппаратларни ўз вақтида етказиб беришлиги учун дистрибьютерлик шартномаси (нусхаси) хакидаги маълумотни тақдим қилиш;
6. Етказиб берилган тиббий аппаратларни канча муддатгача бепул таъмирлаб бериш ёки алмаштириб бериши тугрисида маълумот.
7. Етказиб берилган тиббий аппаратлар билан ишловчи ходимларни тиббий аппаратни ишлатиш учун уқитиб бериш:

Танловда иштирокчилар томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш, иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчисини 1-20 гача булган балл куйиб баҳоланади.

Юқори балл тўплаган давогар танлов ғолиби ҳисобланади.

Изоҳ: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.

Бош ҳисобчи:

Н.Эргашева

Бош хамшира:

У.Бердимуратова

КУК раиси:

М.Тухтасинова