



«Тасдиқлайман»

Давлатобод туман марказий
шифохона бош врач

Т.Бойдедаев

.. " . 2022 йил

Давлатобод туман марказий шифохонасида даволанаётган беморларга малакали тиббий хизмат курсатиш мақсадида шифохонанинг жаррохлик бўлимига тиббий аппаратни олиш тўғрисида

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

№	Тиббий аппаратни номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Жаъми суммаси	Изох
1	Офтольмоскоп бинокулярный непрямоя YZ225B	Дона	1	50 000 000	50 000 000	Усовершенствованный оптический дизайн, позволяющий избежать бликов и обеспечивающий широкое поле. • Сверхлегкий цельный дизайн. • Он мягкий и достаточно удобный для ношения благодаря регулируемой высоте и ширине. • Оснащен асферической линзой +20D, которая обеспечивает четкое изображение. Комплект поставки офтальмоскопа: 1 — офтальмоскоп, 2 — коробка с принадлежностями, 3 — стерилизуемые склеральные депрессоры (2 шт. — большой и маленький), 4 — запасные лампы (2 шт.), 5 — демонстрационное зеркало, 6 — асферическая линза +20 дптр, 7 — плоские линзы (2 шт.), 8 — микрофибра для

					<p>очистки линз, 9 — блок питания, 10 — регулировщик освещённости. Угол зрения: $45 \pm 5^\circ$ Межзрачковое расстояние офтальмоскопа: 52-74 мм Вес офтальмоскопа: до 320 гр (за исключением головного крепления). Настройка головного крепления офтальмоскопа: Обхват головы офтальмоскопа: 530-630 мм. Подстройка глубины офтальмоскопа: 85-125 мм. Источник света офтальмоскопа: галогеновая лампа 6 В/10 Вт. Питание офтальмоскопа: 220 ± 22 В / 50 ± 1 Гц или 110 ± 11 В / 60 ± 1 Гц.</p>
				50 000 000	50 000 000
	Жаъми				

Шифохонага олинаетган тиббий ускуналарни етказиш буйича танлов иштирокчиларига куйилаетган талаблар:

1. Шифохонада беморларга малакали тиббий хизмат курсатишда тиббий аппаратни Соғликни Саклаш Вазирлиги томонидан рўйхатга олинганлигини тасдиқланлаш;
2. Танловда катнашувчи корхона гувоҳномаси ва низомида тиббий аппаратларни етказиб бериш фаолияти алоҳида курсатилганлиги;
3. Даъвогар тиббий аппаратлари билан боғлиқ фаолиятини олиб борганлиги ҳамда тажрибага эга булиши.
4. Тиббий аппаратларни ишлатиш, уларни ишлатиш борасида ургатиш ва таъмирлаш буйича малакали ходимлари булиши шарт. Ходим хақида (диплом, разряд, сертификат, ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида буйрукдан кучирма) маълумот.
5. Тиббий аппаратларни ўз вақтида етказиб беришлиги учун дистрибьютерлик шартномаси (нусхаси) хақидаги маълумотни тақдим қилиш;
6. Етказиб берилган тиббий аппаратларни канча муддатгача бепул таъмирлаб бериш ёки алмаштириб бериши тугрисида маълумот.
7. Етказиб берилган тиббий аппаратлар билан ишловчи ходимларни тиббий аппаратни ишлатиш учун уқитиб бериш:

Танловда иштирокчилар томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар

бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш, иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчисини 1-20 гача булган балл куйиб баҳоланади.

Юкори балл тўплаган давогар танлов ғолиби хисобланади.

Изох: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чиқилади.

Бош ҳисобчи:



Н.Эргашева

Бош ҳамшира:



У.Бердимуратова

КУК раиси:



М.Тухтасинова