



«Тасдиқлайман»

Давлатобод туман марказий
шифохона бош врач
Т.Бойдедаев

" " 2022 йил

Давлатобод туман марказий шифохонасида даволанаётган беморларга малакали
тиббий хизмат курсатиш мақсадида шифохонанинг жаррохлик бўлимига тиббий
аппаратни олиш тўғрисида

ТЕХНИК ШАРТЛАРИ

№	Тиббий аппаратни номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Жаъми суммаси	Изох
1	Щелевая Лампа S	Дона	1	75 000 000	75 000 000	Интегрированная система предлагает новый многозадачный подход к вопросу диагностики зрения. Лампа оснащена четырьмя фильтрами, каждый из которых обладает свойствами, очень значимыми для пациента и врача, а также имеют большое влияние на результаты исследований. Щелевая лампа высококачественный прибор, обладающий прекрасной оптикой и создающий четкое и яркое изображение щели. Стереомикроскоп выполнен по схеме Галилея, что обеспечивает большие поля зрения и удобство для окулиста при смене увеличений. Щелевая лампа S имеет расположение осветителя — сверху над микроскопом. Сегодня такая лампа может занять достойное место в кабинете врача-офтальмолога. Простота управления, удобное

					<p>расположение элементов регулировки щели, совершенная конструкция узла перемещения прибора, возможность подключения фотоаппарата делают щелевые лампы чрезвычайно эргономичными!</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Тип микроскопа: Система Галилея</p> <p>Тип осветителя: Верхний</p> <p>Магнификация: вращающийся барабан (5 ступеней)</p> <p>Общее увеличение: 6X, 10X, 16X, 25X, 40X</p> <p>Окуляр: 12,5X</p> <p>Поле окуляра: 018мм</p> <p>Межцентровое расстояние: 52-78мм</p> <p>Диоптрийная коррекция: +6D на -6D</p> <p>Реальное поле обзора в мм: 34,7(6X), 22(10X), 13,5(16X), 8,5(25X), 5,5(40X)</p> <p>Ширина щели: 0—14мм плавное</p> <p>Длина щели: 1-14мм плавное</p>
Жаъми			75 000 000	75 000 000	

Шифохонага олинаетган тиббий ускуналарни етказиш буйича танлов иштирокчиларига куйилаетган талаблар:

1. Шифохонада беморларга малакали тиббий хизмат курсатишда тиббий аппаратни Соғликни Саклаш Вазирлиги томонидан рўйхатга олинганлигини тасдиқланлаш;
2. Танловда катнашувчи корхона гувоҳномаси ва низомида тиббий аппаратларни етказиб бериш фаолияти алохида курсатилганлиги;
3. Даъвогар тиббий аппаратлари билан боғлиқ фаолиятини олиб борганлиги ҳамда тажрибага эга булиши.
4. Тиббий аппаратларни ишлатиш, уларни ишлатиш борасида ургатиш ва таъмирлаш буйича малакали ходимлари булиши шарт. Ходим хақида (диплом, разряд сертификат, ташкилотда ишлаётганлиги тугрисида буйрукдан кучирма) маълумот.
5. Тиббий аппаратларни ўз вақтида етказиб беришлиги учун дистрибьютерли шартномаси (нусхаси) хақидаги маълумотни тақдим қилиш;

6. Етказиб берилган тиббий аппаратларни канча муддатгача бепул таъмирлаб бериш ёки алмаштириб бериши тугрисида маълумот.
7. Етказиб берилган тиббий аппаратлар билан ишловчи ходимларни тиббий аппаратни ишлатиш учун укитиб бериш:

Танловда иштирокчилар томонидан энг паст нарх такдим килинишида юкорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаблар бажарилмаган такдирда паст нархда хизмат кўрсатиш, иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчисини 1-20 гача булган балл куйиб баҳоланади.

Юкори балл тўплаган давогар танлов ғолиби хисобланади.

Изох: Лозим топилганда комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини урганиб чикилади.

Бош ҳисобчи:

Бош хамшира:

КУК раиси:



Н.Эргашева

У.Бердимуратова

М.Тухтасинова