

ТАСДИҚЛАЙМАН

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЮҚУМЛИ

КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИ



Рахбари

Б.Абдурахманов

27.10

2022 йил

ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

БУЮРТМАЧИ

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар	<p>Автоматический биохимический анализатор,</p> <p>Автоматический дискретный произвольного доступа</p> <p>240 тестов в час (до 400 тестов в час с блоком)</p> <p>От 50 до 100 позиции для реагент и образца соответственно</p> <p>80 многоразовых реакционных кювет</p> <p>12 длин волн (340-800нм) диапазон абсорбции 0-3,5 разрешение 0,0001</p> <p>Охлаждающий отсек 2-12 С для реагента и образца</p> <p>Особенности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Автоматическое разведение образца (предварительное и последующее) • Автоматическая промывка иглы • Расход воды менее 6,5л/час • Объем реагента R1:100-200pl, с шагом 0,5 R2:100-200 с шагом 0,5 • Объем образца 2-35 ,с шагом 0,1
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси
3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй
5	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
6	Асосий талаблар	<p>Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт.</p> <p>Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади.</p> <p>Тиббий аппаратга 3 йил кафолат муддати берилиши шарт.</p> <p>Сифатсиз маҳсулот қабул қилинмайди.</p>

Бош врач:

Б.Абдурахманов

Бош ҳисобчи:

С.Ярбаев

