

ТАСДИҚЛАЙМАН

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЮҚУМЛИ

КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИ



Рахбари

Б.Абдурахманов

27.10. 2022 йил

ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

БУЮРТМАЧИ

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	<p>Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар</p>	<p>Полуавтоматический биохимический аппарат</p> <p>Технические Характеристики</p> <p>Принцип теста: Колориметрический, турбидиметрический</p> <p>Аналитические методики : Конечная точка, фиксированное время, кинетика и абсорбция. Все четыре методики поддерживают двойную длину волны.</p> <p>Объем образца: 200 мкл.л ~ 9000мкл.л</p> <p>Источник света: вольфрамово-галлоидная лампа 6V, 10W.</p> <p>Длина волны: 340 нм, 405 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм. По выбору: 450 нм, 670 нм.</p> <p>Напряжение</p> <p>Напряжение : 100-240V, 50/60Hz Подводимая мощность: 140 VA</p> <p>Рабочие требования</p> <p>Температура: 15°C~30°C Относительная влажность: 35%-85%, без конденсации. Атмосферное давление: 70 kPa-106kPa Уровень над морем: -400м ~ 3,000м</p> <p>Габариты и Вес</p> <p>Габариты : 420мм x 350мм x 158мм (ДхШхВ) Вес: 7кг.</p> <p>Устройства Ввод/Вывод данных</p> <p>Сенсорный экран Всплывающий экран Принтер</p> <p>Классификация Безопасности</p> <p>Защита первого типа от электрического шока. Перенапряжение: II Уровень загрязнения: 2 Тип устройства: фиксирующее устройство Тип работы: длительный Степень защиты против ядовитых жидкостей: известное устройство Рекомендованный метод стерилизации: не прилагается Степень защиты (классифицируется согласно существующим)</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси
3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй

	манзил	
5	Маблағ манзили	Махаллий бюджет
6	Асосий талаблар	Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт. Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади. Тиббий аппаратга 1 йил кафолат муддати берилиши шарт. Сифатсиз махсулот қабул қилинмайди.

Бош врач:

Б.Абдурахманов

Бош хисобчи:

С.Ярбаев

