

ТАСДИҚЛАЙМАН

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЮҚУМЛИ

КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИ



Рахбари

Б.Абдурахманов

24.10. 2022 йил

ТЕХНИК ТАЛАБЛАР

БУЮРТМАЧИ

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар	<p>НАСТОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА Максимальная скорость 4000об/мин</p> <p>Максимальная Относительная Центробежная Сила 2200×gr</p> <p>Максимальная вместимость 12x20мл</p> <p>Емкость ротора 12×20мл</p> <p>Точность скорости ±50об/мин</p> <p>Мотор DC бесщёточный двигатель</p> <p>Время 0-99мин</p> <p>Электропитание, Ас220В 50Гц 2А</p> <p>Уровень Шума ≤60дБ(А)</p> <p>Габариты 320×365×280мм(Д×Ш×В) Вес 18кг Температура окружающей среды 10°С ~ 35°С</p> <p>Относительная влажность ≤ 85% Микропроцессорное управление Сенсорная панель и цифровой дисплей</p> <p>Скорость контролируется с помощью PWM (шиотно-импульсная модуляция) с высокой точностью.</p> <p>Контролируется бесшумным, невибрирующим электромотором. Работает без угольной пыли, которая иногда требуется в лабораториях.</p> <p>Имеет специальный шок-изолятор для предотвращения вибраций, с функцией автоматического баланса.</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси
3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй
5	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
6	Асосий талаблар	<p>Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт.</p> <p>Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади.</p> <p>Тиббий аппаратга 3 йил кафолат муддати берилиши шарт.</p> <p>Сифатсиз маҳсулот қабул қилинмайди.</p>

Бош врач:

Б.Абдурахманов

Бош ҳисобчи:

С.Ярбаев

