

ТАСДИҚЛАЙМАН

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЮҚУМЛИ

КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИ

Раҳбари Б.Абдурахманов

27.10. 2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

БУЮРТМАЧИ

2	Буюртма	
3	Буюртма	
4	Сўраш жойлашган мажлис	
5	Маблаг мақсади	
6	Асосий таърифлар	
7	Даволаш усуллари	
8	Заводнинг	
9	Нархи	

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар	<p>НАСТОЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА Максимальная скорость 4000об/мин</p> <p>Максимальная Относительная Центробежная Сила 2200×гр Максимальная вместимость 12х20мл Емкость ротора 12×20мл Точность скорости ±50об/мин Мотор DC бесщёточный двигатель Время 0-99мин Электропитание, Ас220В 50Гц 2А Уровень Шума ≤60дБ(А) Габариты 320×365×280мм(Д×Ш×В) Вес 18кг Температура окружающей среды 10°С ~ 35°С Относительная влажность ≤ 85% Микропроцессорное управление Сенсорная панель и цифровой дисплей Скорость контролируется с помощью PWM (широтно-импульсная модуляция) с высокой точностью. Контролируется бесшумным, невибрирующим электромотором. Работает без угольной пыли, которая иногда требуется в лабораториях. Имеет специальный шок-изолятор для предотвращения вибраций, с функцией автоматического баланса.</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси
3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй
5	Маблағ манзили	Махаллий бюджет
6	Асосий талаблар	<p>Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт.</p> <p>Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади.</p> <p>Тиббий аппаратга 3 йил кафолат муддати берилиши шарт.</p> <p>Сифатсиз махсулот қабул қилинмайди.</p>
7	Иш бошлаш ва тугаллаш	2022 йил октябр 2022 йил ноябр
8	Аппарат сони	1 дона
9	Нархи	32 766 000 сум

Бош врач:

Бош ҳисобчи:

Б.Абдурахманов

С.Ярбаев

