



«Утверждаю»

Руководитель Мирзо
Мухомбетов РМО
Кадиров Ф.У.

ТЕХ ПАРАМЕТРЫ

п/н	Конфигурация	Кол-во	Технические параметры
1	Основной стол врача	1 комп	203x86x111 мраморная столешница, стойкое, антикоррозийное антипригарное покрытие, обладает высокой твердостью. Термостойкая и ударопрочная.
2	Ультратихий немасленный насос	1 шт	Наличие
3	пистолет-распылитель	4шт	Наличие
4	Всасывающий пистолет	1шт	Наличие
5	Прибор предварительного разогрева	1 комп	Наличие
6	Осветительная лампа	1 комп	Не менее 24В 100Вт, отсутствие излучения,
7	Первичные и вторичные всасывающие сосуды	1 комп	Наличие
8	Лоток для инструментов	2 комп	Нержавеющий, с крышкой,
9	Емкость для лекарственных препаратов	4шт	Наличие
10	Всасывающий наконечник	1 комп	Наличие
11	Подставка для клавиатуры	1шт	Материал из листового металла
12	Ящик для хранения	1шт	Материал из листового металла

13	Компьютерный шкаф	1шт	Материал из листового металла
14	Электрические кресла	1шт	Три режима управления: синхронная работа вверх, вниз, наклон назад, диапазон подъема.
15	Эндоскопическая система обработки изображений	1шт	<ol style="list-style-type: none"> 1. FULL HD цветная камера 1 2. Разрешение 1920*1080 3. Видеовыход HDMI/DVI/VGA 4. Источник питания 100VA 5. Светодиодная лампа Освещение >3000000LUX 6. Индекс цвета >92 7. Рабочее напряжение AC100-240V 8. Срок службы лампы >20000h 9. Спектральный 380-780nm 10. Размер 360*300*110мм 11. 19-дюймовый ЖК-монитор 12. Оптика – 2шт 13. цифровая эндоскопическая цвета система обработки изображений