




УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦРПКМР, профессор
(должность технического руководителя юридического лица)

Государственный центр «Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников» (ЦРПКМР)
(форма собственности и название юридического лица)



(подпись)

Акилов Х.А.

(Ф.И.О)


« _____ » _____ 2022г.

**Техническое задание на закупку
Медицинского оборудования**
(наименование оборудования)

**для нужд кафедр «Центра развития профессиональной
квалификации медицинских работников»**
(форма собственности и название юридического лица)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

 М. Курабон

Главный специалист по закупкам

 И.Э. Чокалов


г. Ташкент – 2022г.

1. Полуавтоматический биохимический анализатор

№	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Параметры и условия требований к товару
1	Диагональ монитора, не менее, дюймов	7
2	Открытая система для любых биохимических и иммунотурбидиметрических методик и реактивов любых производителей.	Наличие
3	Диапазон волн	340 нм, 405нм, 492 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм, 700 нм
4	Диапазон фотометра	-0,3~4,0Abs
5	Точность волн	±2нм
6	Объем образцов	100 мкл~9999 мкл(регулируемый)
7	Память	Не менее 10 000 результатов
8	Принтер встроенный термопринтер	Наличие
9	Питание	110V/220V, 50Hz/60Hz
10	Габариты размеры	360×320×145мм


СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер



М. Куракбоев

Главный специалист по закупкам



И.Э. Чакалов