

**Технические параметры на
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБОГРЕВА ПАЦИЕНТА**

Требуемые параметры	Предлагаемые параметры поставщика
Диапазон рабочих температур: не менее 33 °C - 39 °C	
Дискретность установления температуры: 0,1 °C	
Единицы измерения температуры: °C	
Время предварительного нагрева: не более 5 мин	
Наличие функции защиты от перегрева	
Сигнал тревоги при перегреве, системной ошибке	
Режим обдува воздуха: не менее 6 уровней	
Режим быстрого нагрева: не менее 3 режимов	
Наличие LCD дисплея не менее 3,0 дюйма	
Наличие звукового сигнала тревоги	
Запись историй: не менее 500 историй	
Очистка воздуха: указать	
Одеяло: не менее 10 видов на выбор	
Фильтр: Высокоэффективный воздушный фильтр	
Источник питания переменного тока: 220 В, 50/60 Гц	
Степень защиты: IPX2	
Тип/класс защиты от поражения электротоком: BF/I	
Наличие функции защиты от эффекта разряда дефибрилляции	