

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



Самарқанд шаҳар тиббиёт

бирлашмаси бошлиғи

А.С.Бабажанов

2022 йил

Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмасига қарашли 9-сон оилавий поликлиникасига тиббий аппаратлар хариди учун

Энг яхши таклифларни танлаш ҳужжати

Умумий қисм

Танлашда иштирок этиш таклифи

1 Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2 талов мавзуси “Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмасига қарашли 9-сон оилавий поликлиникасига тиббий аппаратлар хариди учун”

1.3 Танлов охириги қиймати 300 000 000 сўм .Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.

1.4 Танлов таклифида курсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак .

1.5 Танлов комиссияси йиғилиши – **онлайн**

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари – **онлайн**.

1.7 Ижрочилар билан ҳисоб-китоблар шакллантириш учун танлов фойдаланиладиган валюта сўмда амалга оширилади.

1.8 Тўлов тартиби пул ўтказиш йўли билан (олдиндан 30%, қолдиқ 70% иш бажарилгандан сўнг)

1.9 Етказиб бериш кўрсатилган муддат 15 кунда

1.10 Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тили ўзбек тилида ёки рус тилида тақдим қилинади.

1.11 Иштирокчилар танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан 5 (беш) иш куни мобайнида.

1.12 Танлаш учун берилган эълон 5 (беш) иш кунига электрон тизимга жойлаштирилади.

1.13 Ушбу Қонунга мувофиқ таклифлар баҳолаш мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши таклифларни танлаш ва электрон овоз бериш тартибига мувофиқ амалга оширилади.

1.14 Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция қуранишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб этилади.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмаси

2.2 Комиссиянинг ишчи органи - танлов комиссияси

2.3 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3.Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1.Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

- а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклар олиш);
- б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

4.2.Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш;ягона реестрда виждонсиз ижрочилар; солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3.Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миждонинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1.Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2.Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3.Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4.Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5.Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6.Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7.Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8.Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1.Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2.Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3. Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4. Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5. Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6. Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7. Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8. Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Самарқанд шаҳар тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи

А.С.Бабажанов

2022 йил

**Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмасига қарашли 9-сон оилавий
поликлиникасига тиббий аппаратлар хариди учун**

**ТЕХНИК
ТОПШИРИК**

Буюртмачи	Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмаси
Товар (иш хизмат)ларни тури	Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмасига қарашли 9-сон оилавий поликлиникасига тиббий аппаратлар хариди учун
Объектнинг жойлашган ўрни	Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳар Огохий кўчаси 54-уй
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши	<p>Иштирокчи томонидан худудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома тақдим қилиниши керак.</p> <p>Иштирокчининг иш тажрибаси ҳақида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>Иштирокчининг ишчилар сони тўғрисида маълумот тақдим қилиниши керак</p> <p>Танлов талабгори тақдим этилаётган маълумот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар</p> <p>Товар етказиш муддати</p> <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида кўрсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаблар бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш иштирокчиларга ғолиб деб баҳолаш имкониятини бермайди. Конкурс иштирокчиси балл қўйиш билан баҳоланади.</p> <p>Юқорида балл тўплаган давогар танлов ғолиби ҳисобланади.</p> <p>Изоҳ: Лозим топилганда танлов иштирокчиларини молиявий ҳолатини ва иш фаолиятини ўрганиб чиқилади.</p>
Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд бўлмаган нархларда
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш	2022 йил
Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати	Рўйхат иловада
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

**Самарканд шаҳар тиббиёт бирлашмасига қарашли 9-сон оилавий
поликлиникасига тиббий аппаратлар хариди учун харажатлар рўйхати**

№	Описание	Цена (Сум)	Кол- во	Сумма
1.	ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	300 000 000	1	300 000 000
			Итого	300 000 000

Основные компоненты приборов, такие как ПЗС-матрицы, наконечники трубок и т. д. производятся в Европе по стандартам CE. Каждый узел тщательно тестируется прежде, чем пойти в серийное производство.

Видеоэндоскопический комплекс в полной комплектации состоит из видеопроцессора, источника холодного света, мобильной тележки с держателем эндоскопа, профессионального медицинского монитора и гибкого эндоскопа по выбору заказчика (видеогастроскоп, видеоколоноскоп и/или видеобронхоскоп).

1. Видеопроцессор

Обладает функцией подсветки сосудов, которая помогает с легкостью определить состояние слизистой оболочки, сосудов и выявить даже самые незаметные источники кровотечения.

Вывод видеосигнала	Мультисигнальный вывод видеоданных HD-DVI и т.п.
Настройка цветовой гаммы	Автоматический баланс белого, регулировка красного/голубого
Настройка усиления	Регулировка яркости
Измерение яркости	Режим настройки четкости от максимальной до средней
Настройка четкости	Возможность подсветки сосудов гарантирует легкость диагностирования
Стоп-кадр	Остановка и сохранение изображения на SD-карту
Напряжение	110В-240В/50-60 Гц
Стандарт безопасности	IEC60601-1 / IEC60601-1-2

2. Источник холодного света

Мощность лампы	Светодиодная лампа 40Вт
Цветовая температура	4700К
Срок службы	35 000 часов
Давление на выходе	$\geq 0,03$ Мпа, регулировка низкого/высокого показателя
Помпа	Долговечная помпа
Напряжение	110В-240В/50-60 Гц
Стандарт безопасности	IEC60601-1 / IEC60601-1-2

3. Видеогастроскоп

Оптический прибор, снабженный осветительным устройством; применяется для обследования полости желудка. Получаемое изображение передается с помощью миниатюрной видеокамеры, встроенной в дистальный конец видеогастроскопа. Инструментальный канал 2,8 мм (или 2,2 мм) обеспечивает надежную аспирацию, а также делает возможным применение полноразмерного инструментария.

Модель	E190
Размер дисплея	19"
Цветность	1,07 млрд
Разрешение	1280*1024
Шаг пикселя	0,294*0,294 мм
Яркость	cd/m ² (Типичный)
Контрастность	1000:1 (Типичный)
Угол обзора	178° (Типичный)
Время отклика	мс (Типичный)
Интерфейс входного сигнала	DVI-D: 24 pin VGA: D-Sub 15 pin CVBS: BNC S-VIDEO:DIN4 YPbPr:BNC*3 RGSB:BNC*4
Интерфейс выходного сигнала	DVI-D: 24pin CVBS:BNC S-VIDEO:DIN4 YPbPr:BNC*3 RGSB:BNC*4
Размер (ш*в*г)	419*441~564*251 мм
Вес	кг
Стандартное крепление	VESA 100*100 мм
Источник питания	AC 100~240 В
Потребляемая мощность	Вт
Энергосбережение	EPA, VESA
Среднее время безотказной работы	>50,000 ч

Модель	GVE-2600X	GVE-2600P
Диаметр вводной трубки	Ø9,2 мм	Ø9,0 мм
Наружный диаметр	Ø9,2 мм	Ø9,0 мм
Рабочая длина	1050 мм	
Общая длина	1338 мм	
Рабочий канал	Ø2,8 мм	Ø2,2 мм
Поле обзора	145°	
Глубина резкости	3-100 мм	
Отклонение дистального конца	вверх 210°, вниз 90°, влево 100°, вправо 100°	

5. Профессиональный медицинский монитор 19" для эндоскопии

Благодаря высокой яркости, высокому коэффициенту контрастности и широкому углу обзора обеспечивается достоверная и точная передача изображения, что обеспечивает поддержку врачам во время обследований и операции. Благодаря различным интерфейсам ввода и вывода сигналов монитор может удовлетворять требованиям эндоскопа, операционной и ICU (отделения интенсивной терапии).

6. Тележка с держателем эндоскопа

Можно применять в процедурных кабинетах и операционных различной специализации, для компактного размещения эндоскопического оборудования и организации удобной работы с эндоскопами.

Конструкция	Сборная металлическая колонна
Колеса	С тормозным механизмом для фиксации тележки
Размеры (д*г*в)	650*599*1550~1713 мм
Хранение эндоскопов	2 держателя на штативе
Крепление для монитора	Кронштейн с регулировкой угла наклона и угла поворота, с допустимой нагрузкой не менее 15 кг