



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Юнусобод туман тиббиёт бирлашмаси
Комиссиянинг раиси
Ш.Қ. Абдусаттарова

“29” *Ноябр* 2022 йил

Юнусобод туман Тиббиёт Бирлашмаси Марказий кўп тармоқли поликлиникасига “Тиббий ускуналар” учун Ўзб. Респ. Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 1 ноябрдаги 1128-14-0-Q/22 сонли қарори “Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 2022 йил 7 майдаги VI-62-115-14-0-K/22 слгдт, 2022 йил 25 августдаги IV-69-235-14-0-K/22-сонли, 2022 йил 23 сентябрдаги VI-70-246-14-0-K/22-сонли, 2022 йил 12 октябрдаги VI-71-262-14-0-K/22-сонли қарорлари” ижроси доирасида техник аппарат сотиб олиш

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР БЎЙИЧА ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Хизмат номи: “Тиббий ускуналар”

Танлашни утказиш шакли: Электрон шаклда.

Шартноманинг бошланғич баҳоси: 135 000 000,00 (Бир юз ўттиз беш миллион) сўм

Танлов ҳужжатларини қабул қиладиган ҳамда танлов ўтказиладиган манзил:
<https://etender.uzex.uz/>

Иштирокчилар қуйидаги мезонларга амал қилган ҳолда танловда иштирок этишлари мумкин:

- шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий ресурсларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик;
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
- узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги;

Танлов иштирокчиларига танлаш бўйича харид қилиш қоидаларига доир тушунтириш юзасидан иштирокчилар билан алоқада бўладиган шахс:
Бош ҳисобчи – Мусаева Фарида Шакирияновна Тел.рақами (+99890) 937-02-70

Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана:

Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб белгиланган вақтга қадар.

Буюртмачининг юридик манзили: Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани 19-мавзе
Юнусота 2 уй

Танлов ҳужжатларини расмийлаштириш талаби:

- танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли;
- танлов ҳужжатларида тузатишларга (матн, сўз ва рақамларни бўйлаб) йўл қўйилмайди. Агарда ҳужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов ҳужжати комиссия томонидан четлаштирилади;
- танлов иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг шаффовлиги ва туғрилиги учун жавобгар бўлади.

Танловга тақдим этиладиган ҳужжатлар:

- тижорат таклифи
- танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза.
- солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги хақида маълумотнома;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома;
- ташкilotнинг рўйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкilot раҳбари томонидан муҳр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим);

Ўрнатилган қурилма сони ва тури

№	Tovar nomi	Soni
1	Вертикал буғли стерилизатор (автоклава), ҳажми 75л, киритилган. 2018-йилда хавфсиз ва тежамкор бўлган стерилизация воситаси сифатида босимли буғдан фойдаланган ҳолда рақамли рақамли стерилизаторни янгилаш. 5 та ўрнатилган дастур, асосий қуритиш функцияси, яхшиланган босим сенсори мавжуд. Тўлиқ зангламайдиган пўлатдан ясалган конструкция. Камера ўлчами: диаметри 400 мм, чуқурлиги 600 мм. . Автор. стерилизациядан сўнг сигнал сигнали билан ўчади. 2 та зангламайдиган пўлатдан стерилизация саватчаси билан. Номинал иш босими: 0,22 МПа. Максимал иш босими: 0,23 МПа. Стерилизация ҳарорати оралиғи 105-134 ° С. Таймер: 0-99 мин ёки 0-99 соат 59 мин. Қувват манбаи: 4,5 кВт/220 В. 50 Гц.	1
2	Қуритиш шкафи. Иш камерасининг ҳажми 80 л, иш ҳарорати оралиғи +50 дан +200 ° С гача. табиий конвекция. Чўтқаси зангламайдиган пўлатдан ясалган камера, бўялган корпус. Таъминот кучланиши / частотаси 220 В + -10% / 50 HZ, ўрнатилган қувват 1,6 кВт, узлуксиз ишлаш муддати камида 16 соат, иш камерасининг ўлчамлари 560 х 390 х 370 мм, оғирлиги 45 кг дан ошмайди.	1
3	Стерил тиббий асбобларни сақлаш учун УВ бактерицид камераси. Камера ҳажми ~110 л. Камера ҳаракатланувчи стенд билан бирга келади ва у ҳам пол стенд сифатида ишлатилиши, ҳам стендсиз оддий столга ўрнатилиши мумкин. Мақсад: олдиндан	4

	<p>стерилизация қилинган тиббий асбобларни микроорганизмлар томонидан иккиламчи ифлосланиш хавфини камайтириш учун сақлаш учун. УВ нурланиш манбасидан (30 Вт бактерицид чирок) тўлқин узунлиги 253,7 нм бўлган камера панжарасининг геометрик марказига нурланиш 6,0 Вт / м² дан кам эмас. Камеранинг узлуксиз ишлаш вақти 168 соатдан ошмайди. Икки даражадаги панжараларни ўрнатиш имконияти тиббий асбобнинг юкланишини бир хил даражадаги панжаралар билан жиҳозланган аналогларга нисбатан 1,5 барабар ошириш имконини беради. Камеранинг дизайни бактерицид УВ чирокнинг тагликлари ва мосламаларини камеранинг иш ҳажмидан ташқарида олиб ташлашда ифодаланган патентланган ечимга эга, бу стерилликни сақлаш режимларини сезиларли даражада яхшилайдди. Камеранинг умумий ўлчамлари 1250 * 960 * 600 мм. Қувват истеъмоли: 220V±10%, 50Hz.</p>	
4	<p>Ёриқ чирок Ускуналар ёруғлик филтрлари Термал нурланишни ютувчи филтр; яшил; кобальт кўк Моторли стол Умумий баландлиги: 980 мм Ишлаш масофаси: Минимал: 600 мм Максимал: 980 мм Тўлиқ юқорига ва пастга ҳаракат: 380 мм Ёриқ чирок Микроскоп: Галилей бинокуляр Катталаштириш ўзгариши: 5 позицияли барабан айланиши Кўзойнақлар: 12,5x Катталаштириш омили: 6x, 10x, 10x , 25x, 40x Ҳақиқий кўриш майдони дақиқада: 35, 23, 8, 7, 5, 6 ПД диапазоли: 52-75 дақиқа Диоптрини сошлаш: +6 Д / -6 Д Фокус узунлиги: 100 мм Ёритиш: Пастки / Юқори ёриқ кенлиги: 0-12 мм Ёриқ узунлиги: 0-12 мм Ёриқнинг диафрагма (диафрагма): 0,2; 2; 3; тўртта; 6; саккиз; 11,5 мм уяси бурчаги: 0 даража-180 даража Ёриқ бурчаги: 5°-10°-15°-20° Ёриқ Ёритиш: 6В - 30W Ҳалоген чирок 99мм Вертикал ҳаракат (юқорига/пастга): 30мм Чинкани сошлаш диапазоли: 80мм Волтаж: 110В ёки 220В Частота: 5 /60Hz Стол тагининг ўлчамлари: 522мм x 342мм</p>	1

Таклифларни баҳолаш меъзонлари ва кўриб чиқиш тартиби

Иштирокчилар қўйилган талаблар учун тақдим қилинган ҳужжатларга, яъни техник қисмининг миқдори кўрсаткичлари учун умумий 100 баҳо тўплашлари мумкин.

1. Ташкилот Гувоҳномаси ва Тошкент шаҳрида ташкилотнинг омборида маҳсулот мавжудлиги сервис хизматлари ва ўрнатиб бериш шарти тиббий жиҳозларнинг 3 йил кафолати борлиги — 20 балл.

2. Асосий техникалар ва тиббий апаратуралар сотишга рухсати борлиги ва литсензияси Тиббий техника воситаларини ўз воқтида етказиб бериш ҳақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги — 20 балл.

3. Шунга ўхшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги — 20 балл.

4. Банқдан картотекада турмаслиги тўғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак Тиббий аппаратларни етказиб бериш муддати тўғрисида расмий хат — 20 балл.

5. Иштирокчиларнинг таклиф қилинадиган сўмма қиймати — 20 балл.

Эслатма: Техник қисмда бирорга талабга жавоб беролмаса, ёки асосий талаблар ҳужжатларини тақдим қила олмаса иштирокчилар танловдан дисквалификация қилинади.

Бошқа шартлар

1. "Пудратчи" ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда камида бир киши ишонч телефониغا хизмат кўрсатишини таъминлаши шарт.
2. Пудратчининг ишонч телефонлари рўйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сўнг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакиллариغا етказилиши таъминлаш.
3. Юнусобод туман Тиббиёт Бирлашмасига келган тиббий ускуналарда носозликлар юзага келса баргараф этиш юзасидан Буюртмачининг ваколатли вакилидан телефон оркали ариза (буюртма) келиб тушганда, Пудратчининг вакили объекта кечиктирмасдан етиб келишини таъминлаш.
4. Техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш Узбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.
5. Агар "Пудратчи" томонидан келтирилган ускуналарда ўрнатиш жараёнида ишдан чиқарса, "Пудратчи" ўз ҳисобидан янгисига алмаштиради,
6. Кўрсатилган хизматларнинг натижасини қабул қилиш, кўрсатилган хизматлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш оркали амалга оширилади. Пудратчи буюртмачига тиббий ускуналарни ўз вақтида келтириб кўрсатилган хизматлар учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар тиббий ускуналарни келтириб ўрнатишда хизмат кўрсатиш самарали бажарилган бўлса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят бўлмаса, кўрсатилган хизматларни қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома имзоланади.


Харид комиссияси маъсул котиби

Бош шифокор муовини даволаш
ишлари бўйича

Аъзолар;


Умумий ишлар бўйича муовини
Қасаба уюшмаси раиси
Юнусобод ТТБ Бош ҳамшираси
Хужалик бўлим мудири

 Нурметова Р.Н.

 Ширинов А.С.

Атажанова Д.Р.

Мадикаримова Л.К.

 Абдуллаев С.Х.