

“ТАСДИКЛАЙМАН”
«Академик В.Вахидов
номидаги РИХИАТМ» ДМ
«Ўзбекистон республикаси
товар-хон ашё биржаси
харидлари» бўйича
комиссиянинг раиси

О.Д.Эшонходжаев
«__» ____ 2022й.

**«Аппарат для определения активированного времени свёртывания
крови (АСТ-таймер)»**
сотиб олиш бўйича

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

Тошкент- 2022 й.

«Республиканский научно-практический центр специализированной хирургии имени академика В. Вахидова» объявляет о проведении отбора лучших предложений на приобретение аппарата для определения активированного времени свёртывания крови (АСТ-таймер) государственного учреждения.

Название продукта: **Аппарат для определения активированного времени свёртывания крови (АСТ-таймер).**

Форма заявки: **Электронная.**

Начальная цена договора: **95 000 000 сум (девяносто пять миллионов сум)**

Адрес, по которому будет осуществляться прием тендерной документации и проведение тендера: <https://etender.uzex.uz/>

Участники могут принять участие в конкурсе, выполнив следующие условия:

- наличие технических, финансовых, материальных, кадровых ресурсов и других ресурсов, необходимых для исполнения контракта;
- наличие законного права на заключение договора;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
- отсутствие в отношении него процедуры банкротства;
- не состоящих на учете в едином реестре недобросовестных исполнителей.

Лицо, которое будет находиться в контакте с участниками по вопросам разъяснения правил закупки для отбора участников:

СНС отделения ИКА и ЭХ, д.м.н. Бабаджанов С.А. тел.: 93 376-53-50

Дата начала и окончания периода подачи предложений: с даты размещения лота на специальном информационном портале до указанного времени в течение 7 календарных дней.

Юридический адрес заказчика: город Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик Халка 10/1.

Требования к оформлению тендерной документации:

- конкурсант имеет право сделать только одно предложение; исправления (окрашивание текста, слов и цифр) в конкурсной документации не допускаются. При обнаружении исправлений в документах данный конкурсный документ будет отклонен комиссией;
- кандидат несет ответственность за достоверность и правильность предоставленных сведений и документов.

Документы, которые необходимо представить на конкурс:

- Коммерческое предложение
- заявление о недопущении проявления коррупции со стороны конкурсантов.
- справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
- справка об отсутствии в отношении него процедуры банкротства;
- справка о том, что он не зарегистрирован в едином реестре недобросовестных исполнителей;
- копия свидетельства о регистрации организации (должна быть заверена руководителем организации печатью и подписью);

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(приложение представлено на русском языке)

Покупка аппарата для определения активированного времени свёртывания крови (АСТ-таймер).

1. Цель работы

Применяется для определения активированное время свёртывания крови (activated clotting time). Предназначен для использования в кардиохирургии, интервенционной кардиологии, интенсивной терапии и реанимации.

2. Основание для выполнения работы

Определение показателя активированного свёртывания кровия во время выполнения эндоваскулярных вмешательств для оценки адекватности введённой во время процедуры дозы гепарина.

3. Перечень выполняемых работ

3.1 Забор образца крови исследуемого пациента.

3.2 Введение образца в крови в картридж.

3.3 Установка картриджа с образцом крови в аппарат АСТ-таймер.

3.4 Проведение теста.

4. Описание аппарата для определения активированного времени свёртывания крови (АСТ-таймер).

Размеры (Д x Ш x В) не более 200 x 300 x 500 мм

Масса (включая аккумулятор) – не более 5 кг

Тестовая камера – не менее 1

Диапазон тайминга от 0 до не более 1200 секунд

Время работы на полном заряде батареи – не менее 2 часов

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор

Срок службы батареи – не менее 300 циклов зарядки

Тип батареи – Литий-Ионный

Требования к источнику питания – 100-240 В перем. тока, 50 или 60 Гц (автоматический)

Потребление энергии – макс. 50 Вт

Количество измеряемых циклов на полном зарядке батареи – не менее 30 тестов

Нагрев в температурном диапазоне – от 15 до 40° С

Наличие считывателя штрих-кодов

Продукт совершенно новый

Прочие условия


- Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента установки
- Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
- Проинструктировать специалистов для работы на доставленном оборудовании
- Руководство пользователя на русском языке
- Продукты новые, неиспользованные, последняя версия программного обеспечения, выпущенная до 2022 года.
- Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан
- Сертификат соответствия Госстандарту Республики Узбекистан

«Ўзбекистон республикаси товар-хом ашё биржаси харидлари» бўйича комиссия
аъзолари:

Хашимов Ш.Х.




Лигай Р.Е.



Ирматов С.Х.



Халматов Ф.М.



Кулматова Е.С.



Юнусов А.А.



Махмудов А.А.



Ханнанова Г.Ю.