



Республика патологик анатомия марказига тиббиёт ускуналари мед техника воситаларининг микдори ҳақида
 маълумот

№	Махсулот номи	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	Станция для заливки парафиновых блоков варианты исполнения. Модульная станция для заливки парафиновых блоков полного комплекта, модель состоит из: консоль диспенсера, криоконсоль, термоконсоль	Дона	1
2	Цифровой микроскоп тринокулярный с камерой и планшетом Технические параметры: Насадка : Тринокулярная+ Бинокулярная головка под углом 30; Межзрачковое расстояние: от 55мм до 75 мм. Окуляры широкого диапазона: 18 мм; Объективы: 4X, 10X, 40X & 100X (масло); Предметный столик: 140*140 мм /75*50 мм (двухслойный держатель); Конденсор с ирисовой диафрагмой и фильтром; Освещение: галогеновая лампа галоида 6V 20W или 3W LED, настройка яркости регулируемая; Электропитание: источник питания 220 В 50 Гц; Программное обеспечение USB5000: Окуляр для микроскопа с диаметром 23,2 и компактным размером. Расширение камеры с фиксированным уменьшающим объективом для обеспечения полного поля обзора Микроскоп от окуляра может быть отображен на датчиком Качественная камера с сенсором 1/2 64 МП. Качественный планшет 11,6 LED. ЖК- для камеры Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте - согласно заключенному договору. Постгарантийное техобслуживание – согласно заключенному договору	Дона	1
3	2) Ротационный полуавтоматическая микротом комплект с столом предназначенный для изготовления качественных тонких срезов гистологических объектов залитых в парафин. Диапазон толщины среза 0,5-40 мкм. Максимальный размер образца для среза: 40*45мм. Ножи для микротомы должны быть сделаны из качественной закаленной нержавеющей стали и предназначены для получения любого типа срезов. Режущая поверхность ножей должна быть заточена под разными углами – 22° и 35°. В комплекте должна быть Упаковка представляющая собой прочный пластиковый диспенсер, вмещающий 50 одноразовых микротомных лезвий. Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте.	Дона	1