

«Утверждаю»
Заместитель министра здравоохранения
Республики Узбекистан
Председатель закупочной комиссии



О. Фазилкаримов

« 11 » _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение:

**«Многофункциональных электрических медицинских кроватей
для лечебно-профилактических учреждений»**

Тендер № _____

Заказчик: Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Ташкент – 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

<p>1. Предмет тендера</p>	<p>Закупка многофункциональных электрических медицинских кроватей для лечебно-профилактических учреждений (далее - товар)</p>
<p>2. Цель приобретения</p>	<p>Обеспечение медицинских учреждений современным медицинским оборудованием, а также создание комфортных условий для пациентов и повышения качества оказываемых медицинских услуг.</p>
<p>3. Основание в рамках которого производится данная закупка.</p>	<p>Решение Правительства Республики Узбекистан от 08.11.2022 года, №07/1-3278.</p>
<p>4. Страхование товара</p>	<p>Согласно условиям поставки.</p>
<p>5. Техническое требование</p>	<p>Технические требования и характеристики указаны в приложении к настоящему Техническому заданию. Участник тендера может предложить товар с аналогичными (превосходящими) характеристиками, которые выполняют все цели и задачи, указанные в Техническом задании с учетом целевого назначения.</p>
<p>6. Дополнительные требования</p>	<p>Товары, предлагаемые Участником, должны иметь регистрацию в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Республики Узбекистан (ГЦЭиСЛСИМНиМТ) до момента поставки. В случае подачи участником предложения по товарам, незарегистрированного в Республике Узбекистан, то предоставляются гарантийное письмо Участника о регистрации в Республике Узбекистан товара до момента его поставки и копии документов о регистрации товара в других странах или признании товара международными организациями здравоохранения или в гарантийном письме вместо них указываются ссылки на электронные источники информации о данной регистрации (признании). Участники в своём предложении, должны представить удовлетворительную техническую документацию для установления соответствия техническим характеристикам. Документальное свидетельство соответствия товаров закупочной документации по тендеру должно быть представлено в форме описания, инструкций или брошюр (каталогов) на русском или английском языке и должно представлять: детальное описание основных технических характеристик предлагаемых товаров; фотографии маркировки каждого предлагаемого Товара (оборудования, изделий), подтверждающие его точное наименование;</p>

	<p>комментарии по всем пунктам технических характеристик, сделанных Заказчиком, демонстрирующие полное соответствие товаров этим данным;</p> <p>участники тендера должны иметь в виду, что возможные ссылки на торговые марки и номера стандартов, форму упаковки, указанные в техническом задании (характеристиках), имеют описательный, а не ограничительный характер.</p> <p>Участник торгов должен также предоставить электронный вариант заполненной таблицы технического соответствия в формате .doc, вместе с подтверждающими документами (datasheet, проспекты, каталоги или другая информация по каждому требуемому параметру).</p>
<p>7. Требования к маркировке, упаковке, погрузке и транспортировке товаров</p>	<p>Закупаемый товар должен поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Если при распаковке товара определяются дефекты Заказчик имеет права отказаться от принятия товара, и поставщик должен заменить по гарантии.</p> <p>Маркировка должна выполняться в соответствии с международными стандартами и требованиями производителя. Маркировка должна наноситься четко несмываемой краской или отштампована на бирках, и должна содержать следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> Контракт №; Место №; Вес брутто, кг.; Вес нетто, кг.; Количество; Заказчик (наименование и адрес); Отправитель (наименование и адрес).
<p>8. Требования по комплектации</p>	<p>Участник тендера должен предоставить полностью укомплектованный работоспособный товар, а также все необходимые принадлежности для полноценного и правильного функционирования товара; При необходимости, участник должен предложить дополнительные модули, продукты и услуги, по каким-либо причинам не учтенные в данном техническом задании, но обязательные для обеспечения полноты использования согласно техническому заданию.</p> <p>При этом, участник должен указать полные и точные названия моделей, производителя, а также страну происхождения устройств, приборов в комплектации.</p>
<p>9. Требование по соответствию товара нормативным</p>	<p>Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать стандартам, указанным в технических условиях, а при их отсутствии – признанному стандарту, приемлемому для</p>

документам в области технического регулирования	страны происхождения Товаров. Подобные стандарты должны быть новейшими (действующими) из выпускаемых соответствующими учреждениями.
10. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, если иное не предусмотрено описанием государственной закупки	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, а также не снятым с производства. Не допускается поставка выставочных образцов.
11. Требования к обучению персонала заказчика (конечного пользователя)	<p>Поставщик должен организовать на рабочем месте обучение сотрудников конечного пользователя. Обучение должно быть на узбекском и/или русском языке.</p> <p>Обучение должно обеспечить получение теоретических знаний и практических навыков необходимых для технического обслуживания товара и включать Общую инструкцию по технике безопасности и эксплуатации товара, описание основных принципов работы, его конструкции установки и пуско-наладочные работы также знания об общих и специальных правилах профилактического обслуживания т.е. замены запасных частей поиск устранения неполадок/поломок.</p>
12. Передаваемая вместе с товаром документация	<p>Вместе с отгруженными товарами Поставщик обязуется направить Заказчику нижеперечисленные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • счёт-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя Заказчика; • транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика (оригинал и копия); • упаковочные листы (оригинал и копия); • акт приема – передачи Товара; • сертификат происхождения; • отчет о проверке материального риска (Verification report) • экспортная грузовая таможенная декларация, с указанием общей фактурной стоимости отгруженного товара; • сертификат соответствия • страховой полис или страховой сертификат (при необходимости) на условиях DAP Tashkent (INCOTERMS 2020). Все таможенные и другие расходы покрываются за счёт Поставщика. <p>Также, вместе с товаром должна быть передана документация по применению.</p> <p>Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке или узбекском языке и передана</p>

	Заказчику вместе с поставляемым и устанавливаемым товаром.
13. Требования к году производства/выпуску товара	Не ранее 2022 года
14. Требование порядку сдачи и приема продукции (работ, услуг)	<p>Приемка поставленного товара осуществляется путем контроля целостности и комплектности поставляемого товара в соответствие с требованиями технического задания.</p> <p>С целью принятия результатов работ (услуг), Заказчик имеет право создать в установленном порядке Приемочную комиссию. Совместно с предъявлением Приемочной комиссией товара, производится сдача разработанного Поставщиком комплекта документации, перечня и требований к оформлению и иными и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан.</p> <p>По итогам сдачи приема поставленных товаров подписывается двухсторонний акт. Статус и состав приемочной комиссии определяется Заказчиком.</p> <p>Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного товара и его допоставкой, производятся за счет Поставщика.</p> <p>При возврате товара по рекламации Заказчика и допоставке продукции Поставщиком все расходы несет Поставщик.</p>
15. Требование по гарантийному обслуживанию	Оказание бесплатного гарантийного сервисного обслуживания в течении 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в течении всего срока гарантии в службе технической поддержки производителя или авторизованного производителем сервисного центра (или партнёра, оказывающего техническое и сервисное обслуживание).
16. Требование к количеству, периодичности, срокам и месту поставок	<p>Необходимое количество - 750 шт.</p> <p>Срок и место поставки: Для иностранных исполнителей: 90 дней со дня открытия аккредитива на условиях DAP г.Ташкент (согласно Инкотермс-2020); Для отечественных исполнителей: 90 дней со дня проведения предоплаты. До склада покупателя.</p>
17. Вариант поставки	В разобранном виде
18. Гарантийный срок, не менее	24 месяца (после установки и приёма-передачи товара). Осуществление гарантийного ремонта и сервисного обслуживания авторизованным компанией-производителем сервисным центром с сертифицированными инженерами. В течение гарантийного периода поставщик должен обеспечить проезд специалиста к месту эксплуатации товара не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения письменного

	уведомления от уполномоченной стороны (конечный пользователь).
--	--

Приложение к
Техническому заданию

Технические требования и характеристики многофункциональных электрических медицинских кроватей для лечебно-профилактических учреждений

№ п/п	Технические требования и характеристики	Предложение исполнителя (уровень соответствия)
1	Тип управления: электрическая	
2	Количество секций: (не менее) 3-х секционная	
3	Описание материала:	
3.1.	Пластик/ Металл. Панель кровати должна быть изготовлена из высококачественного материала и иметь вентиляционные отверстия.	
3.2	Металлическая поверхность должна обеспечивать внутреннюю и внешнюю защиту от ржавчины. Должна быть использована краска высокого качества с защитой от царапин, ржавчины, устойчивой к кислоте и щелочи, коррозии.	
3.3	Задняя пластина кровати должна иметь двойную опорную разгрузочную конструкцию для эффективного переноса части пластины кровати на балку кровати, минимизация нагрузки на спиральную трубку, а спинка также оснащена портативным устройством для легкой очистки.	
4	Грузоподъемность: ± 240 кг	
5	Основание кровати: Стальной профиль (покрытый эпоксидной эмалью или аналогом:)	
6	Спинка головная и спинка ножная: Головка и ножки из АБС-пластика могут быть съемными с держателем для карточек пациентов.	
7	Каркас кровати: Размер прямоугольной трубы: примерно 30*60 мм, толщина: 1,5 мм (с допустимой погрешностью 10%); Размер каркаса кровати: примерно 30×60×1,5 мм (с допустимой погрешностью 10%)	
8	Двигатель:	

	Двигатель должен работать с низким уровнем шума, соответствующий требованиям безопасности. Совместимый с электромагнитной волной ЕМІ, не пропускает электричество, является электромагнитным устойчив, не мешает работе аппарата ИВЛ, ЭКГ-мониторинга и другой аппаратуры.	
9	Функции:	
9.1	Установка дополнительных аксессуаров: аппарата ИВЛ, ЭКГ-мониторинга и другой аппаратуры;	
9.2	Боковые ограждения (рейлинги): складные, съемные	
9.3	Пульт управления: дистанционный пульт управления секциями	
9.4	Угол наклона спинки: $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$;	
9.5	Угол наклона колена-коленная секция: $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$;	
9.6	Регулировка высоты (без матраса): 300~680 мм; Вверх-вниз с наклоном спинки и/или колени: 300~680 мм (с допустимой погрешностью 10%)	
10	Характеристика колеса: 4 колеса, два колеса с педальными тормозами. Колеса должны быть изготовлены из полимерных роликов, с противоударной конструкцией установки ABS внутри, которая имеет функцию педального тормоза. Функции кровати должны обеспечивать возможность, легко контролировать в процессе передвижения; высокий износостойкость, отсутствие шума, кислото- и щелочестойкость, простота обслуживания.	
11	Матрасное ложе: Стальные ложементы	
12	Длина: примерно 2000 мм (с допустимой погрешностью 10%)	
13	Ширина: примерно 970 мм (с допустимой погрешностью 10%)	
14	Диаметр колес: примерно 125 мм	
15	Матрас трехсекционный (не менее) противопролежневая, водоотталкивающая ткань, толщина не менее 150 мм	
16	Характеристика штатива: Рама кровати должна иметь отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций. Крючки для дренажного мешка для многопозиционной инфузии и дренирования; Двойная секция капельницы из нержавеющей стали, диаметр ≥ 19 мм, прочная и долговечная.	
17	Доставка до адреса Покупателя и сборка	
18	Электропитание:	
18.1	220 В \pm 10 %, 50 Гц;	
19	Поставщик должен укомплектовать товар (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение и указана отдельной строкой) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. Перечень таких дополнительных деталей, узлов, материалов должен быть представлен в тендерном предложении.	

20	Поставляемое оборудование должно соответствовать стандартам производства:	
20.1	Наличие соответствующих сертификатов.	
21	Регистрация в ГУККЛСиМТ: Оборудование должно быть зарегистрировано в Главном управлении по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ. (если оборудование подлежит регистрации). Копию регистрационного удостоверения предоставить в предложении лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ. Если регистрации нет см. тендерную документацию.	
22	Документация:	
22.1	Инструкция по эксплуатации на английском (опционально), а также узбекском или русском языке	
22.2	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке	
23	Сервисная служба Поставщика: Наличие собственной сервисной службы Поставщика, авторизованного производителем на территории Республики Узбекистан с опытом работы по схожему оборудованию. Сервисный центр должен иметь в штате не менее 2 сертифицированных инженеров. В Предложении предоставить письмо от производителя на авторизованный сервисный центр.	
24	Гарантийный срок: 24 месяцев (после установки и приёма-передачи товара).	
25	Монтаж/установка: Товар должен быть смонтирован, протестирован и сдан в эксплуатацию специалистом поставщика на каждом рабочем месте.	