


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Самарқанд вилоят Соғлиқни
саклаш болиқармаси бошлиғи**

 **Д.Жуманиязов**
2022 йил “ ” ноябр



Тиббий асбоб-ускуна жиҳозлари сотиб олиш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Самарқанд – 2022 йил

**Ташкилот, компания ва фирма рахбарлари
ДИККАТИГА!!!**

Самарқанд вилояти аҳолисини турмуш шароитини янада яхшилашга доир қўшимча чоратadbирлардаги манзилли дастурни ижроси юзасидан тиббий асбоб-ускуналарни сотиб олиш танлов савдосини эълон қилади

Танлов савдосида белгиланган шартларни бажарган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар (мол етказиб берувчилар), шу жумладан кичик бизнес субъектлари билан бир каторда хорижий чет-эл фирма ва ташкилотлари ҳам қатнашиши мумкин.

1. Танлов комиссиясининг ишчи органи номи ва манзили:

Самарқанд вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси, Манзил: Ўзбекистон Республикаси Самарқанд ш. М.Улугбек кўчаси 94 уй(140100). Тел: (+998 66) 2349939; 2349948, факс: (+998 66) 2349939, E-mail: samarkand.vssb@ssv.uz.

2. Танлов савдосининг мазмуни:

№	Товар (иш-хизмат)лар номи ва тўлиқ таснифи	Харид қилиш миқдори (дона)	Бир дона охирги қиймати (сўм ҳисобида)	Охирги қиймати (сўм ҳисобида)
1.	Рентген аппарат	3	433 000 000	1 299 000 000
ЖАМИ:				1 299 000 000

3. Танлов савдосини ўтказиш жойи ва манзили: Танлов савдоси “etender.uzex.uz” сайтида электрон шаклда амалга оширилади.

4. Танлов савдоси жараёнида танлов комиссияси томонидан танлов савдоларида қатнашиш учун танлов қатнашчиларнинг даражасини белгилаш ва саралаш ишлари олиб борилади. Танлов савдоси қатнашчиларининг даражасини белгилаш учун квалификацион талаблар:

- квалификацион даражасини белгилаш критерияларни тасдиқлаш учун ҳамма зарур ҳужжатларни белгиланган муддатда тақдим этади;
- Қайта ташкил қилиш, тугатиш ёки банкрот ҳолатида эмаслиги;
- Буюртмачи билан суд ёки арбитражда ишни кўриш ҳолатида эмаслиги;
- Инсофсиз бажарувчилар Ягона реестрида йўқлиги;
- Корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар
- Илгари тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги;
- Солиқ тўловлари ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарздорлиги йўқлиги;
- Қатнашчиларнинг таъсисчилар и учредителями участников не должны являються одни и те же юридические и физические лица;

5. Етказиб бериш шартлари:

- етказиб берувчилар учун: Сотиб олувчининг Самарқанд ш. омбори;

6. Тўлов шартлари, танлов таклифини расмийлаштириш талаблари ва бошқа талаблар танлов ҳужжатларида кўрсатилган.

7. Маъсул шахс: А.Баратов – Самарқанд вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бош ҳисобчи телефон: (+998 66) 234-99-39, моб (93-337 29 00) E-mail: samarkand.vssb@ssv.uz.

Самарканд вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Самарканд шаҳридаги тиббиёт муассасаларига керак бўладиган тиббий асбоб-ускуналар жихозларини харид қилиш

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Самарканд вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Рентген аппарати
3	Номер конкурса:	№
4	Адрес и контакты Заказчика:	Ўзбекистон Республикаси Самарканд ш. М.Улугбек кўчаси 94 уй(140100).
5	Контактное лицо:	А.Баратов – Самарканд вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси бош ҳисобчи телефон: (+998 66) 234-99-39, моб (93-337 29 00) E-mail: samarkand.vssb@ssv.uz.
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи отбор наилучших предложения
10	Срок действия конкурсного предложения:	не менее 5 дней со дня окончания представления отбор наилучших предложений
11	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма отбор наилучших предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	3% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	1 299 000 000 сўм
16	Язык конкурса:	Ўзбек
17	Источник финансирования	Местный бюджет
18	Валюта договора	Узбекский сум

Комиссия котиби:



А.Баратов

Цифровой Рентген аппарат

Главный компонент	Технические Спецификации		
Рентгеновский генератор (включая консоль)	Выходная мощность	40кВт	50кВт
	диапазон кВ	40~125кВ	40~150кВ
	диапазон мА	10~500 мА	10~630 мА
	диапазон мАс	0,4 ~ 630 мАс	
	Время воздействия	0,004~10 с	
	Частота	40 КГц	
Рентгеновская трубка	теплоаккумулирующая способность анода	140 кHu	300 кHu
	фокусные пятна	1,0/2,0 mm	0,6/1,2 mm
	целевой угол	16°	12°
	максимальное напряжение трубки	125 кВ	150 кВ
Коллиматор	Собственная фильтрация	1,0мм алюминий /75кВ	
	Источник света	ВЕЛ	
Напольная подставка для трубки	вертикальное движение	1204мм	
	горизонтальное движение	1456мм(±728)	
	поперечное (телескопическое) перемещение	220мм	
	вращение столбца	360°(±180°)	
	вращение рентгеновской трубки	240°(±120°)	
Напольно-потолочная трубчатая стойка	вертикальное движение	1204мм	
	горизонтальное движение	1456мм(±728мм)	
	поперечное (телескопическое) перемещение	220мм	
	вращение столбца	360°(±180°)	
	вращение рентгеновской трубки	240°(±120°)	
Стол	модель	4-полосная плавающая широкая столешница	
	размер столешницы	200x800мм((±10%)	
	горизонтальное движение	670мм((±335мм)	
	боковое движение	210мм((±105мм)	
	баки движение устройства	520мм((±260мм)	
	максимальная загрузка	200 кг	
Проводной плоский детектор	Размер	17x17 дюймов	
	Сцинтиллятор	CSI	
	Пиксели	3072*3072	
	Разрешение	3,6	
	Преобразование рекламы	16	
Компьютер и ЖК-дисплей	Процессор	≥2,8 ГГц	
	Память	≥4ГБ	
	Емкость диска	≥1Т	
	Медицинский ЖК	23 дюйма	
Настенная подставка	вертикальное движение	1180мм	
Напряжение питание	Однофазный 220/240В, 50/60Гц		
Опция	DAP (произведение дозы на площадь) Цифровое обновление счетчика (DR)		