

«Утверждаю»  
 Главный врач, 1-городской  
 клинической больницы  
 им. Нои Сино  
 М. Хайдаров  
 2022 год



Техническое задание на Электрическая 3-функциональная кровать	
Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию	Параметры, предлагаемые Исполнителем
Общие параметры	Применение: для интенсивной терапии, изоляционная, для обслуживания пациентов на дому, для стационаров
Модель	
Производитель	
Страна происхождения	
Наличие авторизованного сервисного центра	
Дата производства не ранее 2022 года	
Гарантийный срок:	12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию
Регистрация	Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).
Технические параметры	
Привод	электрический
Функциональная возможность	с регулируемой высотой Тренделенбург, обратный Тренделенбург
Система	авторегрессии
Функции	Тренделенбург и Антитренделенбург
Положения	Фовлера, сосудистое и кардио
Автоконтур	Наличие
Узел ручного управление	Наличие

Алюминиевый подрамник	Наличие
Постепенно регулируемая подставка для ног	Наличие
Водонепроницаемая панель управления с системой подсветки	Наличие
Кнопка автоматизированного перехода в СЛР (CPR)	Наличие
Электронное регулирование спины, ног и высоты	Наличие
Общий размер	2200*1050*480-670мм
Несущий	260 кг
Угол назад вверх-вниз	0°-75°
Угол нога вверх-вниз 0°-40°	0°-40°
Горизонтальный подъемник	190мм(±10мм)
Размер ролика	5 дюймов
Угол Backrest	0-70°
Угол Footrest	0-42°
Угол Trendelenburg	0-14°
Обратный угол Trendelenburg:	0° - 14°
Диаметр ригуса:	125 mm
Безопасная емкость допустимой загрузки	250 кг
Вес	114 кг
Зазор Underbed	17 см
Напряжение	максимальное 3,15A100V – 240V   50/60 Hz
Предохранение от электрошока:	Clas i, тип b
Жидкостное предохранение от входа	IPx66

Другие характеристики	на роликах, с системой взвешивания, медицинская, моющаяся, с псевдооживленным воздухом, гериатрическая
-----------------------	--

Заведующий  
хирургическим отделением №3

Медицинский техник



Курбонов Ш. Р.

Рахимов А.В.