



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
 "Янгикуртон тумани
 тиббиёт-бирлашмаси"
 Л.Ахмедова
 «06» октябрь 2022 й

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Янгикуртон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли бўлимлар
2	Буюрмачи	Янгикуртон тумани тиббиёт бирлашмаси
3	Буюртма учун асос	Янгикуртон тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли хўдудлар учун керак тиббиёт апаратуралари олиш зарурлиги Бюхалмический анализатор 3 дона 29 000 000 миллиондан 87 000 000 сум жами
4	Объектни жойлашган урни	Наманган в. Янгикуртон т. А.Кучкаров кучаси, 4-уй
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Техник хужжатларда курсатилган ишларни сифатли ва арзон нархларда бажариш ҳамда белгиланган нормативларда хужжатлар талаблар асосида катнашиш
6	Тажорат тақлифи тақдим этиш шартлари	Таққилот низоми асосий фасолийат тури мебел ишлаб чиқариш ва рўйхатдан ўтказиш гувоҳнома ва солиқдан ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги қайси турдаги солиқ туловчи эъқаллиги хужжатлари тасдиқланган ҳолда бўлиши керак.
7	Бажарилмақ ишлар хитсоби китоби	Ўтказиб берилмақ товарларни ва ишлар далолатномасига мос равишга туланади
8	Иш тури	Сотиб олиш ва ўтказиб бериш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиқдан 30% тулов ўтказилмақ сунг 10 кун мудат ичида бажариш
10	Молиялаштириш манбаи	Ташаббусли буюжет хисобидан
11	Бажарилмақ ишлар қиймати	87 000 000 (Сақсон етти миллион) сум

Буюртмачи: Янгикуртон тумани тиббиёт бирлашмаси

Тасдиқлайман
Янгиқургон туман тиббиёт бирлашмаси
рахбар
Л.Ахмедова



Янгиқургон туман тиббиёт бирлашмаси қарашли бўлимларга иш фаолиятини юритиш учун керак тиббиёт апаратуралари ва жихозлари тугрисида

Янгиқургон ш

06.12.2022

МАЪЛУМОТ

№	маҳсулот номи	Сони	нархи	Суммаси	технический
1	Биохимический анализатор	3	29 000 000	87 000 000	<p>Дата выпуска - (Оборудования должно быть не ранее 2022 года) Год выпуска: 2022 год. Участник торгов гарантирует, что поставленный товар является новым и ранее неиспользованным Оборудование новое и ранее неиспользованное. Область применения: Биохимический анализатор используется для лабораторного диагностического исследования методом биохимического анализа (биохимического исследования) крови и мочи человека, с целью выявить нарушения в организме человека и оценить состояние углеводного, белкового, липидного обмена, минерального, пигментного обмена, а также функцию внутренних органов (например, печени, почек). Типы анализов / Режим: не менее 7 режимов (по конечной точке, фиксированное время, кинетический анализ, холостая проба, мультистандарт, коэффициент поглощения и нелинейная кривая + холостая проба). Наличие Проведение тестов в час: не менее 100 тестов в час. Наличие Источник света: 6В,10Вт кварцево-галогенная лампа (срок эксплуатации около 2000 часов). Наличие Метод измерения: Колориметрия (кинетика, конечная точка). Иммунотурбидиметрия, мультистандарт. Монохроматический и бихроматический. Наличие Фотодиоды: один силиконовый фотодиод. Наличие Длина волны (Фильтры): 7 фильтров (340, 405, 505, 546, 578, 620, 670) и 1 произвольное положение. Наличие Диапазон поглощения: 0 - 3 коэффициент поглощения. Наличие Разрешение: 0,0001. Наличие Рассеянный свет: ≥2,3 Б. Наличие Время задержки/инкубации: 3 - 999 секунд. Наличие Время считывания: 3 - 999 секунд до конечной точки 30-999 на скорость и фиксированное время. Наличие Типы комплектующих: Проточная ячейка и квадратная кювета. Наличие Объем проточной ячейки: 32 мкл. Наличие Дисплей: 240 x 128 пикселей, синий графический ЖКИ с диодной подсветкой. Наличие Клавиатура: Клавиатура QWERTY с 50 клавишами. Наличие Принтер: Встроенный термографический принтер, 384 точки. Наличие Связь с ПК: RS232 - 9-контактный разъем последовательного порта, тип «D». Наличие ПО (лицензионное программное обеспечение) для ПК (Персонального компьютера) Наличие Память: Флэш-накопитель. Наличие</p>
	Жами			87 000 000	

Бош врач уринбосари

Бош ҳисобчи

Меттехник



С.Турсунбаева
К.Долиев
М.Хужаханов

С.Турсунбаева

К.Долиев

М.Хужаханов