

«Тасдиклайман»

Янгикургон туман Тиббиёт Бирлашмаси

Ахмедова Л.



Ахмедова Л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОКУПКУ:

(Автоматический Гематологический Анализатор)

Автоматический Гематологический Анализатор

№	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Параметры и условия требований к товару
1	Проведения клинических исследований крови человека	Не менее 21 Параметр
2	Цветной LCD дисплей	Не менее 10,4 дюйма
3	Сообщения об ошибках, сигнализация при сбоях	Наличие
4	Архив данных	100 000 результатов с гистограммами
5	Интерфейс	RS232, 2 USB-порта, PS/2, параллельный порт
6	Производительность	Не менее 30 тестов/час
7	Измеряемые параметры WBC – лейкоциты LYM – абсолютное содержание лимфоцитов LYM% – относительное содержание лимфоцитов GRA – абсолютное содержание гранулоцитов GRA% – относительное содержание гранулоцитов MID – абсолютное содержание средних лейкоцитов MID% – относительное содержание средних лейкоцитов RBC – эритроциты HGB – гемоглобин HCT – гематокрит MCV – средний объем эритроцитов MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците RDW-SD – стандартное отклонение эритроцитов в абсолютных числах RDW-CV – коэффициент вариации отклонения эритроцитов в процентах PLT – тромбоциты MPV – средний объем тромбоцитов PDW – ширина распределения тромбоцитов PCT – тромбокрит P-LCR (LPCR) – доля крупных тромбоцитов P-LCC - количество крупных тромбоцитов + 3 гистограммы	Наличие