

3..

## Оптический коагулометр

№	Наименование требований	Содержание технического задания
1.	Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)	<p>Оптический портативный коагулометр предназначенный для измерения следующих показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протромбиновое время</li> <li>• Активированное частичное тромбопластиновое время</li> <li>• Активированное время свертывания</li> <li>• Тромбиновое время</li> <li>• Фибриноген</li> <li>• Срок хранения 18 месяцев, индивидуальная упаковка каждого теста. Хранение при комнатной температуре.</li> </ul>
2.	Цель приобретения товаров	-для определения показателей коагулограммы
3.	Необходимые технические характеристики товаров	<p>Портативность и удобство</p> <p>Встроенные батареи для непрерывной работы при перепадах в напряжении</p> <p>Невысокая стоимость анализов</p> <p>Память на 300 результатов</p> <p>12 контролей качества</p> <p>Размеры: 220 × 175 × 130 мм</p> <p>Вес: 850 г (без батарей)</p> <p>Напряжение питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее 220 W;</li> <li>- не больше 50 Гц.</li> </ul>
4.	Требования по комплектации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внешний принтер – 1 шт.</li> <li>2. Кабель электропитания - 1 шт.</li> </ol>
5.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплект электрических кабелей, соблюдение температурного режима от -10 градусов до +50 градусов.

6.	Требования к установке	После доставки оборудования, технический специалист поставщика с выездом на место должен проводить установку и пуско-наладочные работы, а также испытания оборудования. Поставку оборудования считать завершенным после оформления соответствующего акта приемки оборудования с участием пользователя.
7.	Требование к обучению персонала	Обучение и демонстрация полному функционалу прибора для двух специалистов конечного пользователя.
8.	Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов	На оборудование должны представляться руководство по эксплуатации на русском или английском языке. С оборудованием должен выдаваться сертификат происхождения (certificate of original) и сертификат качества (quality certificate).
9.	Срок поставки	20 дней

Директор



*Исмаилов С.И.*

Исмаилов С.И.