

**Автоматический гематологический анализатор**

№	Наименование требований	Содержание технического задания
1.	Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)	Автоматический гематологический анализатор на 27 параметров + 3 гистограммы + 1 скатерграмма. Метод анализа с помощью химических красителей, полное меню дифференцировки на 5 субпопуляций и возможность настройки критериев повторного исследования. Высокая скорость измерений (60 тестов в час), а также удобное, интуитивно понятное, управление, позволяет оптимизировать рабочую процедуру анализа крови
2.	Цель приобретения товаров	-Исследование образцов крови(27 параметров)
3.	Необходимые технические характеристики товаров	-полная дифференциация лейкоцитов на 5 субпопуляций: лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы; -27 параметров, 3 гистограммы + 1 скатерграмма; -уникальное сочетание технологии лазерного рассеяния с химическим окрашиванием и проточной цитометрией; -объёмы взятия крови: 20 мкл (предиллюция); -производительность: до 60 проб в час; -высокоточный поворотный клапан для дозирования крови; -независимый измерительный канал для базофилов; -флагирующие ненормальных клеток; -большая ёмкость памяти, до 40 000 результатов; двунаправленный обмен с LIS.
4.	Требования по комплектации	-Гематологический анализатор -Персональный компьютер -Принтер
5.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплект электрических кабелей.
6.	Требования к шефмонтажу	После доставки оборудования, технический специалист поставщика с выездом на место должен проводить шефмонтажные и пуско-наладочные работы, а также испытания оборудования. Поставка оборудования считать завершенным после оформления соответствующего акта приемки оборудования с участием пользователя.
7.	Требование к обучению персонала	Обучение и демонстрация полному функционалу прибора для двух специалистов конечного пользователя.
8.	Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов	На оборудование должны представляться руководство по эксплуатации на русском или английском языке. С оборудованием должен выдаваться сертификат происхождения (certificate of original) и сертификат качества (quality certificate).
9.	Срок поставки	60 дней

Директор



*Исмаилов С.И.*  
Исмаилов С.И.