

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	<p>Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар</p>	<p>Автоматический гематологический анализатор,</p> <p>интеллектуальное и интуитивно понятное программное обеспечение</p> <p>выводит вашу производительность на новый уровень. Сенсорный, 10,4-дюймовый экран упрощает работу</p> <p>объем памяти в 400 000 единиц</p> <p>позволяет вам без проблем обрабатывать и управлять данными</p> <p>может обнаруживать и устранять ошибки в работе, а также запускать</p> <p>автоматическое обслуживание одним щелчком мыши.</p> <p>Особенности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пропускная способность: 40 образцов в час • Интуитивно понятная операционная система с 10,4-дюймовым • Самый компактный размер и лучшая энергоэффективность • Отбор проб во флаконах • Хранение 100 000 результатов с гистограммами • Оригинальные QC, калибраторы и реагенты <p>Принципы Работы</p> <p>Свободный от цианида реагент для теста на гемоглобин</p> <p>Параметры</p> <p>Объем образца</p> <p>В разведенном режиме $\leq 20 \mu\text{L}$</p> <p>Режим цельной крови ≤ 9 мкл</p> <p>Емкость хранилища данных До 100 000 результатов, включая числовую и графическую информацию</p> <p>Пропускная способность 40 образцов в час</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси
3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй

5	Маблағ манзили	Махаллий бюджет
6	Асосий талаблар	Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт. Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади. Тиббий аппаратга 3 йил кафолат муддати берилиши шарт. Сифатсиз махсулот қабул қилинмайди.



Бош врач:

Бош ҳисобчи:

Б.Абдурахманов

С.Ярбаев

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар	<p>Баня сухонагревательная типа "драйблок"</p> <p>Диапазон от температуры окружающей среды до +120°C.</p> <p>Точность контроля температуры ±0,5°C.</p> <p>Однородность температуры ±0,5°C.</p> <p>Таймер от 1 мин до 99 ч. 59 мин.</p> <p>Индикация: 2 светодиодных дисплея (температура, таймер); температура срабатывания защиты от перегрева: 140 °C.</p> <p>В комплекте с 2-мя алюминиевыми термоблоками: по 28 пробирок 5/15 мл и для пробирок объемом 0,2, 0,5 и 1,5/2 мл (18 отверстий каждого вида).</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси
3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй
5	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
6	Асосий талаблар	<p>Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт.</p> <p>Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади.</p> <p>Тиббий аппаратга 1 йил кафолат муддати берилиши шарт.</p> <p>Сифатсиз махсулот қабул қилинмайди.</p>



Бош врач:

Бош ҳисобчи:

Б.Абдурахманов

С.Ярбаев

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	<p>Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар</p>	<p>Полуавтоматический промыватель (вошер)</p> <p>предназначен для промывки 96/48 луночных планшет, использующихся в ИФА, с плоским, U- и V-образным дном.</p> <p>Основные особенности вошера -12A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • автоматическое обнаружение дна и защита от столкновения • колебание в течение периода засасывания • 100 программ промывки в памяти • функция чистки с перекрестной аспирацией и промывкой дна • минимальный остаточный объем • встроенная автоматическая система самодиагностики • автоматическая система контроля жидкостей • низкое изменение «хорошо к хорошо» <p>удобный в обращении Вид аналитической системы полуавтомат</p> <p>Вид планшет 96/48 луночные планшеты</p> <p>Форма планшет плоское, U- и V-образное дно</p> <p>Дисплей ЖК</p> <p>Разрешение 192x64</p> <p>Интерфейс ввода данных Клавиатура; 8 опциональных клавиш</p> <p>Тип гребенок 12 канальная (на 48 лунок); 8 канальная (на 96 лунок)</p> <p>Наличие перекрестной аспирации есть</p> <p>Время промывки 0-300 с</p> <p>Время шейкирования 0-300 с</p> <p>Количество циклов промывки 9</p> <p>Память До 100 программ промывки</p> <p>Интерфейс Последовательный порт RS-232</p> <p>Электропитание AC 100В-240В, 50/60 Гц, 100ВА</p> <p>Условия окружающей среды при работе Температура: 5-35°C; Влажность: 15-85% Давление: от 70кПа до 106кПа</p> <p>Габариты, мм 400(Д)X330(Ш)X145(В)</p> <p>Вес, кг 7.2</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси

3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй
5	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
6	Асосий талаблар	Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт. Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади. Тиббий аппаратга 1 йил кафолат муддати берилиши шарт. Сифатсиз махсулот қабул қилинмайди.



(Handwritten signature)

Б.Абдурахманов

С.Ярбаев

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	<p>Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар</p>	<p>Электрокардиограф Цифровой</p> <p>Цветной 5,6-дюймовый LED-экран с разрешением 1024*768,</p> <p>удивительно компактный и мобильный прибор, вес нетто всего 1,2 кг.</p> <p>Лучшие технические характеристики в своем классе: частота дискретизации: 32000 Гц (1 мс), диапазон частотной характеристики 0.01-350 Гц, обнаружение водителя ритма и функция Wi-Fi в стандартной комплектации.</p> <p>Автоматический анализ показателей, обнаружение аритмий, автоматический анализ по алгоритму</p> <p>Режимы выборки: в реальном времени/предварительная выборка/триггер-выборка/выборка периода.</p> <p>Режимы работы: Авто/Ручной/Ритм.</p> <p>Фильтры ECG: ВЫКЛ/25/35/45/75/100/ 150/250/350Гц.</p> <p>Фильтры DFT: ВЫКЛ/0.01/0.05/0.3/0.6Гц</p> <p>Филтры AC: ВЫКЛ/50/60 Гц</p> <p>Поддержка печати ЗСН и ЗСН + 1R.</p> <p>Встроенный термопринтер высокого разрешения: 8 точек/мм (по вертикали), 40 точек/мм (по горизонтали, 25 мм/с).</p> <p>Размер термобумаги: 80ммx20м рулонная или фальцованная</p> <p>Поддержка 10 языков, включая русский.</p> <p>Точная функция обнаружения сердечной стимуляции.</p> <p>Пересмотр записей на экране без необходимости распечатки.</p> <p>Память: на 1000 записей ЭКГ, поддержка SD-карты, USB.</p> <p>Порты передачи: 2 порта USB2.0 / SD-интерфейсы.</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси

3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй
5	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
6	Асосий талаблар	Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт. Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади. Тиббий аппаратга 1 йил кафолат муддати берилиши шарт. Сифатсиз маҳсулот қабул қилинмайди.



Бош врач:

Бош ҳисобчи:

Б.Абдурахманов

С.Ярбаев

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Етказиб бериладиган тиббий лаборатория номи ва аппарат параметрлари тўғрисида маълумотлар	<p>Высокоскоростная микроцентрифуга</p> <p>Максимальная скорость вращения 500-15000 об/мин, шаг: 100 об/мин.</p> <p>Максимальный ОЦС 15100x g, шаг: 100 x g.</p> <p>Вместимость ротора 12 x 0.2/0.5/1.5/2 мл.</p> <p>Таймер 30сек-99мин (или непрерывная работа).</p> <p>Шум≤54 дБ(А).</p> <p>Двойная блокировка крышки; детектор ограничения скорости; автоматическая внутренняя диагностика, детекция перегрева.</p> <p>Возможность переключения скорость/ОЦП.</p> <p>Прошла испытание на взрывобезопасность и получила маркировки .</p> <p>Тест - результаты в соответствии</p> <p>Бесколлекторный электродвигатель быстро и легко разгоняет ротор до нужной скорости.</p> <p>Большой хорошо читаемый LED-дисплей показывает всю важную информацию, есть звуковое оповещение</p>
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят юкумли касалликлар шифохонаси
3	Бажарувчи	Танлов сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар А.Навоий кучаси 4 а-уй
5	Маблағ манзили	Махаллий бюджет
6	Асосий талаблар	<p>Тиббий аппарат манзилга етказиб берилиши шарт.</p> <p>Тиббий аппарат мутахассислар томонидан тўлиқ ўрганилиб қабул қилинади.</p> <p>Тиббий аппаратга 1 йил кафолат муддати берилиши шарт.</p> <p>Сифатсиз махсулот қабул қилинмайди.</p>



Б.Абдурахманов

С.Ярбаев