



«Утверждаю»
Главный инженер
ООО «Бухарский НПЗ»
Б.Ж. Мустафоев
«15» 03 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по градуировке/поверке стальных вертикальных и горизонтальных резервуаров по ГОСТ 8.570-2000 и ГОСТ 8.346-2000, трубопроводов по МИ 2800-2003 и замерам базовой высоты резервуаров, обработке результатов измерений, подготовке исходных данных для расчета градуировочных таблиц, выполнению расчётов и сдаче таблиц ООО «Бухарский НПЗ»

I. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Выполнение работ по градуировке/поверке стальных вертикальных и горизонтальных резервуаров по ГОСТ 8.570-2000 и ГОСТ 8.346-2000, трубопроводов по МИ 2800-2003 и замерам базовой высоты резервуаров, обработке результатов измерений, подготовке исходных данных для расчета градуировочных таблиц, выполнению расчётов и сдаче таблиц ООО «Бухарский НПЗ»

II. ОПИСАНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА)

- Выполнение работ непосредственно на производственных площадках ООО «Бухарский НПЗ»;
- Компьютерная обработка результатов измерений и подготовка исходных данных для расчета градуировочных таблиц;
- Выполнение расчетов в строгом соответствии с ГОСТ 8.570-2000 и ГОСТ 8.346-2000, МИ 2800-2003 без превышения пределов максимально допустимой погрешностей;
- Сдача готовых таблиц «Заказчику»

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ

Выполнения годового графика по данным видам работ

IV. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКУПКА)

Выполнение требований РД, НД и НТД, действующих на территории РУз.

V. ТРЕБОВАНИЯ К СООТВЕТСТВИЮ УСЛУГИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с НД и НТД - ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ 8.346-2000 и МИ 2800-2003 без превышения пределов максимально допустимых

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

Участники конкурса в конкурсном предложении должны представить следующие документы:

- Свидетельство от ГП «O'ZBEKAKKREDITATSIYA» на область аккредитации на право проведения данных видов работ по стандарту ISO/IEC 17025;
- Опыт работы в данной области не менее 2-ти лет;
- Заявка на участие согласно приложению №2;
- Общая информация об участнике конкурса согласно приложению №3;
- Гарантийное письмо согласно приложению №4;
- Ценовое предложение согласно приложению №5

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обеспечение отделов и служб завода градуировочными таблицами для ведения учета сырья и готовой товарной продукции

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Согласно условиям контракта

IX. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ УСЛУГ (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

Соблюдение всех требований правил и инструкций в части техники безопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Бухарского НПЗ.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, СРОКУ ПОСТАВКИ УСЛУГ

Согласно графика выполнения работ

XI. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Собственные средства «Заказчика»

XII. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ УСЛУГ

Производственные объекты ООО «Бухарский НПЗ»

ХИ. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое предложения должно быть оформлено согласно требованиям за № ЗРУ-684
«О государственных закупках» от 22.04.2021г

Составил:

Начальник МС:



Шукуров Х.С.

Согласовано:

Главный метролог:



Хамроев А.Р.

**Планируемый объём работ по градуировке резервуаров, ёмкостей, сосудов
и трубопроводов и замерам базовой высоты РВС на Бухарском НПЗ**

№ п/п	Тип ёмкости или сосуда	Вместимость	Кол-во (шт)
1	РВС-20000	20 000 м ³	9
2	РВС-5000	5000 м ³	9
4	РВС-4000	4000 м ³	1
5	РВС-3000	3000 м ³	6
6	РВС-2000	2000 м ³	22
7	РВС-1000	1000 м ³	10
8	РВС-700	700 м ³	2
9	РВС-200	200 м ³	17
10	РВС-16	16 м ³	8
11	РВС-2	2 м ³	2
12	РГС-160	160 м ³	15
13	РГС-25	25 м ³	8
14	Р/водоём	34000 м ³	2
15	Р/водоём	27000 м ³	2
16	Р/водоём	3000 м ³	5
17	Нефтепродуктопровод	-	21 116,46 м
18	Базовая высота	-	125