



«...тверждаю»

Абдуразакова директор
Репродуктивного
центра города Ферганы

Техническое задание.

Ультразвуковой сканер экспертного уровня SonoscapeP9 (Стационарный).
Ультразвуковой сканер экспертного уровня , Стационарный. Ультразвуковой сканер должен быть на платформе операционной системы LINUX. 3 активных порта и 2 парковочные порты (без переходников). В комплекте с 2 датчиками. ЖК-монитор с диагональю 21.5" с высоким разрешением цветной ЖК-монитор (с автоматической адаптивной светодиодной подсветкой); Сенсорная панель управления; Диапазон рабочих частот: 1-16 МГц; USB 2.0, CD/DVD-RW жесткого диска 1Тб; Ethernet, DICOM 3.0; Встроенная аккумуляторная батарея Адаптер переменного тока
Обязательное наличие авторизованного производителем сервис центра в Ташкенте.
Строгое соответствие техническим характеристикам, указанным в прикрепленном файле. Товар, не соответствующий параметрам приниматься, не будет.

