



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования.

Место оказания услуг:

Республиканская клиническая психиатрическая больница, город Ташкент Янгихаётский район, Спутник -4

Срок оказания услуг: с 01.04.2022 по 31.12.2022 (включительно) ежемесячно.

1. Наименование, характеристики и объема оказываемых услуг

1.1. Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования включает в себя:

1.1.1. Диагностику - под диагностикой понимается комплекс работ по общей оценке работоспособности медицинского оборудования (общая диагностика) или ее отдельных узлов (поэлементная диагностика). Диагностика включает в себя обязательный осмотр, освидетельствование технического состояния медицинского оборудования, составление реестра необходимых замен запчастей и работ, факторов поломок и письменные консультации Заказчика о причинах возникших неисправностей, мониторинг работоспособности медицинского оборудования, рекомендации по обновлению медицинского оборудования, не подлежащей восстановительному ремонту, инструктаж сотрудников Заказчика об особенностях эксплуатации медицинского оборудования во избежание возникновения поломок. Стоимость диагностики входит в стоимость работ. При невозможности ремонта - стоимость диагностики не оплачивается.

1.1.2. Ремонт - комплекс работ по устранению отказов, неисправностей или отклонений в работе медицинского оборудования и приведение ее в работоспособное состояние с заменой запасных частей. Ремонт включает в себя восстановление технических характеристик до первоначального уровня или до уровня, обеспечивающего штатное использование медицинского оборудования по её прямому назначению с заменой, вышедших из строя деталей, узлов медицинского оборудования. Ремонт распределяется на 2 вида: регламентированный (плановый) ремонт, который выполняется по результатам диагностики в соответствии с технической документацией на медицинское оборудование и нерегламентированный (аварийный) ремонт, который осуществляется на основании поступившей заявки от уполномоченного представителя Заказчика.

2. Место, сроки и условия оказания услуг:

2.1. Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования осуществляется по месту нахождения техники Заказчика. Выезд Исполнителя для ремонта осуществляется по заявке Заказчика в течение 2 часов в будние дни.

2.2. Заказчик сообщает Исполнителю о необходимости провести диагностику, техническое обслуживание медицинского оборудования в устной форме по телефону.

2.3. Все транспортные расходы за счет Исполнителя.

2.4. Оборудование принимается на обслуживание Исполнителем после его осмотра, оценки технического состояния и условий эксплуатации.

2.5. Время устранения неисправностей составляет не более 2 часов с момента прибытия Исполнителя к Заказчику, в том числе замены комплектующих оборудования.

2.6. Заказчик обязан подписать документ приемки в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения или направить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

3. Требования к качеству запасных частей и расходных материалов используемых при оказании услуг

3.1. Все запчасти, узлы, которые Исполнитель использует при оказании услуг, приобретаются за счет Исполнителя и должны быть новыми, с техническими характеристиками не ниже, чем у вышедших из строя, совместимы с техникой Заказчика, не восстановленными, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при их использовании. Использование запчастей не должно ухудшать техническое состояние эксплуатируемой техники Заказчика. Качество запчастей, предлагаемых Исполнителю, должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида продукции и гарантировать безопасность при их эксплуатации. Замененные запасные части, узлы передаются Заказчику.

3.2 Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями нормативных документов в Республике Узбекистан.

5. Работы по периодичности делятся на:

- По запросу заказчика (Исполнитель должен выполнить работы в течение нескольких часов согласно ТЗ с момента обращения заказчика).
- Разовая услуга для всех медицинских оборудований, указанные в техническом задании

№	Наименование услуги	Сумма
1	Полуавтоматический биохимический анализатор компьютер AVTECH DUAL CORE Клавиатура, оптическая мышь, дисплей M 1000 19D	2079400
2	CYAN START (анализатор биохимический полуавтомат)	1500000
3	Автоматический гематологический анализатор со стартовым комплектом реагентов для инсталляции Модель "BC-2800" Co,Ltd"/Китай/ Страна происхождения Китай. Код ТН ВЭД:9027801700 год выпуска: не ранее 2016г	1500000
4	Анализатор флуоресц. Finicare FIA Meter Plus м.FS-113 с прин.	1500000
5	Аппарат Дарсенваль	1500000
6	Аппарат Луч- 3	1500000
7	Аппарат ЭКГ	1500000
8	Аппарат ЭЭГ	1500000
9	ПРИБОР Радиус-01 фг	1500000
10	УЗД СИСТЕМА DP -50 в комплекте	2800000
11	Ультрасоник и принтер	1500000
12	Аппарат облучатель ОРК- 21 -2	1500000
13	Аппарат УВЧ- 30	1500000
14	Поток 1- гальванизатор	1000000
15	Цифровой рентген аппарат желудочнокишечного тракта	5000000
	ИТОГО:	27 379 400,0

6. Все работы должны проводиться только специально обученными и опытными специалистами.
7. Техника Заказчика поддерживается в исправном состоянии в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя в рамках работ по техническому обслуживанию.
8. Ремонт средств вычислительной техники производится по адресу Заказчика.

Требования к оказываемым услугам:

Все отремонтированные оборудования должны поставляться в состоянии готовности к использованию.

Ремонт медицинского оборудования осуществляется на территории Заказчика или в сервисном центре Исполнителя. Доставка медицинского оборудования и техники осуществляется силами Исполнителя.

Исполнитель осуществляет услуги по ремонту вычислительной техники в срок не более 2 рабочих дней со дня вывоза техники в ремонт от Заказчика или на территории Заказчика.


Исполнитель осуществляет ремонт медицинского оборудования из своих материалов (запасных частей), своими силами и средствами.

Гарантийный срок на оказываемые по договору услуги составляет 6 месяцев с даты подписания сторонами документа приемки по ремонту техники. Исполнитель предоставляет гарантию на замененные детали и части не ниже гарантийного срока, установленного производителем деталей и частей.

Все запчасти, узлы, которые Исполнитель использует при оказании услуг, должны быть новыми, с техническими характеристиками не ниже, чем у вышедших из строя, совместимы с техникой Заказчика, не восстановленными, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при их использовании. Использование запчастей не должно ухудшать техническое состояние эксплуатируемой техники Заказчика. Качество запчастей, предлагаемых Исполнителем, должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам для данного вида продукции и гарантировать безопасность при их эксплуатации. Замененные запасные части, узлы передаются Заказчику.

Исполнитель должен иметь наличие необходимых сертификатов и квалифицированный персонал.

Генеральный директор
Исполнителя
О.А.ВЕРТЕСОВА



Заказчик
Исполнителя
И.И.И.И.И.