



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фаргона вилоят Соғлиқни Сақлаш
Бошқармаси бошлиғи

Х.Х.Мамаджанов

Т е х н и к т о п ш и р и к

**Фаргона вилоятидаги бирламчи тиббий
профилактика муассасаларини кардиология
йўналишида юрак-қон томир касалликларининг
олдини олши , бирламчи скрининг ўтказиш учун
зарур бўладиган 94 та 12 каналли ЭКГ аппаратлари
билан таъминлаш**

Фарғона-2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажарилган иш	кардиология йўналишида юрак-қон томир касалликларининг олдини олиш, бирламчи скрининг ўтказиш учун зарур бўладиган 94 та 12 каналли ЭКГ аппаратлари
2	Буюртмачи	Фарғона вилоят Соғлиқни Сақлаш Бошқармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади.
4	Объект жойлашган манзил	Фарғона шаҳар Юксалиш кучаси 104-а уй
5	Танлов ҳақида эълон қилинган:	Uzex.uz махсус ахборот порталида
6	Танлашнинг амал қилиш муддати	Танлаш вақти тугагунга қадар
7	Иш бошланиши ва тугалланиши	
8	Маблағ манзили	Бюджет
9	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Кўрсатилган 94 та 12 каналли ЭКГ аппаратлари ўз вақтида етказиб бериш, берилган талабларга асосан қабул қилиб борилади
10	Танлов шarti	1) Асосий Банк ҳисоб рақамларида қарздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома. 2) Ушбу фаолиятни бажариш учун гувоҳнома ёки лицензия мавжуд бўлиши, Зарурий техникаларнинг мавжудлиги; 3) Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИнинг маълумотномаси асл нусхаси 4) ЭКГ 12 каналли апаратини Соғлиқни сақлаш вазирлигидан ўтказилган гувоҳномаси бўлишини таъминлаш шарт. 5) ЭКГ 12 каналли апаратини ўз транспорт воситаларида Фарғона вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармасига ўз вақтида етказиб бериш
11	Тўловлар шarti	Тўловлар пул ўтказиш йўли билан ва счёта фактура асосида

Бажариладиган хизматлар спецификацияси

№	Ой номи	Микдори	1 донa ЭКГ нархи (сум) бошлангич нархи	Жами суммаси	Мазмуни
1	Май оyi	42	36000000	1512000000	ЭКГ 12 каналли апаратини уз транспорт воситаларида Фаргона вилоят Согликини саклаш бошкармасига уз вактида етказиб бериш
	Жами			1512000000	

№	Наименование продукции (количество) и параметры по техническому заданию	Предлагаемые , предлагаемые Поставщиком
	Электрокардиограф	
1	Модель (полное и точное название)	
2	Производитель (полное и точное название)	
3	Страна происхождения :	
4	Назначение : Электрокардиограф двенадцатиканальный предназначен для регистрации и одновременной записи (12 каналов) электрофизиологической активности сердца в стандартных отведениях	
5	Общие характеристики:	
5.1	Русифицированное меню пользователя	
5.2	Количество каналов , не менее 12 ;	
5.3	Алгоритм интерпретации Глазго – программа интерпретации ЭКГ в 12 отведениях в покое	
5.4	Частота дискретизации для кардиостимулятора , не менее 16 000 образцов/сек/каналов	
5.5	Время загрузки не более 7 секунд	
5.6	Внутренняя память не менее 800 ЭКГ записей	
5.7	Предварительный просмотр полного отчета ЭКГ на экране	
5.8	Автоматический повторный анализ ЭКГ после изменения демографических данных пациента	
5.9	Встроенный термопринтер с возможностью использования термобумаги с разрешением не менее 8 точек/мм;	
5.10	Размер бумаги термопринтера – А4	
5.11	Скорость регистрации 5, 12.5, 25 , 50 мм/сек	
5.12	Чувствительность : 2.5 , 5 , 10 – 20 мм/мВ	
5.13	Разрядность АЦП : не менее 24 бит	
5.14	Режимы регистрации : автоматический , ручной , поиск аритмий	
5.15	Индикатор потери контакта «электрод-кожа»	
5.16	Акустический и визуальный контроль каждого электрода	
5.17	Возможность подключения аппарата к внешнему компьютеру	
5.18	Программное обеспечение на русском языке для измерения ЭКГ и интерпретации полученных данных	
6	Электропитание :	
6.1	220 В , 50 Гц	
6.2	Сетевой кабель ,разъём евростандарт	
6.3	Электробезопасность : класс защиты 1 , тип CF	
6.4	Перезаряжаемая аккумуляторная батарея для более 400 автоматических отчётов или не менее 1 часа непрерывной записи на бумаге или не менее 3,5 часов записи без печати	
6.5	Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения или при помощи зарядного устройства	
6.6	Индикация состояния аккумуляторной батареи на панели аппарата	
7	Комплектующие :	
	Кабель ЭКГ отведений – 1 комплект	
	Комплект электродов (для конечностей и грудные) – 1 комплект	
	Сумка для транспортировки аппарата и принадлежностей – 1 шт	
	Защитный чехол от пыли – 1 шт	
	Измерительная линейка – 1 шт	
	Кабель заземления – 1 шт	
	Термобумага в формате А4 , не менее 300 листов	
	Электродный гель , не менее 250 грамм	
	Прочие условия :	
	- ISO 9001	

	- ISO 13485	
	- Наличие Регистрационного удостоверения в Узбекистане	
	- Продукция новая, не бывшая в употреблении, с последней версией программного обеспечения, выпуска не ранее 2022 года	
	- Гарантийный срок – 12 месяцев	