



УТВЕРЖДАЮ»
Директор Агентства по
развитию медико-социальных
услуг Республики Узбекистан

А.К.Инаков

« _____ » _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку электронного термометра с функцией голосового оповещения

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – будут рассматриваться как не соответствующие заполненными.

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – участник торгов может быть дисквалифицирован.

	Наименование товара и его медико-технические характеристики
1	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: Электронный термометр с функцией голосового оповещения
2	Модель:
3	Производитель и страна Происхождения:
4	Наличие авторизации завода-производителя:
5	Назначение:
6	Количество: 1800 единиц
7	Годовая потребность - xxxx штук.
8	Количество для закупки: не менее 1800 единиц.
9.	Предназначен для измерения температуры тела в автоматическом режиме у лиц с нарушениями зрения
10.	Область измерения – подмышечная, оральная
11	Время измерения секунд – 60 секунд
12	Диапазон измерения температуры в градусах – 32-43

13	Погрешность измерения в градусах – 0,1
14.	Память – 90 последних измерений
15.	Голосовое оповещение на государственном и на русском языке
16	Цифровой дисплей
17	Управление одной кнопкой
18	Питание от батареек 1,5V
19	Количество батареек шт - 3
20	Руководство по эксплуатации на государственном и на русском языке
21	Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев – 36
22	Срок гарантийного сервиса, не менее, месяцев – 12
23	Сервисный центр на территории Республики Узбекистан
24	Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и годом выпуска не ранее 2022 года
25	Регистрация: - Победитель тендерных торгов до момента поставки товара должен провести регистрацию товара в установленном порядке за свой счет в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД).
	Комплектация:
26	Пластиковая коробочка для хранения

Заведующий отделом протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации и организации медико-социальных услуг на дому, руководитель рабочей группы




М. Дусмуратов

Заместитель начальника Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы, заместитель руководителя рабочей группы




Н. Миржалилов

Заместитель главного врача по медицинской части Национального центра реабилитации и протезирования инвалидов, член рабочей группы



З. Бекмуродов

Центральное правление Общества слепых Узбекистана, член рабочей группы



Ш. Ярмухамедов

Председатель Центрального правления Общества инвалидов Узбекистана, член рабочей группы



К. Абдуллаев

ГУ «УзТест», Главный специалист органа по сертификации строительной продукции, член рабочей группы



М. Талипов

Главный специалист отдела протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации и организации медико-социальных услуг на дому, член рабочей группы



С. Холмирзоев