

Особые условия поставки

Стоматологическое кресло с нижней подачей инструментов с комплектующими.

Стоматологическое кресло должно быть новым, дата изготовления должна быть не более **1 года**. Комплектация должна состоять из следующих приборов :

- **без масляный, без шумный** воздушный компрессор **2EW-35**;
- стул врача **2 штук**;
- скейлер (**встроенный**);
- электрический микромотор (**встроенный**);
- наконечники (**прямой, угловой, турбинный**);
- педаль управления (**сенсорный**)

Скейлер и электрический микромотор должны быть установленными в стоматологическую установку. Светильник стоматологической установки должен быть **LED** и с сенсорным управлением. Плевательница пациента должна быть стеклянной и вращающейся. Гарантийный срок не менее **1 года**. Срок поставки **1 (один)** день после частичной оплаты.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА с комплектующими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данная модель принадлежит к типу I модель B

Источник питания: AC220V Частота: 50Hz

Входная мощность : 800VA

Характеристики предохранителей для замены : Питание от сети : FR1-20 ф5×20 5A

Продолжительность приведения в работу стоматологического стула пациента ≤2 мин

Температура воды для полоскания : 40±5°C

Ножной переключатель: ZPX4

Максимальные обороты высокоскоростной турбины: ≥300000 об/мин

Максимальный выходной крутящий момент ≥6g.cm (Давление воздуха: 0.22Мпа)

Максимальные обороты для низкоскоростного мотора: ≥20000об/мин

Максимальный выходной крутящий момент ≥10g.cm (Давление воздуха: 0.3Мпа)

Входящее давление воздуха : 0.55~0.6МПа Поток≥50L/min

Входящее давление воздуха : 0.2~0.4МПа Поток≥10L/min

Окружающая температура : 5~40°C Относительная влажность ≤80%

Максимальная загрузка лотка: ≤30N