



Электроэнцефалограф(ЭЭГ) аппаратини хариди учун

**ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ
БҮЙИЧА
ХАРИД ҚИЛИШ ҲУЖЖАТЛАРИ**

**Буюртмачи: Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари
диспансери**

Бухоро – 2022 й.

«ТАСДИКЛАНДИ»
Бухоро вилоят Руҳий асаб
Касалликлари диспансери
бош врачи Г.Э. Каримов
2022 йил

Бухоро вилоят Руҳий асаб касалликлари диспансери учун музлатгич музлатгич хамда
аристон сув иситиш аппаратларини харид килиш
объекти бўйича:

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ

2022 йил

БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИККАТИГА !!!

Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари диспансери (Буюртмачи ташкилот номи)

Энг яхши таклифни ТАНЛАШ учун эълон қилади

Объект номи: Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари диспансери учун ЭЭГ аппаратини харид килиш хамда урнатиб бериш хизматлари учун булган маблаг 103 313 000 сўм. (КҚС билан)

ЭЭГ аппаратини етказиб бериш муддати – 5 календарь кун.

Буюртмачи: Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари диспансери
•, Тел (91) 441 46 00

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ◆ Танлаш иштирокчилари қуидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга қуидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари конун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган киймат солигидан озод қилинган импорт килувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган киймат солиги суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

- ◆ .
- ◆ Таасикланган танлаш ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz маҳсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
 - ◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вактига кадар қабул қилинади.

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари диспансери учун ЭЭГ аппаратини харид килиш ишларини амалга ошириш

танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуидаги объект бўйича танлаш таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Бажариладиган иш номи: Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари диспансери учун ЭЭГ аппаратини харид килиш ишларини амалга ошириш

Хизмат курсатиш бошлангич нархи— 103 313 000 **сўм.** (КҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –5 календарь кун ой.

Буюртмачи: Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари диспансери

Молиялаштириш манбаси: : Бюджет маблағлари хисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

Энг яхши таклифи Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизmlар, кичик механизация, ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш обьектига ўхшаш обьектларда шу каби аппаратларни етказиб бериш тажрибаси мавжудлиги;

устав фонди микдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлик фаолият конун хужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рұксат этилади.

Куидаги танлаш иштирокчиларига танлаш жараёнларида иштирок этишга рұксат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (бўлиниш, кўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий карамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Мехнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳолангандан нотўғри маълумот берилса тендер хужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ТҮГРИСИДА МАЪЛУМОТ

Энг яхши таклифларни танлаш мөнкяти	Электроэнцефалограф(ЭЭГ) аппаратини харид килиш
Лот бўлининиши	Йўқ, лот бўлинмайди
Хариднинг режа жадвали	2- чорак 2022й. учун.
Савдолар ўтказиладиган ой	Июнь 2022й. учун.
Молиялаштириш манбай	Бюджет
Бошлангич нархи (25000 БҲМ кам бўлмаслиги керак)	103 313 000 сум
Хорижий Иштирокчилар учун тўлов шартлари	Чет эл валютасида (АҚШ долл., Евро, Россия рубли) - кайтариб олинмайдиган, бўлинадиган, тасдикланмаган, "Буюртмачи" банкида тўлдириладиган аккредитив, "Хужжатли аккредитив учун ягона коидалар ва одатлар"га бўйсинадиган (2007 й. нашри, Халкаро Савдо Палатаси, 600 нашр). Агар товар Ижрочи фойдасига аккредитив очилмасдан жўнатилган бўлса (Буюртмачининг ёзма розилиги билан), Буюртмачи товар учун юкни ИМ-60 режимида маизилдаги божхона расмийлаштирувидан бошлаб 40 календар кун ичидаги тўлайди.
Махаллий Иштирокчилар учун тўлов шартлари	Миллий валютада (сўм) – кайтариб олинмайдиган, бўлинадиган аккредитив. Аккредитив кўйиш Ичжорчини товарнинг юклашига тайёрги тўгрисида ёзма равишда хабардор килган пайтдан бошлаб 10 (үн) банк куни ичидаги амалга оширилади. Аккредитивни очиш учун, Ижрочи банкга кўйидаги хужжатларни тақдим килади: шартнома нусхаси, электрон юк хати хисоб-фактураси, тасдикланган ЭРИ, электрон ишочнома. Хужжатлар банкга товар ортилган кундан бошлаб 3 банк кунидан кечирилмасдан тақдим килиниши лозим. Аккредитив очмасдан Ижрочи фойдасига товар етказиб бериш шарти билан (Буюртмачининг ёзма розилиги билан) Буюртмачи белгиланган пунктга товар етказиб берилган пайтдан бошлаб 30 календар кунни давомида товар учун тўловни амалга оширади.
Тўлов валютаси	UZS, USD, EUR, RUB
Товар етказиб бериш (ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш) муддати	5- 10 календар куни
Танлаш иштирокчиларига кўйиладиган талаблар	Энг яхши таклифларни танлашда Узбекистон Республикаси конуничилигига шу каби ухшашиб бериладиган, уларда иштирок этиш учун кўйиладиган шартларни бажарган, ракобатта асосланган харид килинаётган тегишли товарни етказиб бериш тажрибасига эга бўлган маҳаллий ишлаб чикарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар), шунингдек хорижий ишлаб чикарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар) иштирок этишлари мумкин.
Таклифи расмийлаштириш шакли	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси учун Йўрикномасининг 6-бўлимига биноан
Таклифлар бериш муддати (камидা 5 иш куни)	10 иш куни
Кафолат муддати	Ишлатилган кундан ун икки ой кафолат
Масъул хизмат, боғланиладиган шахс, телефон, эл. почта	Хисобчи Нурматов Бахтиер 91 441 46 00



ТЕХНИК КУРСАТКИЧЛАР

Бухоро вилоят Рухий асаб касалликлари диспансери учун Электроэнцефалограф
(ЭЭГ) аппаратини харид килиш

Каналы ЭЭГ/ВП	
Количество каналов	не менее 19
Чувствительность	1 – 1000 мкВ/мм
Нижняя граница полосы пропускания	0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2, 10 Гц
Верхняя граница полосы пропускания	15, 35, 75, 100, 150, 200 Гц
Частота квантования	до 5000 Гц
Разрядность АЦП	16
Ослабление синфазной помехи	не менее 110 дБ
Подавление частоты сети режекторным фильтром	не менее 40 дБ
Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение)	более 0.3 мкВ менее 0.8 мкВ
Входное сопротивление	не менее 200 МОм
Каналы полиграфические	
Количество каналов	1
Нижняя граница полосы пропускания	0.05, 0.1, 0.5, 0.7, 1.2, 1.5, 2, 10 Гц
Верхняя граница полосы пропускания	5, 10, 15, 35, 75, 100, 150, 200, 250, 5000 Гц

Чувствительность	0.001 – 10 мВ/мм
Диапазон измерения напряжения	0.2 – 100 мВ
Другие каналы	
Канал дыхания	есть
Фотостимулятор	есть
Синхровход/синхровыход	есть
Фоностимулятор	есть
Паттерн-стимулятор	есть
Общие параметры и характеристики	
Связь с компьютером	через интерфейс USB
Напряжение питания:	
— электронный блок	5 В DC
— система на базе персонального компьютера	220 – 230 В AC (50 Гц)
— система на базе портативного компьютера	ВИП
Потребляемая электронным блоком мощность	не более 2.8 В×А
Габаритные размеры:	
— электронный блок	140×200×45 мм
— изделие в упаковке (без компьютера и принтера)	440×350×170 мм
Масса:	
— электронный блок	не более 0.9 кг
— изделие в упаковке (без компьютера и принтера)	не более 12.2 кг
Электробезопасность	класс I, тип BF