



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT
VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil 23 mart № 11/01-04/3-4966 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107-B

**O‘zbekiston Respublikasi Tibbiy-ijtimoiy
xizmatlarni rivojlantirish agentligiga**

**Tender bo‘yicha xarid qilish hujjatlarining
kompleks ekspertizasi yakuniga ko‘ra
XULOSA**

Xarid predmeti	880 dona elektro dvigatellik nogironlar aravachasi
Buyurtmachining murojaat raqami va sanasi	2022 yil 20 maydagi 2-son ariza, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi “Loyihalar va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK (keyingi o‘rinlarda – Markaz) saytidagi ro‘yxat raqami 36680-son
Buyurtmachi	O‘zbekiston Respublikasi Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi
Xaridni amalga oshirish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 avgustdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarga ko‘rsatilayotgan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5217-son qarori, hamda Tibbiy – ijtimoiy xizmatlarini rivojlantirish agentligi direktorining 2021 – 2025 yillar davomida texnik vositalar uchun taqsimoti
Moliyalashtirish manbai Buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang‘ich narx	Byudjet mablag‘lari 9 680 000 000 so‘m (QQS bilan)
Ekspertiza uchun asos	O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi O‘RQ-684-sonli Davlat xaridlari to‘g‘risidagi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 8 yanvardagi PQ-3464-son va 2018 yil 20 fevraldagi PQ-3550-son qarorlari
Ekspertiza uchun to‘lov miqdori va sanasi	Ushbu tender hujjatlarini ekspertizadan o‘tkazish uchun haq undirilmaydi

Markaz 880 dona elektro dvigatelli nogironlar aravachasini xarid qilish bo'yicha (ishchi tartibda o'zgartirilgan) tender hujjatlari kompleks ekspertizasi natijalariga ko'ra e'tirozlar yo'qligini ma'lum qiladi.

Shu bilan birga, xarid bo'yicha boshlang'ich narx qiymatini 7,0 mlrd so'm (QQS bilan) miqdorida belgilab, davlat xaridlarini mablag'lardan oqilona va samarali foydalangan holda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq o'rnatilgan tartibda amalga oshirilishi lozim.

Shu o'rinda, buyurtmachi qonunchilikda belgilangan tartibda tender savdolarini amalga oshirish bo'yicha e'lonni davlat xaridlarining maxsus axborot portalida, ommaviy axborot vositalarida va o'zining rasmiy veb-saytida joylashtirilishini, shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektlarni tender savdolarida ishtirok etishi uchun keng jalb qilinishini ta'minlashi lozim.

Qo'shimcha tariqasida, shaffoflik va holislikni ta'minlash maqsadida, hamda ishtirokchilar doirasini kengaytirish uchun tanlov jarayonlari e'lon qilingan kundan boshlab 3 ish kuni oralig'ida Markazni habardor qilishingiz so'raladi.

Direktor




M. Allabergenov

Direktor o'rinbosari




V. Ismailov

Boshqarma boshlig'i




B. Muxammadiyev

Bo'lim boshlig'i



R. Mirzabekov

Bosh mutaxassis



J. Urunov

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Агентства по
развитию медико-социальных
услуг Республики Узбекистан



А.К.Инаков

2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку кресел-колясок с электроприводом

1. Участник должен представить подробный ответ по каждому пункту технического задания, содержащий требуемое значение (если указано), комментарий и ссылку на подтверждающий материал с указанием страницы данного материала. Пункты, заполненные таким текстом как "Да", "Нет", с копированием текста непосредственно из формы технических спецификаций, или с оставлением строк параметра пустыми и без указания конкретных страниц в подтверждающем материале – **будут рассматриваться как не соответствующие заполненными.**

2. Участник должен предоставить по каждому запрашиваемому параметру подтверждающий официальный материал от производителя (datasheet, каталоги и т.д.). В случае выявления несоответствий, недостоверных данных и различий в представленных параметрах и материалах с имеющимися в открытых и официальных источниках данными – **участник торгов может быть дисквалифицирован.**

	Наименование товара и его медико-технические характеристики
1	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: Кресло-коляска с электроприводом
2	Модель:
3	Производитель и страна Происхождения:
4	Наличие авторизации завода-производителя:
5	Назначение:
6	Количество: 880 единиц
7	Годовая потребность - xxxx штук.
8	Количество для закупки: не менее 880 единиц.
9.	Предназначен для медицинской реабилитации пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы, перенесенных травм и операций, ДЦП, спинальные травмы, рассеянный склероз, ОНМК
10.	Тип - Инвалидная кресло-коляска с электроприводом
11.	Тип ручного тормозного механизма - Стояночный, слева и справа

12.	Тип подножек - Съемные, регулируемые по высоте
13.	Поддержка икроножной части ног
14.	Максимальная нагрузка, не менее кг. - 130 кг
15.	Тип рамы - Складная, двойная крестообразная
16.	Материал рамы - Сталь, покрытая методом электростатического покрытия полимерными порошковыми красками, для антикоррозийной защиты и устойчивости к дезинфекции
17.	Цвет изделия - Сталь, хром
18.	Подлокотники - Откидные-скошенные
19.	Материал спинки и сиденья - Два слоя синтетической ткани нейлон
20.	Подголовник - съёмный
21.	Анти-опрокидыватели регулируемые
22.	Диаметр переднего колеса, колёсный диск вместе с шиной, дюйм - От 8 до 10
23.	Передний колёсный диск - Изготовлен из полиэтилена или полипропилена, цельнолитой
24.	Передняя колёсная шина - Изготовлена из резины или полиуретана цельнолитая
25.	Возможное направление движения передних колёс, угол, градусы - 360
26.	Диаметр заднего колеса, колёсный диск вместе с шиной, дюйм - От 14 до 16
27.	Задний колёсный диск - Изготовлен из металла, цельнолитой
28.	Задняя колёсная шина - Изготовлена из резины, с резиновой камерой, накачиваемой воздухом
29.	Регулировка спинки на угол, не менее, градусов - от 90 до 170 градусов
30.	Карман сзади спинки
31.	Поясной ремень безопасности
32.	Ширина сиденья между двух подлокотников, не менее, см - 45 см
33.	Высота спинки без подголовника, не менее, см - 80 см
34.	Электропривод (мотор), 2 шт по 250w
35.	Аккумуляторная батарея - Li-ion (24V12AH)
36.	Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
37.	Управление направления движения кресло-коляски - Рукоятка джойстика
38.	Электромагнитный тормоз
39.	Возможность установки электронного блока управления под правую либо левую руку
40.	Скоростной режим, км/ч - От 0 до 6
41.	Максимальный пробег без подзарядки АКБ, не менее, км - 10 км
42.	Возможность перемещения в ручном режиме с отключением электропривода
43.	Рукоятка для сопровождающего лица
44.	Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В
45.	Универсальный гаечный ключ
46.	Руководство по эксплуатации на государственном или русском языке – 1 экз.
47.	Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев - 36
48.	Сервисный центр на территории Республики Узбекистан

52	Если при поставке или в течение гарантийного срока товар окажется дефектным и не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, либо ТУ изготовителя, исполнитель обязан устранить дефекты, либо заменит товар на новый после получения письменного уведомления заказчика. Все расходы, связанные с устранением выявленных дефектов товара или его заменой на новый, относятся на счет Исполнителя.
53	Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и годом выпуска не ранее 2022 года
54	Регистрация: - Победитель тендерных торгов до момента поставки товара должен провести регистрацию товара в установленном порядке за свой счет в Государственном унитарном предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (если подлежит по коду ТН ВЭД).

- Заведующий отделом протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации и организации медико-социальных услуг на дому, руководитель рабочей группы



М. Дусмуратов

- Заведующий отделом организации и координации медико-социальной экспертизы и реабилитации, заместитель руководителя рабочей группы



Қ. Чуренов

- Заместитель начальника Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы, член рабочей группы



Н. Миржалилов

- Заместитель главного врача по медицинской части Национального центра реабилитации и протезирования инвалидов, член рабочей группы




З. Бекмуродов

- Главный специалист отдела протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации и организации медико-социальных услуг на дому, член рабочей группы



И. Мухиддинов

- Председатель Центрального правления Общества инвалидов Узбекистана, член рабочей группы



К. Абдуллаев

- Врач нейрохирург отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии, член рабочей группы



М. Урунбаев

- Старший научный сотрудник
Республиканского
специализированного научно-
практического медицинского центра
травматологии и ортопедии, член
рабочей группы

Э. Шукуров

- ГУ «УзТест», Главный специалист
органа по сертификации строительной
продукции, член рабочей группы

М. Талипов