


 «ТАСЛИҚЛАНДИ»
 Буюртмачи номи:
 Тошкент вилоят куп тармокли тиббиёт маркази
 Бош врач Б.З.Косимов
 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Тошкент вилоят куп тармокли тиббиёт марказига Рентгендиагностик аппаратлар жамланмасини сотиб олиш учун

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Тошкент вилоят куп тармокли тиббиёт маркази Рентген диагностик аппаратлар жамланмасини сотиб олиб етказиб бериш учун
2	Буюртмачи	Тошкент вилоят куп тармокли тиббиёт маркази
3	Тижорат таклифни такдим этиш шартлари	<p>Иш стажи (Шу сохада етарли иш стажи) Коррупцияга карши талаблар</p> <p>(684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)</p> <p>Моддий-техника базаси</p> <p>(Ишни уз вактида бажариш учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги) Иштирок этувчи корхонанинг транспорт воситалари</p> <p>(Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун транспорт воситалар) Иш тажрибаси</p> <p>(Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари) Техника хафсизлиги коидалари</p> <p>(ишларни бажарилиши давомда техника хафсизлиги коидаларига риоя килишини) Ишларни бажариш муддати</p> <p>(Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатига акс таъсир этмаслиги лозим, сифатсиз хизмат аникланса юкори турувчи органларга мурожаат килинади)</p>

		Етказиб бериладиган кафолат Ренгендиагностик аппаратлар жамланмаси (Рентгенография,Ренгеноскопия муолажаларини бажариш мулжалланган ракамли рентген диагностик аппарат жамланмаси.муддати(Кафолат хати) etender.uzex.uz порталида жойлаштирилади
4	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар Счет фактура ва қабул килиш топшириш далолатнома асосида белгиланган тартибдв туланади
5	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблаглари ҳисобидан
6	Буюртмачи суммаси	1 798 000 000 сум
7	Конкурс тили	Ўзбек Рус тилларида
8	Шартнома валютаси	Милилй валюта
9	Танлов таклифини қабул килиш	Таклифлар эълон килинган пайтдан бошлаб
10	Танлов тугрисида маълумот	https://etender.uzex.uz/ да жойлаштирилган

«ТАСДИҚЛАНДИ»

Буюртмачи номи:

Тошкент вилояти куп тармокли
тиббиёт маркази бош ҳисобчиси

С.О. Давиров

2022 йил



Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт марказига. Рентген диагностик аппаратлар
жамланмасини сотиб олиш

объекти буйича:

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ

**ТАНЛАШ ҲУЖЖАТНИ ИШЛАБ
ЧИҚДИ**

“Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази
. бухгалтерияси.”

2022 йил

БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази. бухгалтерия
(Буюртмачи ташкилот номи)

Энг яхши таклифни ТАНЛАШ учун эълон

қилинди

Объект номи: Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт марказига Рентген диагностик аппаратлар жамланмасини сотиб олиш учун, 1 798 000 000 сўм. (ҚҚС билан)
Ишларни тугаллаш муддати –30 календарь кун.

Буюртмачи: Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази. бухгалтерия
• , Тел (94) 477 99 40, 707165919

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ◆ Танлаш иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
 - ◆ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
 - ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
- Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайтидан олишлари мумкин
- ◆ .
 - ◆ Тасдиқланган танлаш ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
 - ◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига қадар қабул қилинади.

Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази. бухгалтерия:



ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази, Рентген диагностик аппаратлар жамланмасини сотиб олиш

(буюртмачи номи ва объект номи)

танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлаш таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Бажариладиган иш номи: Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази, Рентген диагностик аппаратлар жамланмасини сотиб олиш

Хизмат курсатиш бошланғич нархи– 1 798 000 000 сўм. (КҚС билан)

Етказиб бериш муддати –30 календарь кун.

Буюртмачи: **Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази, бухгалтерия,**

Молиялаштириш манбаси: : Бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

Энг яхши таклифни Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация, ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга қодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлаш иштирокчиларига танлаш жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича ишлаб чиқариш воситаларини, ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса тендер ҳужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

Танлаш таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлаш иштирокчилари учун йўриқномада ақс эттирилган.

Танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлаш таклифини тузиш мақсадида танлаш предметининг Бажариладиган иш хизматларни руйхатини, хусусан, Бажариладиган иш хизматларнинг руйхатини тақдим этилиши ҳақида танлаш ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг танлаш ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан таъмирлашнинг тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни танлаш эълон қилинган санадан бошлаб 30 (беш) кундан кейин танлаш комиссияси томонидан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали куриб чиқилади ўтади.

Тошкент вилояти қуп тармокли тиббиёт маркази бухгалтерия:



XXII. ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш ҳужжатларнинг кўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази , бухгалтерия
2.	Объект номи:	Тошкент вилояти куп тармокли тиббиёт маркази. Рентген диагностик аппаратлар жамланмасини сотиб олиш
3.	Танлаш тартиб рақами:	№
4.	Танлаш тури:	Очик танлаш.
5.	Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин,
6.	Танлашни ўтказиш манзили, жойи ва муддати:	
7.	Танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталида эълон қилинади.
8.	Танлашда иштирок этишга қуйидаги танлаш иштирокчиларига рухсат этилади:	Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, соҳа бўйича зарур қурувчи-муҳандисларга ва ўхшаш объектлар қурилишида бой тажрибага эга бўлган, молиявий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар. Қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганларга. Икки ёки undan ортик пудрат ташкилотлари биргаликда (консорциум ташкил этиш орқали) иштирок этишларига рухсат этилмайди.
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса):	Сертификат Лицензия
10.		
11.	Танлаш таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	Офёрталарни тақдим этишнинг охириги муддати порталда белгиланган танлашнинг якуний муддатига қадар.
12.	Танлаш ҳужжатининг тили:	Ўзбек/рус тиллари
13.	Танлаш предметининг объектида ишлатиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари:	6-шаклига асосан "Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати".
14.	Танлаш иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган танлаш иштирокчилари:	Танлаш ҳужжатларида кўрсатилган малакали шахслар.
15.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ККС билан 1 798 000 000 сум.
16.	Буюртмачи томонидан белгиланган бажарилладиган иш муддати	30 календарь кун.
17.	Молиялаштириш манбаси:	Бюджет маблағлари
18.	Бажарилладиган иш молиялаштириш тартиби:	Таъмирлаш ишларининг жорий йилдаги қийматининг 30 % аванс (бўнак) Охириги тўлов - 70% фойдаланишнинг тўлов қафолат муддати тугаганидан сўнг.
19.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
20.	Шартнома валютаси:	Ўзбек сўмда

Высокочастотная цифровая рентгенографическая система

2.1 Техника данных

Мощность : 56KW Более высокая выходная мощность, лучшее качество рентгеновского излучения; более высокая частота, более низкая доза рентгеновского излучения

Ток Трубки : 10mA—710mA

Большой ток трубки, четкое изображение

Ч а с т о т а и н в е р т о р а : 440KHZ

Чем выше частота инвертора, тем лучше качество рентгеновского излучения.

С к о р о с т ь а н о д а : ≥9700rpm

Скорость анода больше, а срок службы трубки больше
Анодная теплоемкость: 212KJ (300KHU)

Ч е м б о л ь ш е т е п л о е м к о с т ь , т е м д о л ь ш е с р о к с л у ж б ы т р у б к и , т е м б о л ь ш е о н а п о д х о д и т д л я и н т е н с и в н о г о к л и н и ч е с к о г о о б с л е д о в а н и я .

Д в о й н о й ф о к у с : 1.2/0.6mm

Чем меньше фокус, тем выше качество изображения, тем лучше двойная фокусировка для обеспечения тепловыделения машины

В ы х о д н а я с е р а я ш к а л а : 16bits

Высокая серая шкала, высокая стабильность, хорошее качество изображения
Размер пикселя: 143µm

Чем меньше расстояние от точки пикселя, тем лучше изображение

В р е м я с ь е м к и : ≤10s

Чем короче время визуализации, тем выше эффективность, тем быстрее диагностика

Диагностическая кровать

1. Диапазон вращения кровати: 90°-0-25°

2. Диапазон бокового движения поверхности кровати: 220 мм;

3. Продольное перемещение стойки рентгеновской трубки и устройства точечной пленки: 720 мм

4. SID: 1100mm ,1500mm

5. Вращающаяся на 360 градусов педаль

является крупнейшим покупателем, больше технических обменов, послепродажного обслуживания и обслуживания;

■ Высокая скорость, высокая совместимость, высокая скорость нагрева трубки Toshiba, хорошее качество изображения, подходит для длительного клинического обследования, длительный срок службы ;

■ Может быть основан на бюджете, дополнительный фиксированный плоский

Диапазон вращения кровати: 90° - 0 - 25°

2. Диапазон бокового движения поверхности кровати: 220 мм;

3. Продольное перемещение стойки рентгеновской трубки и устройства точечной пленки: 720 мм

4. SID: 1100mm ,1500mm

5. Вращающаяся на 360 градусов педаль