



Техник топшириқ

Фарғона вилояти болалар стоматологияси поликлиникаси учун зарур
бўладиган 1 дона Рентген аппарати билан таъминлаш

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	1 дона Рентген аппарати етказиб бериш ва урнатиш
2	Буюртмачи	Фарғона вилоят болалар стоматология поликлиникаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади.
4	Объект жойлашган манзил	Фарғона шаҳар, Саноат кучаси 18 уй
5	Танлов хақида эълон қилинган:	https://Etender.uzex.uz махсус ахборот порталида
6	Танлашнинг амал қилиш муддати	Танлаш вақти тугагунга қадар (5 кун)
7	Етказиб бериш муддати	10 кун ичида
8	Маблағ манзили	Бюджет ташқари
9	Танлов бошланғич қиймати	50 000 000 (ККС билан)
10	Алоҳида талаблар	Етказиб бериш ва урнатиш ишлари ўз вақтида бажарилиши шарт. Кўрсатилган 1 та рентген аппаратини уз вақтида етказиб бериш, берилган техник шартлар ва талабларга асосан қабул қилиб олинади
11	Техник шarti (тупламда булиши шарт булган комплектациялар)	Технические характеристики: 1. Генератор - переменный ток 2. Фокальная точка - 0,4 [IEC 336/1997] 3. Напряжение трубки - 70 кВ 4. Сила тока трубки - 3,5 мА 5. Линейное напряжение - 120/230 В, 50/60 Гц 6. Расстояние фокус-кожа (SSD) - 21 см 7. Время воздействия - 0,21-11,2 мА-с 8. Программы размера тела пациента - взрослый, ребенок 9. Количество предварительно настроенных анатомических программ - 6 10. Специальные предварительно настроенные программы съемки - прикусные устройства, цифровой

		11. Полезная длина – с SSD 21 см: 138 см - с коротким удлинителем (30 см) 168 см - со средним удлинителем (60 см) 188 см - с длинным удлинителем (80 см) 208 см - с экстра длинным удлинителем (100 см)
12	Аппарат куриниши (намуна)	

Талаблар

1-Банкротлик Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳамда банк маълумотномаси, охириги бир йиллик айланма маблаглар тўғрисида маълумот

2-Мувофиқлик сертификати Етказиб берилаётган махсулоларни расми ва мувофиқлик сертификати тугрисида маълумот

3-Сервис хизмати Махсулотлар учун 1 йиллик сервис хизмати курсатиш хати

4-Солиқлар Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича қарздорлик ҳамда муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

5-Махсулот етказиб берувчининг омборида махсулотни мавжудлиги

Махсулот етказиб берувчининг омборида махсулотни мавжудлиги тугрисида маълумот

6-Махсулотни етказиб бериш муддати ва сифати Махсулотни етказиб бериш муддати ва сифати тугрисида кафолат хати

7-Стоматологические Рентген аппарати курсатилган техник характеристикада булиши керак.