

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система мониторинга воздуха окружающей среды

№10	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию	Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)
	Техническое задание для системы мониторинга воздуха окружающей среды (1 шт.)	
	1. Общие требования:	
	Производитель:	
	Модель:	
	Страна происхождения:	
1.1	Назначение: аппарат должен обеспечивать полный практический и надежный контроль за аэробактериальной загрязненностью	
	Должен состоять из	
1.2	Пробоотборник воздуха	
1.3	Модуль удаленного контроля со встроенным программным обеспечением и сканером двумерных штрих-кодов	
1.4	Размер частиц 3 - 10µm	
1.5	Возможность автоклавирувания	
1.6	Уровень шума < 50 dB.	
1.7	Жидко кристаллический дисплей	
1.8	Скорость потока не менее 100 литров в минуту	
	2. Электропитание:	
2.1	Возможность работы автономно благодаря аккумулятору или при подключении к зарядному устройству/адаптеру.	
3	3. Требования к сертификации и регистрации :	
3.1.	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества: ISO 9001; ISO 13485 ISO 14698 Соответствовать требованиям 21 CFR, части 11	
	Регистрация: Предлагаемые модели оборудования должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).	
4	4 Документация:	
4.1	Инструкция по эксплуатации на русском языке;	
4.2.	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке;	
5	5.Сборка и инсталляция (для каждой единицы):	
5.1	Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте	
5.2	Наличие сервисного обслуживания в Республике Узбекистан	
6	Инсталляция и инструктаж:	
6.1	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек.	
7	Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.	

8	Оборудование должно быть новым, не ранее 2022 года выпуска	
---	---	--