

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сухожаровой шкаф

№13	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию	Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)
	Техническое задание для сухожарового шкафа (1 шт.)	
	1. Общие требования:	
	Производитель:	
	Модель:	
	Страна происхождения:	
1.1	Назначение: для сушки и стерилизации лабораторной посуды, изделий медицинского назначения путем воздействия горячим воздухом заданной температуры в течение заданного времени	
1.2	Технические параметры	
1.3	Принудительная циркуляция воздуха;	
1.4	Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали;	
1.5	Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве	
1.6	Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной температуры	
1.7	Наличие системы охлаждения	
1.8	Загрузочные полки для инструментов из нержавеющей стали не менее 2 шт.	
1.9	Цифровой индикатор, шкала в градусах Цельсия	
2	Таймер с функцией автоматического отключения; задаваемое время не менее диапазона 60-150 мин	
2.1	Объем рабочей камеры не менее 70 л;	
2.2	Регулируемая температура, диапазон 30-300° С	
2.3	Электронный контроль температуры	
2.4	Совместная работа с аппаратом автоматического розлива питательных сред, для сохранения стерильности.	
3	Электропитание:	
3.1	220 В ± 10 %, 50 Гц	
4.	Требования для сертификации (копии представленных сертификатов должны быть заверены Участником):	
4.1.	Производитель должен иметь следующие международные сертификаты качества ISO 13485 и ISO 9001	
5	Документация:	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке	
6	Гарантийный срок эксплуатации: 12месяцев со дня ввода в эксплуатацию.	
	Регистрация: Предлагаемые модели оборудования должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит	

	по коду ТН ВЭД).	
7	Оборудование должно быть новым, не ранее 2022 г. выпуска.	