

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Аппарат для варки питательных средств

№5	Наименование продукции (кол-во) и параметры по техническому заданию	Параметры, предлагаемые Поставщиком* (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимый параметр оборудования)
	Техническое задание на аппарат для варки питательных средств (1 шт.)	
1	1. Общие требования:	
	Производитель:	
	Модель:	
	Страна происхождения:	
3	Назначение: Аппарат для стерильной подготовки всех видов питательных сред, агара или бульона	
4	Параметры: –не менее 50 программ	
5	Объем: не менее 10л	
6	Возможность подключения перистальтического насоса	
7	Температура стерилизации: 95–125 °С	
8	Наличие фильтра	
9	Температура розлива 25–80 °С	
10	Функция автозапуска	
11	Принтер встроенный или внешний	
12	Защитная крышка с функцией автоматической блокировки от 80 °С	
13	Электропитание: Напряжения и частота тока: 220 В ± 10 %, 50 Гц	
14	Производитель должен иметь международный сертификат контроля качества ISO 9001, ISO 13485;	
15	Сборка и инсталляция: Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом продавца на рабочем месте.	
16	Гарантийный срок и условия поставки: 12 месяцев с даты сдачи в эксплуатацию.	
17	Оборудование должно быть новым, не ранее 2022 г. выпуска	
18	Краткий инструктаж должен быть организован поставщиком на рабочем месте для следующего персонала получателя: Врачебный персонал по эксплуатации аппарата – 2 человека; Сервисный инженер – 1 человек.	
	Регистрация-Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД).	
	Оборудование должно быть новым, не ранее 2022 года выпуска.	