


Техническое задание на закупку «Коагулятора с функцией биполярной коагуляции и спрей режимом» в рамках AL-5121081291 «Ўзбекистонда жигарнинг қариндош трансплантацияси дастурини ривожлантиришга технологик ва илмий-методологик ёндашувларнинг ишлаб чиқиш»

№	Требования технического задания	Требуемая функция или параметр	Заявление соответствия
1	Аппарат электрохирургический для монополярных, биполярных сечений и коагуляции не менее 400w.		1шт
2	Модель –		
3	Производитель -		
4	Страна происхождения -		
5	Дата выпуска оборудования не ранее 2021 года	соответствие	
6	Участник торгов гарантирует, что поставленный товар является новым и ранее неиспользованным	соответствие	
7	Описание изделия: Экран; Touchscreen	соответствие	
8	Опция "LIGATION"	соответствие	1шт.
9	Кабель сетевой, штекер тип F, 5 м	соответствие	1шт.
10	Кабель выравнивания потенциалов, 5 м	соответствие	1шт.
11	Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой, кабель 4 м	соответствие	1шт.
12	JackKNIFE держатель электродов, 2-кнопочный, коннектор 2,4 мм, штекер 3-контактный, кабель 4,5 м	соответствие	1шт.
13	<p>Электроды в наборе 12 шт. с контейнером, коннектор 2,4 мм</p> <p>В наборе:</p> <p>Контейнер с крышкой и подставкой (1 шт.);</p> <p>Электрод-нож, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-нож ромбовидный, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-нож ромбовидный, изогнутый, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-шпатель, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-шпатель, изогнутый, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-игла, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-игла, изогнутый, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-шарик, Ø 6 мм, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-шарик, Ø 4 мм, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-шарик, Ø 2 мм, прямой, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p> <p>Электрод-петля, проволочный, Ø 10 мм, коннектор 2,4 мм (1 шт.);</p>	соответствие	1шт.

	Электрод-петля, ленточный, Ø 10 мм, коннектор 2,4 мм (1 шт.);		
14	Кабель для одноразовых нейтральных электродов, интернациональный, 4,5 м	соответствие	1 шт.
15	Нейтральный электрод одноразовый, 110 см ² , составной, EASY (уп. 100 шт.)	соответствие	1 уп.
16	Кабель биполярный, пинцеты BOWA, для Erbe, 4 м	соответствие	3 шт.
17	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой, 195 мм, 8 мм x 1 мм	соответствие	1 шт.
18	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой, 220 мм, 8 мм x 2 мм	соответствие	1 шт.
19	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой, 270 мм, 8 мм x 2 мм	соответствие	1 шт.
20	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, изогнутый, 195 мм, 8 мм x 1 мм	соответствие	1 шт.
21	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, изогнутый, 195 мм, 8 мм x 2 мм	соответствие	1 шт.
22	ERGO 315R 360 мм. (многоразовый)	соответствие	1 шт.
23	NightKNIFE в комплекте, рукоятка, стержневая трубка, рабочая вставка, сменный нож, 360 мм, COMFORT	соответствие	1 шт.
24	NightKNIFE в комплекте, рукоятка, стержневая трубка, рабочая вставка, сменный нож, 360 мм, COMFORT	соответствие	1 шт.
25	TissueSeal PLUS COMFORT, 230 мм, кабель 4,5 м	соответствие	1 шт.
26	Стандарты качества и безопасности:		
27	ISO 13485:	соответствие	
28	CE или FDA или PУз	соответствие	
29	Документация:		
30	Документация (паспорт, инструкция по эксплуатации для каждой единицы);	соответствие	
31	Гарантийные условия:		
32	Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию:	24 месяца	

Руководитель проекта
Академик



Назыров Ф.Г.