



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На доставку медицинской техники и медицинского оборудование

	Наименование	количество	Технические характеристики:
1	Операционный стол	2 шт	Длина 1950 мм Ширина 550 мм ±50мм Максимальная высота подъёма 1050 мм Минимальная высота спуска 800 мм Горизонтальное движение 330 мм Поворот по Тренделенбургу ≥ 22° По Тренделенбургу ≥ 22° Боковой наклон ≥ 22° Горизонтальный подъём головной секции ≥ 24° Горизонтальный спуск головной секции ≥ 20° Горизонтальный подъём спинной секции ≥ 43° Горизонтальный спуск спинной секции ≥ 14° Горизонтальный подъём секции для ног ≥ 90° Горизонтальный спуск секции для ног ≥ 90° Угол открытия секции для ног ≥ 80 мм Грузоподъёмность 200 кг Электропитание 220 В 50Гц
2	Двухголовый светодиодный бестеневого светильник	1шт	Светильник должен соответствовать регулировке различных хирургических положений во время операции. Освещенность (люкс): 40000-180000 (LED5) / 30000-160000 (LED3) Срок службы лампы (часы):> 50000 часов Цветовая температура:3700- 5200К Индекс цветопередачи (Ra): 85Ra-98Ra Глубина светового луча:> 1500 мм Диапазон регулировки света: 1% -100% Потребляемая мощность: 71 Вт (LED5) / 45 Вт (LED3)
3	Хирургический светильник с возможностью бестеневого освещения на переносной стойке с колесиками	1 шт	Нагрев тканей меньше 1° Отсутствие инфракрасного излучения Эргономичная система подвеса 4 оси вращения Изменение температуры в районе головы хирурга меньше 1 градуса Центральная освещенность 120000 лк
4	Аппарат СИПАП предназначен неонатальным пациентам	1шт	Новорожденные с массой тела от 500 гр. Дети с массой тела до 30 кг. Система оснащена функцией компенсации утечек, чтобы обеспечить максимально точную подачу кислорода. Врачам доступен режим ручной вентиляции легких. Давление находится под постоянным контролем, а при апноэ наступает мгновенное сообщение о критическом состоянии Источник газа O2, AIR Передвижная стойка, подвижное крепление дыхательного контура Питание от аккумулятора Вес Аппарата26кг (не включая воздушный компрессор)


"Тасдиқилайман"
Зангиота тумани Тиббиёт бирлашмаси
бошлиғи
К.Л.Рахимов

ТЕХНИК ШАРТ

Маскур танлов иштирокчилари томонидан танловда қатнашиши жараёнида Ўзбекистон Республикаси давлат харидлари ва рақобат туғрисидаги қонун талаблари бузилганлик ҳолати аниқланган тақдирда танлов комиссия томонидан ҳар қандай вазиятда бекор қилинади.

Кафолат хати (PDF форматда бўлиши шарт)

СЕРТИФИКАТ(бўлиши шарт)

Солиқдан қаризи йоқлиги ҳақида маълумотнома

Кўрсатилган хизмат сифатли бўлиши керак

ГУВОХНОМА (фаолиятни тасдиқловчи ҳужжат)