



**Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар
руйхати
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

| № | Маъдумотлар руйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|----|---------------------------------------|--|
| 1 | Бажариладиган иш | Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар руйхати |
| 2 | Буюртмачи | Когон туман Тиббиёт бирлашмаси |
| 3 | Тижорат таклифни такдим этиш шартлари | <p>Коррупцияга карши талаблар Моддий-техника базаси</p> <p>(Ишни уз вактида бажариш учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги)</p> <p>(Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун транспорт воситалар)</p> <p>Иш тажрибаси (Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари)</p> <p>(Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатига акс таъсир этмаслиги лозим,</p> <p>Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати(Кафолат хати)</p> |
| 4 | Бажарилган ишлар хисоб китоби | Хисоб варақ хамда юк хати |
| 5 | Молиялаштириш манбаи | Бюджет маблағлари хисобидан |
| 6 | Буюртмачи суммаси | 126 700 000 сум |
| 7 | Конкурс тили | Ўзбек Рус тилларида |
| 8 | Шартнома валютаси | Милилий валюта |
| 9 | Танлов таклифини қабул қилиш | Таклифлар эълон қилинган пайтдан бошлаб |
| 10 | Танлов тугрисида маълумот | https://etender.uzex.uz/ да жойлаштирилган |
| | | |



**Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар
руйхати**
объекти бўйича:

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ

**ТАНЛАШ ҲУЖЖАТНИ
ИШЛАБ ЧИҚДИ**

**Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар
руйхати.**

БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

**Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар
руйхати**

(Буюртмачи ташкилот номи)

**Энг яхшии тақлифни ТАНИЛАШ учун ЭЪЛОН
ҚИЛАДИ**

Объект номи: **Когон туман Тиббиёт бирлашмаси**

**Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед
техникалар руйхати**

126 700 000 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати- 5– календар куни
Буюртмачи: Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

• , Тел (____)_____

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ◆ Танлаш иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
 - ◆ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
 - ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
- Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин
- ◆ .
 - ◆ Тасдиқланган танлаш ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
 - ◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига қадар қабул қилинади.

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА ТЕХНИК ТОПШИРИК

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси

Танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги бўйича танлаш таклифини этилишини сўраймиз.

Бажариладиган иш номи: Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар руйхати

Пешку туман ҳокимлиги “Аёллар дафтари” жамғармаси

Хизмат курсатиш бошланғич нархи – 126 700 000 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –5 календарь кун.

Буюртмачи: **Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар руйхати,**

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

Энг яхши таклифни Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколоти;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация, ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга қодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди микдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлаш иштирокчиларига танлаш жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича ишлаб чиқариш воситаларини, ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва бўйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса тендер ҳужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

Танлаш таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлаш иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлаш таклифини тузиш мақсадида танлаш предметининг Бажариладиган иш хизматларни руйхатини, хусусан, Бажариладиган иш хизматларнинг руйхатини тақдим этилиши ҳақида танлаш ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг танлаш ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан таъмирлашнинг тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни танлаш эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейин танлаш комиссияси томонидан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали куриб чиқилади ўтади.

XXII. ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус коидаларини ўз ичига олади.

| Т/р | Бўлим номи | Бўлимга изоҳлар |
|-----|--|--|
| 1. | Буюртмачи: | <i>Когон туман Тиббиёт бирлашмаси</i> |
| 2. | Объект номи: | <i>Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар рўйхати</i> |
| 3. | Танлаш тартиб рақами: | № |
| 4. | Танлаш тури: | Очиқ танлаш. |
| 5. | Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари: | https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин, |
| 6. | Танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади: | https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталида эълон қилинади. |
| 7. | Танлашда иштирок этишга қуйидаги танлаш иштирокчиларига рухсат этилади: | Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, соҳа бўйича зарур мутахассисларга молиявий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар. Қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганларга. Икки ёки ундан ортиқ пудрат ташкилотлари биргаликда (консорциум ташкил этиш орқали) иштирок этишларига рухсат этилмайди. |
| 8. | Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса): | Сертификат Лицензия |
| 9. | Танлаш таклифларини тақдим қилиш муддатлари: | Офёрталарни тақдим этишнинг охириги муддати порталда белгиланган танлашнинг якуний муддатига қадар. |
| 10. | Танлаш ҳужжатининг тили: | Ўзбек/рус тиллари |
| 11. | Танлаш предметининг объектида ишлатиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари: | 6-шаклига асосан “Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати”. |
| 12. | Танлаш иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган танлаш иштирокчилари: | Танлаш ҳужжатларида кўрсатилган малакали шахслар. |
| 13. | Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи: | ККС билан 126 700 000 сум. |
| 14. | Буюртмачи томонидан белгиланган бажарилладиган иш муддати | 5 календарь кун. |
| 15. | Молиялаштириш манбаси: | Бюджет маблағлари |
| 16. | Бажарилладиган иш молиялаштириш тартиби: | Таъмирлаш ишларининг жорий йилдаги қийматининг 30 % аванс (бўнак Охириги тўлов - 70% фойдаланишнинг тўлов кафолат муддати тугагандан сўнг. |
| 17. | Шартнома тили: | Ўзбек тили |
| 18. | Шартнома валютаси: | Ўзбек сўмда |

Когон туман Тиббиёт бирлашмаси учун зарур булан мед техникалар руйхати

Холтермониторы—1шт

Аппарат система холтеровский монитор

Комплекты для детекции или электрофореза---4 комп

Аппарат для гальванотерапии и лекарственного электрофореза поток. Аппарат поток предназначен для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а также для проведения лекарственного электрофореза. Аппарат может применяться в клиниках, амбулаториях, косметологической практике. . Напряжение питания, V $\sim 220 \pm 10\%$, 50 Hz. 2. Потребляемая мощность не более, W 10 . 3. Максимальный ток (при нагрузке 500 Ω), mA 50 ± 5 4. Коэффициент пульсации тока 0,5 5. Вес не более, kg 2,5 6. Габариты, mm 265x335x90 7. Класс защиты от поражения электрическим током II, тип ВФ

Прочие физиотерапевтические аппараты и оборудование---1 шт

Многофункциональный лечебный аппарат цзин да 3 поколения Воздействие при помощи электрофореза (проводом лекарств); - Электронный массаж, разработанный на основе теоретической медицины; - Гидромагнитная электротерпия по рефлекторным зонам на ладонях и ступнях; - Быстродействующее воздействие по выбранным для иглоукалывания точкам

Аппарат для УВЧ-терапии---2 комп

Аппарат для увч терапии УВЧ-60 Электронный блок 1 Фидер-электрододержатель 2, Индикатор наличия магнитного поля 1, Паспорт 1, Сменные электроды $\varnothing 36 \pm \text{мм}$ 2 $\varnothing 80 \pm 5 \text{мм}$ 2 $\varnothing 120 \pm 5 \text{мм}$ 2 Рабочая частота аппарата, МГц 27,12 $\pm 0,163$ Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт (10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60) $\pm 20\%$ Габариты без электродержателей, мм 421 x 285 x 170 $\pm 10\%$ Габариты с электродержателями, мм 720 x 30 x 45 $\pm 10\%$ Масса с электродами и электродержателями, кг не более 10 Аппарат для увч терапии УВЧ-60 Электронный блок 1 Фидер-электрододержатель 2, Индикатор наличия магнитного поля 1, Паспорт 1, Сменные электроды $\varnothing 36 \pm \text{мм}$ 2 $\varnothing 80 \pm 5 \text{мм}$ 2 $\varnothing 120 \pm 5 \text{мм}$ 2 Рабочая частота аппарата, МГц 27,12 $\pm 0,163$ Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт (10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60) $\pm 20\%$ Габариты без электродержателей, мм 421 x 285 x 170 $\pm 10\%$ Габариты с электродержателями, мм 720 x 30 x 45 $\pm 10\%$ Масса с электродами и электродержателями, кг не более 10

Аппараты для ультразвуковой терапии ---4 шт

Аппарат ультразвуковой терапии узт-1.01 ф одночастотный , с генерацией УЗ-колебаний на частоте 0,88 МГц. Предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью, в условиях медицинских учреждений. Аппарат применяется в медицинских и косметологических учреждениях с лечебной и профилактической целью. Используется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы

Аппараты для дарсонвализации---4 шт

Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии. Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии (режим дарсонвализации) предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения. Прибор генерирует среднечастотный переменный ток, терапевтический эффект обеспечивается за счет прохождения высоковольтных разрядов между электродом и телом больного и продуцирования озона и окислов азота в месте контакта. В результате процедур активизируется обмен веществ (режим «тихий разряд»), улучшается питание тканей, расширяются кровеносные сосуды, снижается чувствительность нервных окончаний, снимается кожный зуд, уменьшается боль, останавливаются воспалительные процессы, рост и размножение бактерий (в режиме «искровой разряд»).