



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Хорезмского областного центра
по борьбе со СПИДом
Б.Н. Норметов

» 08 2022 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для приобретения лабораторного оборудования для Хорезмского областного центра по борьбе со СПИДом

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

ЭД	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Хорезмский областной центр по борьбе со СПИДом.
2	Предмет конкурса:	Приобретение лабораторного оборудования
3	Характеристика:	Автоматическое промывочное устройство – 3 штуки, Параметры и технические характеристики приборов указаны в приложение №1.
4	Адрес и контакты Заказчика:	г. Ургенч, (ул.Ханкинская,д.62-В)
5	Адрес доставки:	Хорезмская область, г. Ургенч (ул.Ханкинская,д.62-В)
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал:www.uzex.uz
7	Для участие в конкурсе допускаются участники:	Участие в конкурсе не допускаются:объединений юридических лиц (консорциумов):Юридические лица, не являющиеся Бенефициаром приборов.
8	Лицензируемые и не лицензируемые виды работ или товаров:	Гарантия не менее 36 месяцев. Авторизационное подтверждение на прибор. Международные сертификаты происхождения прибора. Гарантийный талон на прибор.
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной комиссии:	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения.

10	Срок действия конкурсного предложения:	До окончания конкурса.
11	Прием конкурсных предложений:	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте.
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться:	В электронном виде.
13	Период оценки конкурсных предложений:	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3-х дней со дня окончания приёма конкурсных предложений.
14	Размер обеспечения исполнения договора:	30% от стоимости товара (работы, услуг), определенной по результатам конкурса.
15	Предельная цена Заказчика:	99 000 000 (Девяносто девять миллионов) сум с учетом НДС.
16	Язык конкурса:	Русский язык.
17	Источник финансирования:	Внебюджетные средства.
18	Валюта договора:	Узбекский сум.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническое задание на Автоматическое промывочное устройство.

№	Общие требования	Наличие функции, характеристики / значения требуемых параметров
1	Дата выпуска (Оборудования должно быть не ранее 2022 года)	Год выпуска. 2022 год
2	Участник торгов гарантирует, что поставленный товар является новым и ранее неиспользованным	Оборудование новое и ранее неиспользованное.
3	Область применения:	Автоматическая промывка различных типов планшетов, включая плоские, U-образные и круглодонные луночные планшеты.
4	Протоколы испытаний: Возможность сохранения не менее 100 тестовых программ.	Наличие
5	Типы лунок. Плоские, U-образные и круглодонные.	Наличие
6	Моющий коллектор: 8 игл и 12 игл.	Наличие
7	Дисплей: 192x64 пикселей STN-синий монохромный ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой.	Наличие
8	Программируемое время промывки: от 0 до 255.	Наличие
9	Система промывки: От 1 до 4 положений промывочного раствора, одна бутылка для реакций под давлением и одна бутылка для отработанной жидкости, оборудованная датчиком уровня жидкости.	Наличие
10	Скорость взбалтывания: от 1 до 5.	Наличие
11	Время взбалтывания: от 0 до 255 сек.	Наличие
12	Время выдержки: От минимум «0» секунд до максимум «60» минут и 0 секунд.	Наличие
13	Остаточный объем: не менее ≤ 2 мкл.	Наличие
14	Тщательность промывки: не менее $\leq \pm 3\%$ с 300 мкл.	Наличие
15	Диапазон объема промывочной жидкости: не менее 50-400 мкл (с шагом в 50 мкл).	Наличие
16	Габаритные размеры прибора: Ширина 390 мм x Длина 410 мм x Высота 330 мм.	Наличие
17	Вес: около 11,5 кг.	Наличие
18	Рабочая температура: 5°C-40°C, использование внутри помещений.	Наличие
19	Относительная влажность: $\leq 95\%$.	Наличие
20	Характеристики источника питания: 100-240В переменного тока, 50/60 Гц (макс. 55 Вт).	Наличие
21	Основные функции клавиатуры: + Для выбора меню и выполнения настройки параметра	Наличие

№	Общие требования	Наличие функции, характеристики / значения требуемых параметров
22	Основные функции клавиатуры: - Для выбора меню и выполнения настройки параметра	Наличие
23	Основные функции клавиатуры: Reset- Для сброса процедуры до первоначального интерфейса или выхода из любой промежуточной операции.	Наличие
24	Основные функции клавиатуры: Enter - Для подтверждения выбранного меню или выбранной операции.	Наличие
25	Основные функции программы промывки (WashPlate): EIAWashAutoWasher (V2013.01); WashPlate; Washpipe.	Наличие
26	Основные функции программы промывки «Washplate»: Washprogram; Saveprogram; Del. Program; Sys. Setting.	Наличие
27	Основные функции программы промывки «WashProgram»: 001 Plate: 0 - Mode: Two-Pt; Cols: 12 - Rep: 005; Soak: 00m 20s - Shake: 3#010s; Channel: 1# - Vol: 0300 µL.	Наличие
28	Основные функции программы промывки «SaveProgram»: Plate - 0; Washmode - Two-pointwash-Centerwash; Washcolumns: 1; No. Of Wash cycles: 5; Soak time: 00m; Soak time: 15 sec; Shake rate: 3#; Volume 300µL.	Наличие
29	Основные функции программы промывки «Del. Program»: Delete one - Delete all.	Наличие
30	Основные функции программы промывки «Sys.Setting»: Initial setting - Micro-Adjusting.	Наличие
31	Основные функции программы промывки «WashPipe»: Channel 1 - Washtime.	Наличие
Комплектующие и расходные материалы:		
32	Основной блок прибора	1 штука
33	Сетевой SMPS адаптер со шнуром	1 штука
34	Бутилированные пластмассовые емкости	4 штуки
35	Инструкция пользователя на русском языке	1 штука
Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов):		
36	Сертификат ISO 9001: 2008	Наличие
37	Сертификат ISO 13485:2003	Наличие
38	Сертификат ISO 13485:2016	Наличие
39	Сертификат IEC 60601-1-1:2000	Наличие
40	Сертификат IEC 60601-1-2:2005	Наличие
Документация:		
41	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
42	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке	Наличие
Сборка:		
43	Оборудование должно быть собрано, проинсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте	Наличие
44	Обучение персонала (на русском языке)	Наличие
Гарантийный срок:		
45	Не менее 36 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.	Наличие