

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГПНД №1 _____ Шукуруллаева Р.А..

« » Сентября 2022 года

*Техническое задание для отбора
наилучшего предложения*

на поставку медицинского оборудования

Городской психоневрологический диспансер №1

Ташкент – 2022 г.

1. Требования к участникам Электронного отбора наилучшего предложения

- 1.1. При квалификационном отборе участников к участию в конкурсе не допускаются организации:
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
 - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
 - имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
 - аффилированные компании;
 - зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), компании, зарегистрированные после 2021 года
- 1.2. Участники Электронного отбора наилучшего предложения должны предоставить информацию о гарантийном сроке и наличии авторизованного производителем Сервис центра в г. Ташкенте.
- 1.3. Участники Электронного отбора наилучшего предложения должны предоставить копии регистрационных документов на оборудование и сертификаты качества.
- 1.4. Участники должны представить свое предложение на электронный портал госзакупок. Предложение должно включать технические характеристики оборудования, цены, срок поставки и форму оплаты, а также перечень необходимых документов:

Копия Гувохномы.

Документ, подтверждающий правомочность заключения договора.

Документ об отсутствии процедур банкротства.

Документ об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

2. Требования к техническим характеристикам оборудования

- 2.1 Предлагаемое оборудование должно быть новым и произведенным не раньше 2022 года.
- 2.2. Срок гарантии должен быть не менее 12 месяцев
- 2.3. Победитель отбора должен осуществить доставку, монтаж и обучение персонала.
- 2.4. предлагаемое оборудование должно соответствовать следующим техническим характеристикам:

Восходящий (промежностный) душ

Наличие функции массажа поясничного отдела.

РАЗМЕР: 530x440x815

Рабочий расход воды 15-18 л/мин

Рабочее давление воды 2,5-3,5 АТМ

Материал изготовления: Гелькоут, Легированная сталь.

2.5. Оборудование должно быть поставлено не позднее 25,09,2022 года.

2.6. Сервис центр должен иметь круглосуточную службу поддержки.

2.7. При возникновении неисправностей оборудования Сервис центр должен исправить или заменить неисправное оборудование в течении 10 дней, во время действия гарантийного срока.

2.8. Сервис центр должен предоставлять также постгарантийное обслуживание.

Председатель комиссии _____

Икрамова Р.Т.

Секретарь комиссии _____

Арипходжаева Г.А.

Члены комиссии

Максудов И.И. _____

Муртазаев Б.М. _____

Садыков Д.Д. _____

Шамсиева Р.Я. _____