

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  
Специализированная детская хирургическая Клиника  
Самаркандского государственного медицинского университета  
г. Самарканд  
Шамсиев Ж.А.



2022 год.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для приобретения набора эндоурологических инструментов для чрезкожной хирургии верхних и нижних мочевых путей с принадлежностями для  
Специализированная детская хирургическая Клиника  
Самаркандского государственного медицинского университета

### ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

ЭД	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Специализированная детская хирургическая Клиника Самаркандского государственного медицинского университета
2	Предмет конкурса:	Приобретения набора эндоурологических инструментов для чрезкожной хирургии верхних и нижних мочевых путей с принадлежностями.
3	Характеристика:	Набор эндоурологических инструментов для чрезкожной хирургии с принадлежностями (цистоуретроскоп в комплекте; цистоуретрорезектоскоп в комплекте; оптический уретротом в комплекте; жесткий бронхоскоп в комплекте) – 1 комплект. Параметры и технические характеристики прибора указаны в приложение №1.
4	Адрес и контакты Заказчика:	Республика Узбекистан, Самаркандская область, г. Самарканд, ул. М-Улугбека, д. 70А.
5	Адрес доставки:	Республика Узбекистан, Самаркандская область, г. Самарканд, ул. М-Улугбека, д. 70А.
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: <a href="http://www.etender.uzex.uz">www.etender.uzex.uz</a> .

7	Для участие в конкурсе допускаются участники:	Участие в конкурсе не допускаются: объединений юридических лиц (консорциумов). Юридические лица, не являющиеся Бенефициаром приборов.
8	Лицензируемые и не лицензируемые виды работ или товаров:	Гарантия не менее 36 месяцев. Авторизационное подтверждение на прибор. Международные сертификаты происхождения прибора. Сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами в Республике Узбекистан. Гарантийный талон на прибор.
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной комиссии:	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения.
10	Срок действия конкурсного предложения:	До окончания конкурса.
11	Прием конкурсных предложений:	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте.
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться:	В электронном виде.
13	Период оценки конкурсных предложений:	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3-х дней со дня окончания приёма конкурсных предложений.
14	Размер обеспечения исполнения договора:	30% от стоимости товара (работы, услуг), определенной по результатам конкурса.
15	Предельная цена Заказчика:	1 083 000 000 (Один миллиард восемьдесят три миллиона) сум с учетом НДС.
16	Срок поставки:	Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней
17	Язык конкурса:	Русский язык.
18	Источник финансирования:	бюджетные средства.
19	Валюта договора:	Узбекский сум.



## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### Техническое задание на Набор эндоурологических инструментов для чрезкожной хирургии верхних и нижних мочевых путей с принадлежностями.

№	Общие требования	Наличие функции, характеристики / значения требуемых параметров
1	Дата выпуска - (Оборудования должно быть не ранее 2022 года)	<i>Год выпуска: 2022 год.</i>
2	Участник торгов гарантирует, что поставленный товар является новым и ранее неиспользованным	<i>Оборудование новое и ранее неиспользованное.</i>
3	<b>Область применения:</b>	Набор эндоурологических инструментов для чрезкожной хирургии верхних и нижних мочевых путей с принадлежностями направлены на такие направления, как лечение, злокачественных новообразований мочевого пузыря, мочекаменная болезнь и лапароскопическое лечение в детской урологии. В Набор эндоурологических инструментов для чрезкожной хирургии верхних и нижних мочевых путей с принадлежностями состоит из: Цистуретроскоп (для педиатрии) в комплекте; Цистотретрорезектоскоп (для педиатрии) в комплекте; Оптический уретротом (для педиатрии) в комплекте; Жесткий бронхоскоп в комплекте.
4	Цистуретроскоп - Телескоп, 1,9 мм, направление обзора 0°, автоклавируемый.	Наличие
5	Цистуретроскоп - Тубус цистоскопа, 9,5 Fg., канал 3 Fg., для телескопов 0° и 30°, со стандартным обтуратором.	Наличие
6	Цистуретроскоп - Тубус цистоскопа, 10,8 Fg., канал 5 Fg., для телескопов 0° и 30°, со стандартным обтуратором.	Наличие
7	Цистуретроскоп - Захватывающие щипцы, 5 Fg. x 340 мм, полугибкие.	Наличие
8	Цистуретроскоп - Щипцы для биопсии, 5 Fg. x 340 мм, полугибкие.	Наличие
9	Цистуретроскоп - ВЧ электрод, кнопка, 3 Fg. x 370 мм, гибкий. Многоразовый/нестерильный.	Наличие
10	Цистуретроскоп - ВЧ кабель, монополярный, 3,5 м, для высокочастотных блоков.	Наличие
11	Цистуретроскоп - Световодный кабель, 2,8 мм, 3 м, тип CF.	Наличие
12	Цистотретрорезектоскоп - Телескоп, 1,9 мм, направление обзора 0°, автоклавируемый.	Наличие
13	Цистотретрорезектоскоп - Мост, односторонний, канал 3 Fg..	Наличие
14	Цистотретрорезектоскоп - Рабочий элемент.	Наличие
15	Цистотретрорезектоскоп - ВЧ-резекционный электрод, петля, стерильный, одноразовый, 1 шт.	Наличие
16	Цистотретрорезектоскоп - ВЧ-резекционный электрод, игла, стерильный, одноразовый, 1 шт.	Наличие
17	Цистотретрорезектоскоп - ВЧ-резекционный электрод, крючок, стерильный, одноразовый, 1 шт.	Наличие

№	Общие требования	Наличие функции, характеристики / значения требуемых параметров
18	Цистоуретрорезектоскоп - Световодный кабель, размер S, штепсельного типа, 3м.	Наличие
19	ВЧ кабель, монополярный, 4 м.	Наличие
20	Оптический уретротом - Телескоп мм, 12°, высокая разрешающая способность, автоклавируемый. Комплект поставки включает: защитная трубка.	Наличие
21	Оптический уретротом - Рабочий элемент.	Наличие
22	Оптический уретротом - Тубус, 22 Fr., для уретротома. Канал 4 Fr. С обтуратором.	Наличие
23	Оптический уретротом - Внешний тубус, 26 Fr., для подкожного доступа.	Наличие
24	Оптический уретротом - Обтуратор, канал 4 Fr.	Наличие
25	Оптический уретротом - Уплотнительные колпачки, 0,7 мм, 10 шт.	Наличие
26	Оптический уретротом - Нож, полукруглый, канал 4 Fr.. Следует использовать в сочетании с мочеточниковым катетером 3 или 4 Fr..	Наличие
27	Оптический уретротом - Нож, полукруглый	Наличие
28	Оптический уретротом - Нож, ланцетного типа, прямой.	Наличие
29	Оптический уретротом - Световодный кабель, 2,8 мм, 3 м, тип CF.	Наличие
30	Бронхоскоп - Бронхоскоп 0°, Ф3х360мм.	Наличие
31	Бронхоскоп - Арахис оптические щипцы, биопсия Ф4.3х330мм.	Наличие
32	Бронхоскоп - Оптические щипцы крокодил Ф4.3х330мм.	Наличие
33	Бронхоскоп - Трубка бронхоскопа Ф4х260мм.	Наличие
34	Бронхоскоп - Трубка бронхоскопа Ф4.5х280мм.	Наличие
35	Бронхоскоп - Трубка бронхоскопа Ф5х280мм.	Наличие
36	Бронхоскоп - Трубка бронхоскопа Ф5.5х280мм.	Наличие
37	Бронхоскоп - Трубка бронхоскопа Ф6х300мм.	Наличие
38	Бронхоскоп - Трубка бронхоскопа для взрослых Ф6.5х350мм.	Наличие
39	Бронхоскоп - Трубка бронхоскопа для взрослых Ф7х400мм.	Наличие
40	Бронхоскоп - Трубка детского бронхоскопа с волокном Ф6х280мм.	Наличие
41	Бронхоскоп - Трубка детского бронхоскопа с волокном Ф5.5х280мм.	Наличие
42	Бронхоскоп - Трубка детского бронхоскопа с волокном Ф5х260мм.	Наличие
43	Бронхоскоп - Трубка детского бронхоскопа с волокном Ф4.5х250мм.	Наличие
44	Бронхоскоп - Трубка детского бронхоскопа с волокном Ф4х250мм.	Наличие
45	Бронхоскоп - Трубка детского бронхоскопа с волокном Ф3.5х250мм.	Наличие
46	Бронхоскоп - Всасывающая трубка Ф2.5х350мм.	Наличие
47	Бронхоскоп - Всасывающая трубка Ф3х350мм.	Наличие
48	Бронхоскоп - Всасывающая трубка Ф4х350мм.	Наличие
49	Бронхоскоп - Щипцы для инородных тел трахеи Saw-toothed jaw, Ф1.8×360мм.	Наличие
50	Бронхоскоп - Щипцы для инородных тел трахеи New Saw-toothed jaw, Ф1.8×360мм.	Наличие
51	Бронхоскоп - Щипцы для инородных тел трахеи Crocodile head, Ф1.8×330мм.	Наличие
52	Бронхоскоп - Оптический кабель 4*2000мм.	Наличие

№	Общие требования	Наличие функции, характеристики / значения требуемых параметров
<b>Комплекующие и расходные материалы:</b>		
53	Набор эндouroлогических инструментов для чрезкожной хирургии верхних и нижних мочевых путей с принадлежностями (Цистоуретроскоп в комплекте; Цистоуретрорезектоскоп в комплекте; Оптический уретротом в комплекте; Бронхоскоп в комплекте)	1 комплект
54	Инструкция пользователя на английском языке	1 штука
55	Инструкция пользователя на английском языке или на русском языке	1 штука
<b>Требования к сертификации</b> (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов):		
56	Сертификат ISO 9001: 2008	Наличие
57	Сертификат ISO 13485:2003	Наличие
58	Сертификат ISO 13485:2016	Наличие
59	Сертификат IEC 60601-1-1:2000	Наличие
60	Сертификат IEC 60601-1-2:2005	Наличие
<b>Документация:</b>		
61	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
62	Инструкция по сервисному обслуживанию на русском или английском языке	Наличие
<b>Сборка:</b>		
63	Оборудование должно быть собрано, проинсталлировано, протестировано и сдано в эксплуатацию специалистом поставщика на рабочем месте	Наличие
64	Обучение персонала (на русском языке)	Наличие
<b>Гарантийный срок:</b>		
65	Не менее 36 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.	Наличие