

Лот №3 «Гемодиализаторы капиллярные низкопоточные для взрослых»

Наименование товара и его медико-технические характеристики	Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.)
<p>1,8 м² - 1,9 м² низкопоточный - 217 000 шт.</p> <p>1. Qb=200мл/мин, Клиренс мочевины: ≥190мл/мин Клиренскреатинина ≥177мл/мин Клиренс фосфата ≥157мл/мин Клиренс витамин В12 ≥100мл/мин</p> <p>2. UFR(Коэффициент ультрафильтрации) ≥12</p>	
<p>2,0 м² - 2,2 м² низкопоточный - 62 000 шт.</p> <p>1. Qb=200мл/мин, Клиренс мочевины: ≥192мл/мин Клиренскреатинина ≥180мл/мин Клиренс фосфата ≥164мл/мин Клиренс витамин В12 ≥110мл/мин</p> <p>2. UFR(Коэффициент ультрафильтрации) ≥13</p>	
<p>Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке.</p>	
<p>Стерилизация: Паром или Радиацией</p>	
<p>Срок годности: не менее 24 месяцев; Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем.</p>	
<p>Стандарты: Соответствие стандартам производства товаров медицинского назначения .</p>	
<p>Регистрация: До момента поставки , предлагаемые изделия должны быть зарегистрированы в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз.</p>	