«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач А.Т. Эрметов

# ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА

| |
|---|
| **Операционная лампа** |
| **Дата выпуска оборудования не ранее 2022 года** |
| **Общее описание:** |
| Потолочное крепление: |
| Количество куполов 2 |
| Источник света: белый светодиод (LED): |
| Срок службы LED не менее 40 000 часов |
| Интенсивность освещения на расстоянии 1 метра основного купола не менее 140 000 люкс |
| Цветовая температура не менее 4 200 К |
| Коэффициент цветопередачи ($R_a$) не менее ≥ 95 |
| Регулировка светового поля в диапазоне 24 - 30 см |
| Регулировка интенсивности освещения в диапазоне 30 - 100 % |
| Регулировка светового поля с помощью стерильных ручек |
| Боковой купол (саттелит): |
| Интенсивность освещения бокового купола на расстоянии 1 м не менее 50 000 люкс |
| Специальные функции: |
| Высокая степень коррекции теней: |
| Электронный контроль интенсивности света: |
| Режим Endo-light (освещение для малоинвазивной хирургии): |
| Управление с помощью кнопок, расположенных на боковой поверхности, и пульта дистанционного управления |
| Все соединительные кабели должны быть внутри подвесной конструкции светильника: |
| **Стандарты качества и безопасности:** |
| ISO 13485: |
| CE или FDA |