

Шартнома № 3

«18» 01 « 2022 йил

«MED TEX» маъсуляти чекланган жамияти бундан буён матнда «Бажарувчи» деб аталувчи раҳбари Р.Э.Бекчанов фаолиятини амалга оширувчи бир тамондан ва Урганч ТТБ бундан буён матнда «Буюртмачи» деб аталувчи номидан Бошлиги Шарифов 3 фаолиятини курсатувчи, иккинчи тамондан, куйдагилар тугрисида ушбу шартномани тузишиди.

1. Шартнома предмети.

1.1. «Буюртмачи» ўзига тегишли мол-мулкни (техника ускуна)ларни «Бажарувчи»га тамирлаш мақсадида (техник хизмат курсатиши) учун беради «Буюртмачи» эса курсатилган техник хизмат ҳақини тулагандан кейин олиш мажбуриятини олади.

1.2.

№	ХИЗМАТ ТУРИ	УЛ.БИРЛИГИ	МИҚДОРИ	НАРХИ	УМУМИЙ ҚИЙМАТИ
1	Гиббий асбоб ускуналарни жорий тамирлаш	услуг	1	10 757 158,0	10 757 158,0
	Жами				10 757 158,0

2. Шартнома нархи, баҳоси, суммаси (қиймати)

2.1. Шартноманинг умумий қиймати Ун миллион етти юз эллик етти минг бир юз эллик саккиз сумни ташкил қилади

3. Тулов шартлари.

3.1. «Буюртмачи» «Бажарувчи» нинг ҳисоб-рақамига шартномада курсатилган хизмат тури миқдори суммасининг 30 фоизини олдиндан банк иш кунида утказишини уз зиммасига олади. Колган 70 фоизи хизмат тури тулик бажарилгандан кейин утказишни уз зиммасига олади.

3.2. Тулов тури: пул утказиши.

4. Шартноманинг бажарилиши мuddати.

4.1. Шартноманинг 1.2-бандида курсатилган хизмат тури «Буюртмачи»га шартнома имзолангандан кейин 5 кун вақт ичида бажарилиши шарт.

4.2. Шартноманинг амал қилиши мuddати: 2022 йил «18» 01 дан 2022 йил «31» 12 гача уз кучида қолади.

5. Тарафлар ҳуқуқлари.

5.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

5.1.1. Ушбу шартнома асосида белгиланган хизмат тури уз вақтида ва сифатли бажарилишини «Бажарувчи» дан талаб қилишига;

5.1.2. Бажарувчи»дан шартнома шартларини бажармаслиги ёки лозим даражада бажармаслик натижасида етказилган зарарни талаб қилишига ҳақлидир.

5.2. Бажарувчи»нинг ҳуқуқлари:

5.2.1. Ушбу шартнома асосида белгиланган хизмат турлари учун олдиндан ҳақ тулашини ва амалдаги шартнома ва конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳисоб-китобларни амалга ошириши «Буюртмачи»дан талаб қилишига;

5.2.2. «Буюртмачи»дан шартнома шартларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик курсатилган хизмат турини қабул қилишида асоссиз равишда рад қилиши натижасида етказилган зарарни талаб қилишига ҳақлидир.

6. Тарафлар мажбуриятлари

6.1. «Бажарувчи» мажбурияти:

6.1.1. Шартномада курсатилган талабларга риоя қилган ҳолда уз вақтида «Буюртмачи»га курсатилмаётган (бажарилаётган) хизмат турини бажариши;

6.1.2. Тегишли даражада сифатли курсатилмаган (бажарилмаган) хизмат тури тугрисида билдириши (хабарнома) олгандан сунг сифатли бажарилмаган хизмат тури 1 кун ичида қайтадан бажариб бериши ёки ушбу шартноманинг 1.2-бандига асосан сифатли бажарилмаган хизмат тури баҳосини қайтариб бериши.

6.2. «Буюртмачи» мажбурияти:

6.2.1. Хизмат турини қабул қилиши далолатномасини тузган ҳолда ушбу шартномада ва конун ҳужжатларида белгиланган бутлаш тартибига, соғнига сифатига қараб мuddатида хизмат турини қабул қилиб олиши;

6.2.2. Тегишли даражада сифатли булмаган хизмат тури аниқлангандан кейин, бу ҳақда далолатнома ёзилиб, 24 соат ичида «Бажарувчи»ни огоҳлантириши.

6.2.3. Қурстилган хизмат боҳосини ушбу шартномада белгиланган миқдорда ва мuddатда тулаш.

7. Тарафлар жавобгарлиги.

Хизмат турини курсатиши (бажариши) вақтида шартнома бандларига тулик риоя қилмаганлиги учун айбдор тараф бошка тарафга етказилган зарарни тулик қоплайди ва 0,1% миқдориди пеня тулайди.

7.2. «Бажарувчи» хизмат турини тулик бажармаганлиги учун «Буюртмачи»га бажарилмаган хар кун ичун хизмат тури баҳосидан 0,2% пеня тулайди.

7.3. Шартнома талабларида курсатилган сифатлардаги ҳамда бутлашдаги хизмат тури бажарилмаган булса, айбдор тараф 0,1% миқдориди пеня тулайди.

7.4. Тегишли даражада сифатли бажарилмаган хизмат турини қайтадан бажаришдан бош тортса, «Бажарувчи» 20% миқдорда жарима тулайди.

7.5. Хизмат тури учун «Буюртмачи» уз вақтида ёки тулик туловни амалга оширмаган булса маблаг миқдоридан 0,1% пеня тулайди лекин, 50% миқдоридан ошиб кетмаслиги керак.

7.6. «Бажарувчи» бажарилган (курсатилган) хизмат тури учун уз вақтида тулик тулов амалга оширилмаган булса, агар бу таманларнинг қилишувига асосан кузда тўтилган булса, «Буюртмачи» хар бир утказилиб юборилган кун учун «Бажарувчи»га келиб чиккан зарар учун 50% миқдориди жарима тулайди.

7.7. Жарима тулаш тарафларни шартномада курсатилган мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

8. Форс-мажор ҳолатлари.

8.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида узига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада курсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. Уруш элон қилиниши ёки боиланиши, фуқаролар тартибсизлиги, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жуласидандир.
8.2. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган куч уч ой узликсиз давом этса, тарафлар бир-бирини ёзма равишда огоҳлантириб шартноманинг ижросини бекор қилиши мумкин.

9. Низолни хал қилиш тартиби.

9.1. Ушбу шартномада ёки унга боғлиқ масалалар юзасидан қелиб чиқадиган барча низолар энг аввало тарафларнинг қелишуви билан хал қилинади.
9.2. Тарафларнинг қелишуви билан хал қилиб бўлмайдиган низолар қонун ҳужжасатларида белгиланган тартибда хужсалик суди орқали хал қилинади.

10. Шартномага узгартириши ва қушимчалар қиритиши тартиби.

10.1. Ушбу шартномага қиритилган барча узгартириши ва қушимчалар фақат икки тараф томонидан ёзма равишда тузилади, имзо қуйилгандан кейингина юридик қучга эга бўлади.
10.2. Шартномани тарафларнинг узора қелишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжасатлари нормаларига биноан қелтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

11. Бошқа ҳолатлар

11.1. Ушбу шартнома иккала тараф учун бир хир юридик қучга эга бўлиб икки нусхада тузилган.
11.2. Ушбу шартномага қиритилган барча қушимчалар Ўзбекистон республикаси президентининг 2007 йил 28 февралдаги ПК 594 қарорига асосан газначиликда руйхатдан ўтгандан кейин қонуний қучга қиради.
11.3. Тарафларнинг бошқа талаблари: _____
11.4. Шартномага илова _____

12. Тарафларнинг юридик манзилгохи ва тўлов реквизитлари
«Бажарувчи» «Буюртмачи»

«MED TEX» МЧЖ
Х/Р 2020 8000 4005 5975 0001
ИНН 303573124
УРГАНЧ Ш., АТ САНОАТ-КУРИЛИШ
БАНК Хоразм филиали
МФО 00853 ОКОНХ 95120
(99899) 564-19-26
93-922-12-20


Урганч ТТБ
ИБИ СММ 1245
35-21-473
х.р: 401422860332177073101034001
ИНН: 201889258
Марияний банк Ташкент
МФО: 00014
ОКОНХ: 91514



Рахбар

[Signature]

Р.Э.Бекчанов



Боилиги

[Signature]

Мариянов

Спецификация № 5 19 январь 2022й

Шартнома № 3 19.01 2022 й

№	ХИЗМАТ ТУРИ	УЛ.БИРЛИГИ	МИҚДОРИ	НАРХИ	УМУМИЙ ҚИЙМАТИ
1	ЭКГ аппаратини жорий тамирлаш	дона	1	802 512	802 512
2	Сахарны аппаратини жорий тамирлаш	дона	1	304 128	304 128
3	Автоклав ВК 75 аппаратини жорий тамирлаш	дона	1	208 256	208 256
4	Коагулятор ЭН 57 М аппарат жорий тамирлаш	дона	1	586 512	586 512
5	АИСТ аппарат жорий тамирлаш	дона	2	676 512	1 353 024
6	АИСТ аппарат жорий тамирлаш	дона	1	400 320	400 320
7	Кислородни концентратор жорий тамирлаш	дона	1	681 630	681 630
8	Кардио Монитор аппаратини жорий тамирлаш	дона	1	691 512	691 512
9	Кардио Монитораппаратини жорий тамирлаш	дона	1	213 256	213 256
10	Анализатор Screen Master аппарат жорий тамирлаш	дона	1	749 512	749 512
11	Темостат ТС 80 М 2 аппарат жорий тамирлаш	дона	1	964 768	964 768
12	Кислородни концентратор жорий тамирлаш	дона	1	668 512	668 512
13	Кислородни канцентратор жорий тамирлаш	дона	1	815 512	815 512
14	Автоклав ВК 75 аппарат жорий тамирлаш	дона	2	352 064	704 128
15	Автоклав ВК 75 аппарат жорий тамирлаш	дона	1	482 064	482 064
16	Анализатор Screen Master аппарат жорий тамирлаш	дона	1	1.131 512	1 131 512
	Жами				10 757 158,0

Шартноманинг умумий қиймати Ун миллион етти юз эллик етти минг бир юз эллик саккиз сумми

«Бажарувчи»

«Буюртмачи»

«MED TEX» МЧЖ

X/P 2020 8000 4005 5975 0001

ИНН 303573124

УРГАНЧ Ш., АТ САНОАТ-КУРИЛИШ

БАНК Хоразм филиали

МФО 00853 ОКОНХ 95120

(99899)564-19-26

2022-12-20

Урганч ТТБ

Ишчи Рашид Қўрғо 12 йил

ИИН: 201988928P

МФО: 00014

Х.р: 401022860332177073101050001

Улавларнинг банк Тошк. с/б

ОКОНХ: 81514

TEL: 35-21-473



Рахбар

Р.Э.Бекчанов

Бошлиғи



Шарифов З

Электрон рақамли имзо орқали тасдиқланган, Ҳужжат коди: OZ5061182821

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi:

MED TEX ma'suliyati cheklangan jamiyati bilan Urganch tuman Tibbiyot birlashmasi o'rtasida, Tibbiyot texnika vositalariga texnik xizmat kўrsatish shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va xujjat sanasi haqidagi ma'lumot:

Urganch tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun MQ18381867-son xujjat raqam bilan 19.01.2022-yilda kiritilgan.

4. Mazkur loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va O'zbekiston Respublikasi 1998-yil 29-avgustda qabul qilingan "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun talablariga javob beradi. Loyihada o'zaro hisob-kitob qilish tomonlarning ma'suliyati, javobgarligi hamda nizolarning hal qilish tartibi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Urganch tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i



J.Atadjanov

20.01.2022-yil.

19 01 2022 й

Урганч ш

Тузамиз ушбу Нуксонли далолатномани бизлар ким, «MED TEX» МЧЖ раҳбар Р.Бекчанов. Электро механик мутахасислари Р.Джаббергенов. О.Бекчановлар билан Урганч ТТБ ишчи гуруҳ ходимлари Ашимова И.С. иштирокида тиббиёт асбоб ускуналари техник куриқдан утказиши жараёнида куйдагилар аниқланди.

№	Аппарат номи	ҳолати	сони		Изоҳ
1	ЭКГ аппарат	Таъмир талаб	1	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
2	Сахарны аппарат	Таъмир талаб	1	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
3	Автоклав ВК 75 аппарат	Таъмир талаб	4	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
4	Коагулятор ЭН 57 М аппарат	Таъмир талаб	1	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
5	АИСТ аппарат	Таъмир талаб	3	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
6	Кислородни концентратор аппарат	Таъмир талаб	3	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
7	Кардио Монитор аппарат	Таъмир талаб	2	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
8	Анализатор Screen Master аппарат	Таъмир талаб	2	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди
9	Темостат ТС 80 М 2 аппарат	Таъмир талаб	1	Руйҳат илова қилинди	Тамирлаш тафсия қилинди

Урганч туман тиббиёт бирлашмасининг бизга берган малумотномасига асосан

- ЭКГ аппарат куздан кечирилганда аппаратнинг Канденцатор ярқисиз, Присоска (гурушо) 6 таси ярқисиз холда.
- Сахарны аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг спираль ярқисиз холда.
- Автоклав ВК 75 аппарати куздан кечирилганда спираль тагидан сув сузиб чиқаётганлиги ва электр ишти техник носозлиги сабабли техник хизмат курсатиши керак.
- Автоклав ВК 75 аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Вадиной стекло, Капкок резинаси ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- Автоклав ВК 75 аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Вадиной стекло, Капкок резинаси ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- Автоклав ВК 75 аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Вадиной стекло, Капкок резинаси ва Автомат 3 Waz ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- Коагулятор ЭН 57 М аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Реле 12 В 10 А, Электрод пациент ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- АИСТ аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Спираль, Регулятор симисторный, ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- АИСТ аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Спираль, Регулятор симисторный, ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- АИСТ аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Регулятор симисторный, ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- Кислородни канцентратор аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Замен Транс 12 в, Замен фильтр, Штуцер ушбу эҳтиёт қисми ярқисиз холга келиб қолган.
- Кислородни канцентратор аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Мембрана Поршн, Канденсатор, ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- Кислородни канцентратор аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Плата управления, Канденсатор ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- Кислородни канцентратор аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Плата управления, Канденсатор ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
- Кардио Монитор аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Spiо датчик, Разъём шланг ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.

16. Кардио Монитор аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Разъем шланг ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
17. Анализатор Screen Master аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Фото диод, Оптотиристор, Блок питания ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.
18. Анализатор Screen Master аппарати куздан кечирилганда аппаратнинг Терма элемент, Оптотиристор, Конденсатор ушбу эҳтиёт қисмлари ярқисиз холга келиб қолган.

Хулоса:

Юқорида кўрсатилган аппаратларни керакли эҳтиёт қисмлари урнатилиб тамирлашни тафсия қиламиз.



 Р.Бекчанов _____
 Р.Джаббергенов _____
 О.Бекчанов _____
 М.Азимова _____